



**Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej
im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Płońsku**

ul. Henryka Sienkiewicza 7, 09-100 Płońsk woj. mazowieckie
NIP 567-15-32-011 Regon 000308703 Tel. (0 23) 661 34 00 - centrala;
(023) 662 39 89 - sekretariat
Fax. (0 23) 662 32 14
e-mail: przetargi@szpitalplonsk.pl



ISO 9001:2008

FZP.261.32.2018

Płońsk, dn. 20.11.2018 r.

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawy urządzeń jednorazowego użytku

WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ NR 2 / ZMIANA TREŚCI SIWZ NR 3
(zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego)

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Płońsku na podstawie art. 38 ust. 2 i art. 38 ust. 4 ustawy – Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (t.j Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) modyfikuje treść Wyjaśnień treści / Zmianę treści SIWZ Nr 1 z dnia 15.11.2018 r. w zakresie następujących pytań. Pozostała treść Wyjaśnień treści / Zmiana treści SIWZ Nr 1 pozostaje bez zmian.

Pytanie nr 132

Zadanie 1 Poz.15: Prosimy o dopuszczenie autonomicznego zestawu transfuzji po operacji jak poniżej:
Sterylny zestaw do autotransfuzji pooperacyjnej składający się z: dwóch drenów z trokarami, mieszka min.125 ml. Z zastawką przeciwwrotną, worka na krew z filtrem max 200 u o poj. 700 ml z zastawką przeciwwrotną, portem dokręcany. Aparatem do przetoczeń dostosowanym do zestawu z filtrem 175/40/10, worek drenażowy o poj. 700 ml z zastawką przeciwwrotną, opatrunek z warstwą hydrokoloidu.

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 133

Zadanie 1 Poz.16: Prosimy o dopuszczenie zaoferowania worka na krew do autonomicznego zestawu do operacji z filtrem max 200 mikronów, poj. 700ml, z zastawką i białą tylną ścianką.

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający wyraża zgodę.

Zamawiający wskazuje, iż niniejsze wyjaśnienia stanowią integralną część SIWZ. Wykonawca w formularzu cenowym zobowiązany jest do wskazania, że uwzględni rozwiązania o parametrach dopuszczonych w drodze niniejszych wyjaśnień. Brak takiego wskazania zostanie uznany za zaoferowanie rozwiązań o parametrach wskazanych w opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik do SIWZ.

ZAMAWIAJĄCY

DYREKTOR

Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów
Opieki Zdrowotnej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego
w Płońsku

lek. Paweł Obermeyer