



**Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej  
im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Płońsku**

ul. Henryka Sienkiewicza 7, 09-100 Płońsk woj. mazowieckie  
NIP 567-15-32-011 Regon 000308703 Tel. (0 23) 661 34 00 - centrala;  
(023) 662 39 89 - sekretariat  
Fax. (0 23) 662 32 14  
e-mail: przetargi@szpitalplonsk.pl



**ISO 9001:2008**

FZP.261.32.2018

Płońsk, dn. 15.11.2018 r.

*Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę urządzeń jednorazowego użytku*

**WYJAŚNIENIE TREŚCI / ZMIANA TREŚCI SIWZ NR 1**  
(zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego)

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Płońsku na podstawie art. 38 ust. 2 i art. 38 ust. 4 ustawy – Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (t.j Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) udziela odpowiedzi na pytania, które wpłynęły od Wykonawców:

**Pytanie nr 1**

Pakiet 13 Pozycja 13 Czy Zamawiający z uwagi na niejednorodny charakter produktów zawartych w zadaniu 13 wydzieli pozycje: 13 i utworzy z niej odrębny pakiet/zadanie. Zamawiający umożliwi w ten sposób na złożenie konkurencyjnej oferty firmom biorącym udział w niniejszym postępowaniu, a tym samym będzie miał wybór z spośród najkorzystniejszych ofert, jak i możliwość osiągnięcia niższych cen.

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający wyraża zgodę na wydzielenie i zamieszcza Formularz cenowy po zmianie.

**Pytanie nr 2**

Czy Zamawiający uzna za spełniony wymóg art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP, jeśli wykonawca, który nie należy do żadnej grupy kapitałowej, przedstawi stosowne oświadczenie wraz z ofertą?

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający uzna za spełniony wymóg art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP, jeśli Wykonawca, który nie należy do żadnej grupy kapitałowej, przedstawi stosowne oświadczenie wraz z ofertą.

**Pytanie nr 3**

Dotyczy pakietu nr 6 Czy Zamawiający w pozycji 1 dopuści obecnie stosowane przez Zamawiającego, dreny Kehra wykonane z silikonu, w kształcie litery T, z linią widoczną w rtg, znaczniki co 5 cm, długość ramienia głównego około 50 cm, poprzecznego około 20 cm, sterylne, podwójnie pakowane, dostarczane z łącznikiem schodkowym, w rozmiarach odpowiednio 9Ch i 12Ch, 15Ch, 18Ch?

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający wyraża zgodę.

**Pytanie nr 4**

Dotyczy pakietu nr 6 Czy Zamawiający w pozycji 2 dopuści obecnie stosowane przez Zamawiającego, dreny z trokarem trójgranic, o długości 40 cm, w rozmiarach odpowiednio 28F, 20F, 24F i 32F, spełniające pozostałe wymagania określone w SIWZ?

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający wyraża zgodę

**Pytanie nr 5**

Zadanie nr 12 poz. 10,11 Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o informację jakiego rozmiaru papieru oczekuje ww pozycjach.

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający w Zadaniu Nr 12 poz. 10 oczekuje papieru o wymiarze 106x25, natomiast w poz. 11 papieru o wymiarze 100x22.

**Pytanie nr 6**

Zadanie nr 12 poz. 10,11 Prosimy o dopuszczenie ww papier do defibrylatora 12,15 o rozmiarze 107x23

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający nie wyraża zgody.

**Pytanie nr 7**

Zadanie nr 12 poz. 20 Prosimy o dopuszczenie ww plasterki do venflonów bez przezroczystego okienka, reszta parametrów bez zmian.

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający nie wyraża zgody na dopuszczenie.

**Pytanie nr 8**

Zadanie nr 3 poz.1-3 Czy Zamawiający dopuści w ww. pozycjach wycenę za op. – 50 szt., z jednoczesnym przeliczeniem wymaganych ilości? Podanie cen za opakowania nie będzie zawyżało całkowitej wartości przygotowanej oferty przetargowej, co miałyby miejsce w przypadku przeliczenia ceny dla 1 sztuki i podania jej z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, co wiąże się z koniecznością jej zaokrąglenia.

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający nie wyraża zgody na propozycję Wykonawcy. Jednocześnie Zamawiający wyjaśnia, iż w SIWZ nie określił wielkości opakowania oraz nie dopuszcza przeliczenia ilości podanej w SIWZ na opakowania. Zamawiający wymaga, aby w załączniku nr 6 do SIWZ – Formularz cenowy Wykonawca wycenił przedmiot zamówienia w ilościach zgodnych z określonymi w kolumnie „Ilość” oraz podał ceny jednostkowe zgodnie z jednostką miary określoną w kolumnie „J. m”. Podana w kolumnie „J.m.” wielkość służy do wyliczenia ceny oferty, zaś w trakcie realizacji umowy Zamawiający dopuszcza możliwość dostawy przedmiotu zamówienia w opakowaniu o wielkości o której mowa w pytaniu.

**Pytanie nr 9**

Projekt umowy – par. 6 ust. 1 Prosimy o zmianę kary umownej na 2 % wartości brutto opóźnionej dostawy za każdy rozpoczęty dzień zwłoki. Zapis zawarty w par. 6 ust. 1 odnoszący się kary umownej jest sprzeczny z art. 5 KC oraz art. 139 ustawy PZP, przez co narusza cywilnoprawną równość stron umowy, gdyż umowa w przypadku nieterminowych płatności przewiduje karę dla Zamawiającego w wysokości odsetek ustawowych. Potwierdza to wyrok Zespołu Arbitrów z dnia 24.06.2014 r. sygn. UZP/ZO/0-924/04, którzy orzeka, że wprowadzanie takich dysproporcji w umowie jest niedozwolone. Obwarowanie Wykonawcy tak wysokimi karami umownymi stoi w sprzeczności z istotą instytucji kary umownej. Zgodnie z Orzecnictwem Sądu Najwyższego (Wyrok z dnia 29.12.1978r., IV CR 440/798) “Kara umowna – jako rażąco wygórowana powinna ulec zmniejszeniu w stopniu dostosowanym do tej dysproporcji. W przeciwnym razie kara umowna – tracąc charakter surogatu odszkodowania (art.483 § 1 k.c.) - prowadziłyby do nie uzasadnionego wzbogacenia wierzyciela”.

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający nie wyraża zgody.

**Pytanie nr 10**

SIWZ dział XVII pkt.6 W związku z faktem, że złożenie oferty w postępowaniu przetargowym nie jest czynnością zobowiązującą w rozumieniu prawa cywilnego (a jest nią dopiero podpisanie umowy) chcielibyśmy potwierdzić, że Zamawiający uzna za wystarczające pełnomocnictwo do złożenia oferty przetargowej wskazujące, iż osoba w nim wskazana umocowana jest do przygotowania, podpisania i złożenia oferty przetargowej w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego? Oczywiście umowa w sprawie zamówienia publicznego zostanie podpisana przez osobę umocowaną do zaciągania zobowiązań i składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający uzna za wystarczające pełnomocnictwo do złożenia oferty przetargowej wskazujące, iż osoba w nim wskazana umocowana jest do przygotowania, podpisania i złożenia oferty przetargowej w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego

**Pytanie nr 11**

Projekt umowy – par. 8 ust. 1 ppkt. b) Prosimy o uzależnienie możliwości przedłużenia czasu obowiązywania umowy, w przypadku niezrealizowania całości zamówienia w okresie 24 miesięcy, od wyrażenia zgody przez wykonawcę. W przypadku odpowiedzi odmownej na ww. pytanie, prosimy o ustalenie czasu, o który może zostać przedłużona umowa na maksymalnie 6 miesięcy. Byłby to termin wystarczający do przeprowadzenia niezbędnych procedur przetargowych przez Zamawiającego

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zgodnie z treścią SIWZ wzór umowy par. 8 ust. 1 Wszelkie zmiany i uzupełnienia do niniejszej umowy mogą być dokonane za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie, w formie aneksu, pod rygorem nieważności oraz ust. 2 ppkt. b) Dopuszcza się przedłużenie umowy w przypadku niewykorzystania środków finansowych określonych w umowie (zmiana terminu obowiązywania umowy).

**Pytanie nr 12**

Pytania 1 do Pakietu Nr 13 Zwracamy się z prośbą o wydzielenie z w/w pakietu pozycji nr 15 oraz utworzenie odrębnego pakietu. Wydzielenie pozwoli na udział w postępowaniu większej ilości Wykonawców, oraz zmniejszy koszt zakupu.

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający wyraża zgodę na wydzielenie i zamieszcza Formularz cenowy po zmianie.

**Pytanie nr 13**

Zadanie nr 12 poz. 20 Zwracamy się do Zamawiającego o wydzielenie poz. 20 do osobnego pakietu. Powyższa pozycja należy do innej grupy asortymentowej (pakiet typowy dla elektromedycyny). Takie rozwiązanie pozwoli na złożenie większej ilości ofert.

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający wyraża zgodę na wydzielenie i zamieszcza Formularz cenowy po zmianie.

**Pytanie nr 14**

pakiet 11 pozycja 25 Czy Zamawiający dopuści cewniki dwuświatłowe, poliuretanowe wykonane z biokompatybilnego materiału zapobiegającego zwężaniu naczyń, budowa cewnika zmniejsza ryzyko adhezji bocznej do ściany naczynia, odporny na zginanie bez bocznych otworów, z końcówką schodkową, z przyjaznymi dla pacjenta zakrzywionymi przedłużaczami, ze wsuniętymi mandrynami, cewniki:

o przekroju 12 Fr i długościach: 15 cm, 17 cm, 20 cm, 25 cm,

o przekroju 14 Fr i długościach 17 cm, 20 cm, 25 cm, 30 cm,

do wyboru przez Zamawiającego z nadrukiem objętości wypełnienia na ramionach sterylizowane tlenkiem etylenu, nieprzepuszczalne dla promieni rentgenowskich, zestaw apirogeny kompletny do implantacji?

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający nie wyraża zgody.

**Pytanie nr 15**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie pozycji 25 z pakietu 11 i stworzy osobny pakiet dla tych pozycji?

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający wyraża zgodę na wydzielenie i zamieszcza Formularz cenowy po zmianie.

**Pytanie nr 16**

pakiet 1 pozycja 26 Czy Zamawiający dopuści do postępowania produkt Citra-Valve™ bezigłowy zamknięty system do centralnych dostępów naczyniowych o działaniu przeciwbakteryjnym z czasem stosowania przez 7 dni do 750 aktywacji, objętość własna 0,09 ml, membrana w kolorze czerwony, bez mechanicznych części wewnętrznych, wolny od BPA, posiadający prosty tor przepływu, kompatybilny z końcówką Luer, Luer Lock o przepływie grawitacyjnym powyżej ( 550 ml/min ) przy ciśnieniu 1 PSI o zakresie do ( 1300 ml/min ) przy ciśnieniu 5 PSI, przezierny umożliwiający kontrolę całego toru przepływu krwi, pakowany pojedynczo?

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający nie wyraża zgody.

**Pytanie nr 17**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie pozycji 26 z pakietu 1 i stworzy osobny pakiet dla tej pozycji?

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający wyraża zgodę na wydzielenie i zamieszcza Formularz cenowy po zmianie.

**Pytanie nr 18**

Czy Zamawiający zgodzi się na wydzielenie z zadania nr 18 poz nr 9 i utworzenie nowego zadania? Pozwoli to na udział w postępowaniu większej liczby Wykonawców i złożenie ważnej oferty przetargowej.

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający wyraża zgodę na wydzielenie i zamieszcza Formularz cenowy po zmianie.

**Pytanie nr 19**

Dotyczy poz. 1-6 Czy Zamawiający dopuści rękawice chirurgiczne lateksowe sterylne, lekko pudrowane, jednorazowego użytku, z równomiernie rolowanym mankietem, mikroteksturowane na całej powierzchni dłoni i palców, kształt anatomiczny o długości min. 285 mm, poziomem protein poniżej 50 µg/g, o lepszym poziomie AQL 0,65, grubości na palcu min. 0,21mm, składane w połowie. Zgodnymi z normami EN 455 (1-2-3-4); EN 556; EN 420; EN 374; EN 388; ASTM F 1670; ASTM F 1671, zarejestrowane, jako wyrób medyczny oraz środek ochrony indywidualnej kat. 3.

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający wyraża zgodę.

**Pytanie nr 20**

Dotyczy poz. 7-13 Czy Zamawiający dopuści rękawice chirurgiczne lateksowe sterylne, bezpudrowe, jednorazowego użytku, z równomiernie rolowanym mankietem, mikroteksturowane na całej powierzchni dłoni i palców, kształt anatomiczny o długości min. 295 mm, poziomem protein  $\leq 20$  µg/g z oznaczeniem lewa i prawa na wewnętrznej części opakowania, zgodnymi z normami EN 455 (1-2-3-4); EN 556; EN 420; EN 374; EN 388; ASTM F 1670; ASTM F 1671. Zarejestrowane, jako wyrób medyczny oraz środek ochrony indywidualnej kat 3, odporne na przenikanie min. 3 cytostatyków na min. 4 poziomie odporności zgodnie z EN 374-3, AQL 0,65.

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający wyraża zgodę.

**Pytanie nr 21**

Dotyczy poz. 14-15 Czy Zamawiający dopuści rękawice chirurgiczne lateksowe bezpudrowe, do zabiegów ginekologicznych, jałowe, polimeryzowane, powierzchnia lekko teksturowana. Mankiet zakończony rolowanym brzegiem zapobiegającym zsuwaniu się rękawicy. Kształt anatomiczny zróżnicowane na prawą i lewą dłoń. Sterylizowane radiacyjnie. Poziom szczelności: AQL 1,5. Poziom protein  $< 10$  µg/g. Długość rękawicy: min.500mm. Grubość rękawicy: dłoń min: 0,33mm. Przebadane na wirusy zgodnie z normą ASTM F 1671. Zgodne z normami: EN 455 (1-2-3-4); EN 556.

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający wyraża zgodę.

**Pytanie nr 22**

Dotyczy poz. 25-27 Czy Zamawiający dopuści rękawice diagnostyczne nitylowe, bezpudrowe, niesterylne, jednorazowego użytku, z wewnętrzną warstwą polimerową, powierzchnia zewnętrzna mikroteksturowana z dodatkową widoczną teksturą na końcach palców. wzmocnionym mankiecie, zgodnych z normami 455 (1-2-3-4); EN 420; EN 374 (1-2-3); EN 388; ASTM F 1670 oraz ASTM F 1671, poziomie AQL  $\leq 1.0$ , grubości w części palca 0,11mm +/- 0,01mm oraz przebadanych zgodnie z normą EN 374-3 na przenikanie związków chemicznych (przynajmniej 4 związki chemiczne na poziomie min. 2 w tym 70% izopropanol z czasem przenikania min.60 minut) – raport z badania jednostki niezależnej dołączony do oferty. Dopuszczone do kontaktu z żywnością. Pakowane w op. a 100 szt . Rozmiary: XS, S, M, L,XL. Fabrycznie oznakowane jako wyrób medyczny i środek ochrony osobistej kat.III, z odpowiednim przeliczeniem ilości opakowań.

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający wyraża zgodę.

**Pytanie nr 23**

Dotyczy poz. 25-27 Czy Zamawiający dopuści rękawice diagnostyczne nitrylowe, bezpudrowe, niesterylne, jednorazowego użytku, kolor niebieski, z teksturą na końcach palców, wzmocnionym mankiecie, zgodnych z normami 455 (1-2-3-4); EN 420; EN 374 (1-2-3); EN 388 oraz ASTM F-1671, dopuszczone do kontaktu z żywnością poziomie AQL  $\leq 1.0$ , grubości w części palca 0,09mm +/- 0,01mm. Pakowane w op. a 100 szt. Rozmiary: XS, S, M, L, XL. Fabrycznie oznakowane jako wyrób medyczny i środek ochrony osobistej kat.III, z odpowiednim przeliczeniem ilości opakowań.

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający wyraża zgodę.

**Pytanie nr 24**

Dotyczy SIWZ Czy Zamawiający uzna za spełniony wymóg art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP, jeśli wykonawca, który nie należy do żadnej grupy kapitałowej, przedstawi stosowne oświadczenie wraz z ofertą.

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający uzna za spełniony wymóg art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP, jeśli Wykonawca, który nie należy do żadnej grupy kapitałowej, przedstawi stosowne oświadczenie wraz z ofertą

**Pytanie nr 25**

Zadanie nr 12 poz. 20 Zwracamy się do Zamawiającego o dopuszczenie plasterków przezroczystych umożliwiających obserwację wkłucia o rozmiarze 6x7cm, reszta parametrów bez zmian.

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający wyraża zgodę.

**Pytanie nr 26**

Zadanie nr 12 poz. 20 Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie ww plasterków włókninowych bez okienka o rozmiarze 7,6x5,1cm, reszta parametrów bez zmian.

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający nie wyraża zgody na dopuszczenie.

**Pytanie nr 27**

Pakiet 24 Poz. 1-6 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie nieznacznie różniącej grubości konwencjonalnej rękawicy wnoszącej na palcu min. 0,20 – 0,21 mm. Opakowanie zewnętrzne hermetyczne składane foliowe podciśnieniowe z dodatkowymi tłoczeniami w listkach ułatwiającymi otwieranie.

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający wyraża zgodę.

**Pytanie nr 28**

Pakiet 24 Poz. 1-6 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawic o długości całkowitej zgodnej z wytycznymi ustawodawcy określonymi w normie EN 455-2, wnoszącej min. 260 – 280 mm, która w pełni zakrywa mankiet fartucha i zapewnia bezpieczeństwo pracy podczas zabiegu chirurgicznego. AQL  $\leq 1.0$ , grubość na palcu min. 0,21 mm. Obniżony poziom protein  $< 20 \mu\text{g/g}$  potwierdzony badaniami niezależnego laboratorium od producenta. Opakowanie jednostkowe podwójne, hermetyczne, pakowane po max 70 par.

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający wyraża zgodę.

**Pytanie nr 29**

Pakiet 24 Poz. 7 – 13 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie nieznacznie różniącej grubości konwencjonalnej rękawicy wnoszącej na palcu min. 0,21 – 0,22 mm. Opakowanie zewnętrzne hermetyczne składane foliowe podciśnieniowe z dodatkowymi tłoczeniami w listkach ułatwiającymi otwieranie.

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający wyraża zgodę.

**Pytanie nr 30**

Pakiet 24 Poz. 7 – 13 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawic o dł. 260-285 mm w zależności od rozmiaru, która w pełni zakrywa mankiet fartucha i zapewnia bezpieczeństwo pracy podczas zabiegu chirurgicznego. Pragniemy podkreślić, że różnica w długości rękawic wynika jedynie z wielkości – długości samej dłoni, na którą dany rozmiar jest przeznaczony, natomiast długość samego mankieta pozostaje niezmienna dla wszystkich rozmiarów. AQL  $\leq$  1,0. Poziom protein  $<$  10  $\mu$ g/g potwierdzony badaniami niezależnego laboratorium od producenta. Opakowanie zewnętrzne hermetyczne foliowe z wycięciem w listku ułatwiającym otwieranie

**Odpowiedź Zamawiającego**

Zamawiający wyraża zgodę.

**Pytanie nr 31**

Pakiet 24 Poz. 14 i 15 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie jako alternatywy rękawic ginekologicznych lateksowych bezpydrowych delikatnie teksturowanych o przedłużonym mankiecie 500 mm - długość potwierdzona na opakowaniu. Grubości na pojedynczej ścianie palca min. 0,18 mm, która poprawia wrażliwość dotykową, zwłaszcza w kontakcie z tkankami miękkimi. Poziom AQL  $\leq$  1,5, poziom protein  $<$  50  $\mu$ g/g. Szczelnie pakowane w opakowania foliowe podciśnieniowe.

**Odpowiedź Zamawiającego**

Zamawiający wyraża zgodę.

**Pytanie nr 32**

Pakiet 24 Poz. 25 – 27 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie nieznacznie różniącej grubości konwencjonalnej rękawicy wynoszącej na palcu min. 0,10 - 0,12 mm.

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający wyraża zgodę.

**Pytanie nr 33**

Pakiet 24 Prosimy Zamawiającego o wydzielenie z pakietu pozycji od 16 do 27 i utworzenie nowego pakietu. Pozwoli to na złożenie ważnej konkurencyjnej oferty.

**Odpowiedź Zamawiającego**

Z uwagi na jednolity charakter produktów w Zadaniu Nr 24 Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie w/w pozycji.

**Pytanie nr 34**

Czy nie doszło do omyłki pisarskiej w rozdziale XII ust. 7 pkt 8? Zamawiający wymaga dołączenia próbki na wezwanie do zadania 15 poz. 13, a takiej pozycji nie ma w danym przetargu.

**Odpowiedź Zamawiającego**

Zamawiający informuje, iż zaszła omyłka. W SIWZ kartę charakterystyki i opinię jednostki notyfikowanej należy załączyć do Zadania Nr 16 poz. 13.

**Pytanie nr 35**

Zadanie 21, poz. 14-15: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie podkładów pakowanych w op. a`12 szt? Cena zostanie podana za jedną sztukę produktu.

**Odpowiedź Zamawiającego**

Zamawiający wyraża zgodę.

**Pytanie nr 36**

Czy Zamawiający potwierdza, że za dni robocze w rozumieniu umowy przyjmuje dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnymi od pracy?

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający potwierdza.

**Pytanie nr 37**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zastąpienie w § 6 ust. 1 słowa „opóźnienia” słowem „zwłoki”?

**Odpowiedź Zamawiającego**

Zamawiający nie wyraża zgody.

**Pytanie nr 38**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na obniżenie kary umownej w §6 ust. 1 z 2% do 1%?

**Odpowiedź Zamawiającego**

Zamawiający nie wyraża zgody.

**Pytanie nr 39**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę aby kara umowna w opisana w § 6 ust. 2 naliczana była od niezrealizowanej części umowy?

**Odpowiedź Zamawiającego**

Zamawiający nie wyraża zgody.

**Pytanie nr 40**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na obniżenie kary umownej w §6 ust. 2 z 5% do 3%?

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający nie wyraża zgody.

**Pytanie nr 41**

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wydzielenie z pakietu Nr 9 pozycji nr 4 zawierającej Testy Ureazowe GUT+ do osobnego pakietu?

**Uzasadnienie:** Testy ureazowe są szczególnym testem diagnostycznym, nie mającym nic wspólnego z pozostałymi pozycjami w pakiecie [ worki, kaczki jednorazowe itd.] . W dostawie testów ureazowych do diagnostyki in vitro specjalizują się dystrybutorzy, którzy zajmują się kompleksowo diagnostyką laboratoryjną in vitro, a testami w kierunku *Helicobacter pylori* w szczególności. **Zresztą firma nasza była jedynym i wyłącznym dostawcą testu GUT+.** Wydzielenie ich umożliwi Zamawiającemu uzyskanie właściwego testu po najniższej cenie. Szpital uniknie w ten sposób np. groźby dostawy wadliwych testów starej generacji - po zawyżonych cenach. Testy ureazowe są wykorzystywane w bardzo drogim i skomplikowanym badaniu gastrokopowym, a fałszywe wyniki uzyskane przez niewłaściwe testy ureazowe skutkować mogą niepotrzebnymi wydatkami na drogie terapie eradykacyjne. W Polsce 100% użytkowników tych testów mających na uwadze powyższe czynniki wydziela je do dokładnie opisanych , pojedynczych pakietów lub umożliwia złożenie oferty na poszczególne pozycje... W obecnej postaci przetarg w zakresie Pakietu Nr 9 dla pozycji nr 4 generuje jedynie dodatkowe zyski dla hurtowni i firm farmaceutycznych, zawyżając niepotrzebnie cenę dla posiadającego raczej ograniczone środki Szpitala.

**Odpowiedź Zamawiającego**

Zamawiający wyraża zgodę na wydzielenie i zamieszcza Formularz cenowy po zmianie.

**Pytanie nr 42**

Zadanie 11 poz. 58, 59 Proszę o wydzielenie w/w pozycji z pakietu, co pozwoli uzyskać Państwu większą liczbę bardziej korzystnych ofert zarówno pod względem asortymentu jak i ceny.

**Odpowiedź Zamawiającego**

Zamawiający wyraża zgodę na wydzielenie i zamieszcza Formularz cenowy po zmianie.

**Pytanie nr 43**

Zadanie 11 poz. 58 Proszę o dopuszczenie przyrządów z jednoczęściową, elastyczną komorą kroplową. Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

**Odpowiedź Zamawiającego**

Zamawiający nie wyraża zgody.

**Pytanie nr 44**

Zadanie 11 poz. 59 Czy Zamawiający dopuszcza przyrząd standardowy do przetaczania płynów, jak np. producenta Margomed: Komora kroplowa jednoczęściowa, elastyczna; odpowietrznik z filtrem bakteryjnym, zacisk rolkowy o dużym skoku, długość zacisku min. 5 cm, możliwość dokładnego zamknięcia światła drenu zaciskiem rolkowym, miejsce na osłonięcie kolca aparatu po użyciu, miejsce na podwieszenie końcówki drenu w zacisku rolkowym. Jałowy, niepirogenny, nietoksyczny.

**Odpowiedź Zamawiającego**

Zamawiający nie wyraża zgody.

**Pytanie nr 45**

Zadanie 4, pozycje 18 – 22 Czy Zamawiający dopuści rurki intubacyjne zbrojone z informacją o średnicy mankietu podaną na opakowaniu jednostkowym?

**Odpowiedź Zamawiającego**

Zamawiający nie wyraża zgody.

**Pytanie nr 46**

Zadanie 8, pozycja 13 Czy Zamawiający dopuści szyny Kramera niepokryte farbą?

**Odpowiedź Zamawiającego**

Zamawiający nie wyraża zgody.

**Pytanie nr 47**

Zadanie 8, pozycja 14 Czy Zamawiający dopuści wycenę kieliszków za opakowanie a'90 szt. z przeliczeniem ilości na 667 opakowań?

**Odpowiedź Zamawiającego**

Zamawiający nie wyraża zgody na propozycję Wykonawcy. Jednocześnie Zamawiający wyjaśnia, iż w SIWZ nie określił wielkości opakowania oraz nie dopuszcza przeliczenia ilości podanej w SIWZ na opakowania. Zamawiający wymaga, aby w załączniku nr 6 do SIWZ – Formularz cenowy Wykonawca wycenił przedmiot zamówienia w ilościach zgodnych z określonymi w kolumnie „Ilość” oraz podał ceny jednostkowe zgodnie z jednostką miary określoną w kolumnie „J. m”. Podana w kolumnie „J.m.” wielkość służy do wyliczenia ceny oferty, zaś w trakcie realizacji umowy Zamawiający dopuszcza możliwość dostawy przedmiotu zamówienia w opakowaniu o wielkości o której mowa w pytaniu.

**Pytanie nr 48**

Zadanie 8, pozycja 19 Czy Zamawiający dopuści utrwalacz do badań cytologicznych o pojemności 200ml?

**Odpowiedź Zamawiającego**

Zamawiający nie wyraża zgody.

**Pytanie nr 49**

Zadanie 12, pozycja 20 Czy Zamawiający dopuści papier w rolce o długości 30m?

**Odpowiedź Zamawiającego**

Zamawiający w Zadaniu 12 pozycja 20 wymaga plasterków do wenflonów.

**Pytanie nr 50**

Zadanie 12, pozycja 20 Czy Zamawiający dopuści opatrunek wykonany z włókniny bez okienka?

**Odpowiedź Zamawiającego**

Zamawiający nie wyraża zgody.

**Pytanie nr 51**

Zadanie 12, pozycja 20 Czy Zamawiający dopuści opatrunek wykonany w całości z folii poliuretanowej z ramką i wycięciem U w rozmiarze 6cm x 7cm? W przypadku negatywnej odpowiedzi zwracamy się z prośbą o wydzielenie w/w pozycji do osobnego pakietu co umożliwi złożenie naszej firmie konkurencyjnej oferty.

**Odpowiedź Zamawiającego**

Zamawiający wyraża zgodę.

**Pytanie nr 52**

Zadanie 12, pozycja 21 Czy Zamawiający dopuści kompatybilny z urządzeniem ustnik o wymiarach 28 x 30 x 60mm?

**Odpowiedź Zamawiającego**

Zamawiający nie wyraża zgody.

**Pytanie nr 53**

Zadanie 24, pozycje 1-6 Czy Zamawiający dopuści rękawice sterylne lateksowe z niewyczuwalną różnicą grubości na palcu  $0,23 \pm (0,02) \text{mm}$ ; o długości od min. 275 do min. 285mm w zależności od rozmiaru; ze specjalną warstwą antypoślizgową zapewniającą pewny chwyt; poziom białek lateksowych max  $94 \mu\text{g/g}$  ?

**Odpowiedź Zamawiającego**

Zamawiający nie wyraża zgody.



**Pytanie nr 54**

Zadanie 24, pozycje 7-13 Czy Zamawiający dopuści rękawice sterylne lateksowe z niewyczuwalną różnicą grubości na palcu  $0,22\pm(0,02)$ mm; poziom białek lateksowych max  $33\mu\text{g/g}$ ; z mikroteksturą na palcach i dłoni?

**Odpowiedź Zamawiającego**

Zamawiający nie wyraża zgody.

**Pytanie nr 55**

Zadanie 24, pozycje 7-13 Czy Zamawiający dopuści rękawice sterylne lateksowe składane w połowie?

**Odpowiedź Zamawiającego**

Zamawiający nie wyraża zgody.

**Pytanie nr 56**

Zadanie 24, pozycje 7-13 Czy Zamawiający dopuści rękawice sterylne lateksowe o długości od min. 280 do min. 290mm w zależności od rozmiaru?

**Odpowiedź Zamawiającego**

Zamawiający wyraża zgodę.

**Pytanie nr 57**

Zadanie 24, pozycje 7-13 Czy Zamawiający dopuści rękawice sterylne lateksowe z niewyczuwalną różnicą grubości na palcu  $0,21\pm(0,02)$ mm; poziom białek lateksowych  $10\mu\text{g/g}$ ; posiadające specjalną warstwę antypoślizgową zapewniającą pewny chwyt?

**Odpowiedź Zamawiającego**

Zamawiający nie wyraża zgody.

**Pytanie nr 58**

Zadanie 24, pozycje 14-15 Czy Zamawiający dopuści rękawice sterylne lateksowe o długości  $480\pm(10)$ mm; AQL 1,5?

**Odpowiedź Zamawiającego**

Zamawiający nie wyraża zgody.

**Pytanie nr 59**

Zadanie 24, pozycje 19-24 Prosimy o doprecyzowanie czy Zamawiający miał na myśli rękawice lateksowe niesterylne o kształcie anatomicznym (z wyróżnieniem na lewą i prawą dłoń) czy uniwersalnym (pasująca na lewą i prawą dłoń)?

**Odpowiedź Zamawiającego**

Zamawiający wymaga rękawic uniwersalnych, pasujących na lewą i prawą dłoń.

**Pytanie nr 60**

Zadanie 24, pozycje 25-27 Czy Zamawiający dopuści rękawice nitrylowe o grubości na palcu  $0,10\pm(0,01)$ mm; o teksturze na końcach palców?

**Odpowiedź Zamawiającego**

Zamawiający nie wyraża zgody.

**Pytanie nr 61**

Zadanie 24, pozycje 25-27 Czy Zamawiający dopuści rękawice nitrylowe chlorowana od wewnątrz; o grubości na palcu  $0,12\pm(0,02)$ mm; posiadając teksturę na końcach palców?

**Odpowiedź Zamawiającego**

Zamawiający nie wyraża zgody.

**Pytanie nr 62**

Zadanie 24, pozycje 25-27 Czy Zamawiający dopuści rękawice nitrylowe w opakowaniu a' 100 z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości opakowań?

**Odpowiedź Zamawiającego**

Zamawiający nie wyraża zgody na propozycję Wykonawcy. Jednocześnie Zamawiający wyjaśnia, iż w SIWZ nie określił wielkości opakowania oraz nie dopuszcza przeliczenia ilości podanej w SIWZ na opakowania. Zamawiający wymaga, aby w załączniku nr 6 do SIWZ – Formularz cenowy Wykonawca wycenił przedmiot

zamówienia w ilościach zgodnych z określonymi w kolumnie „Ilość” oraz podał ceny jednostkowe zgodnie z jednostką miary określoną w kolumnie „J. m”. Podana w kolumnie „J.m.” wielkość służy do wyliczenia ceny oferty, zaś w trakcie realizacji umowy Zamawiający dopuszcza możliwość dostawy przedmiotu zamówienia w opakowaniu o wielkości o której mowa w pytaniu.

**Pytanie nr 63**

Dotyczy Pakietu nr 2 poz. 1 Czy Zamawiający dopuści filtr oddechowy z wymiennikiem ciepła i wilgoci o oporach przepływu 0,94 cm H<sub>2</sub>O przy 30 l/min, 2,32 cm H<sub>2</sub>O przy 60 l/min wadze 30 g, przestrzeni martwej 53 ml, spełniający pozostałe wymagania SIWZ?

**Odpowiedź Zamawiającego**

Zamawiający wyraża zgodę. Zamawiający wymaga również, aby filtr oddechowy był sterylny, przeznaczony do użytku 24 godzinnego.

**Pytanie nr 64**

Dotyczy Pakietu nr 2 poz. 3 Czy Zamawiający dopuści sterylny zamknięty system do odsysania z rurki tracheotomijnej oraz intubacyjnej w rozmiarach Ch 12-16 z możliwością stosowania przez 72 godziny (przy możliwej wymianie samego cewnika co 24 h):

- sterylny-pakowany pojedynczo,
- atraumatyczna końcówka cewnika z otworem głównym i 2 otworami bocznymi,
- mocny rękaw zabezpieczający cewnik przed kontaminacją z zewnątrz,
- komora pozwalająca na obserwację wydzieliny pacjenta,
- aktywacja podciśnienia za pomocą przycisku ściskanego wnętrzem dłoni
- obrotowy adapter umożliwiający bezpieczne podłączenie rurki,
- długość 36.5 cm - dla rurek tracheostomijnych i 60 cm dla rurek intubacyjnych,
- zasuwana zastawka oddzielająca cewnik od pacjenta,
- dedykowany port do irygacji i płukania,
- łącznik prosty z końcem schodkowym.

**Odpowiedź Zamawiającego**

Zamawiający wyraża zgodę.

**Pytanie nr 65**

Dotyczy Pakietu nr 2 poz. 4 Czy Zamawiający dopuści układ oddechowy z dodatkową rurą 60 cm, spełniający pozostałe wymagania SIWZ?

**Odpowiedź Zamawiającego**

Zamawiający wyraża zgodę.

**Pytanie nr 66**

Dotyczy Pakietu nr 2 poz. 4 Czy Zamawiający dopuści układ oddechowy bez pułapek wodnych?

**Odpowiedź Zamawiającego**

Zamawiający wyraża zgodę.

**Pytanie nr 67**

Dotyczy Pakietu nr 2 poz. 5 Czy Zamawiający dopuści układ oddechowy z trójnikiem Y bez portów?

**Odpowiedź Zamawiającego**

Zamawiający wyraża zgodę.

**Pytanie nr 68**

Dotyczy Pakietu nr 2 poz. 5 Czy Zamawiający wymaga obwodu rozciągliwego (wykonanego z PP) czy obwody gładkiego wewnątrz, nierozciągliwego (wykonanego z PCV)?

**Odpowiedź Zamawiającego**

Zamawiający wymaga obwodu rozciągliwego.

**Pytanie nr 69**

Dotyczy Pakietu nr 4 poz. 25 Czy Zamawiający dopuści rurki z PCV, bez zawartości silikonu?

**Odpowiedź Zamawiającego**

Zamawiający nie wyraża zgody.

**Pytanie nr 70**

Dotyczy Pakietu nr 4 poz. 32 Czy Zamawiający dopuści maski w rozmiarach poniżej 7kg, 7-17kg, 17-30kg, 30-50kg, 50-70kg, 70-100kg?

**Odpowiedź Zamawiającego**

Zamawiający nie wyraża zgody.

**Pytanie nr 71**

Dotyczy Zadania 8 Pozycja 6 Prosimy o dopuszczenie do zaferowania Żelu do endoskopu zawierającego Chlorhexidine Glukonate.

**Odpowiedź Zamawiającego**

Zamawiający wyraża zgodę, wymaga również aby preparat był rozpuszczalny w wodzie.

**Pytanie nr 72**

Dotyczy Zadania 8 Pozycja 6 Czy Zamawiający dopuści żele pakowane po 25 sztuk?

**Odpowiedź Zamawiającego**

Zamawiający wyraża zgodę.

**Pytanie nr 73**

Dotyczy Zadania 8 Pozycja 8 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie do zaferowania zestaw z cewnikiem wykonanym z poliuretanu w rozmiarze CH 15 o długości 65cm? Pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ.

**Odpowiedź Zamawiającego**

Zamawiający nie wyraża zgody.

**Pytanie nr 74**

Dotyczy Zadania 8 Pozycja 10 Czy Zamawiający wymaga zaferowania aplikatora drewnianego, czy wykonanego z polistyrenu

**Odpowiedź Zamawiającego**

Zamawiający wymaga aplikatora wykonanego z polistyrenu.

**Pytanie nr 75**

Dotyczy Zadania 8 Pozycja 12 Prosimy o rozdzielenie pozycji na: a) pojemniki jałowe; b) pojemniki niejałowe. Chcemy nadmienić, że cena sterylnych pojemników i niesterylnych jest dość różna.

**Odpowiedź Zamawiającego**

Zamawiający wyraża zgodę na rozdzielnie w/w pozycji i zamieszcza Formularz cenowy po zmianie.

**Pytanie nr 76**

Dotyczy Zadania 8 Pozycja 14 Prosimy o wyrażenie zgody na przeliczeniem ilości na pełne opakowania a`75 sztuk, co daje 800 opakowań a`75 szt.

**Odpowiedź Zamawiającego**

Zamawiający nie wyraża zgody na propozycję Wykonawcy. Jednocześnie Zamawiający wyjaśnia, iż w SIWZ nie określił wielkości opakowania oraz nie dopuszcza przeliczenia ilości podanej w SIWZ na opakowania. Zamawiający wymaga, aby w załączniku nr 6 do SIWZ – Formularz cenowy Wykonawca wycenił przedmiot zamówienia w ilościach zgodnych z określonymi w kolumnie „Ilość” oraz podał ceny jednostkowe zgodnie z jednostką miary określoną w kolumnie „J. m”. Podana w kolumnie „J.m.” wielkość służy do wyliczenia ceny oferty, zaś w trakcie realizacji umowy Zamawiający dopuszcza możliwość dostawy przedmiotu zamówienia w opakowaniu o wielkości o której mowa w pytaniu.

**Pytanie nr 77**

Dotyczy Zadania 8 Pozycja 16 Prosimy o wyrażenie zgody na przeliczenie ilości na pełne opakowania a`100 sztuk , co daje 200 opakowań a`100 sztuk.

**Odpowiedź Zamawiającego**

Zamawiający nie wyraża zgody na propozycję Wykonawcy. Jednocześnie Zamawiający wyjaśnia, iż w SIWZ nie określił wielkości opakowania oraz nie dopuszcza przeliczenia ilości podanej w SIWZ na opakowania. Zamawiający wymaga, aby w załączniku nr 6 do SIWZ – Formularz cenowy Wykonawca wycenił przedmiot zamówienia w ilościach zgodnych z określonymi w kolumnie „Ilość” oraz podał ceny jednostkowe zgodnie z jednostką miary określoną w kolumnie „J. m”. Podana w kolumnie „J.m.” wielkość służy do wyliczenia ceny

oferty, zaś w trakcie realizacji umowy Zamawiający dopuszcza możliwość dostawy przedmiotu zamówienia w opakowaniu o wielkości o której mowa w pytaniu.

**Pytanie nr 78**

Dotyczy Zadanie 9 Pozycja 1 Prosimy Zamawiającego o stworzenie pozycji 1a zawierającej słoje szklane wielorazowego użytku, które są osłoną do pozycji 1. Ewentualnie prosimy o sprecyzowanie ilości słoje jaką Zamawiający będzie potrzebował w ciągu trwania umowy tj. przez okres 24 miesięcy.

**Odpowiedź Zamawiającego**

Zamawiający nie wyraża zgody na propozycję Wykonawcy.

**Pytanie nr 79**

Dotyczy Zadanie 9 Pozycja 2 Prosimy o dopuszczenie do zaoferowania szczoteczki do cytologii o długości całkowitej 19,6cm, długości włosia w najdłuższym miejscu 20mm, szerokości włosia 18mm.

**Odpowiedź Zamawiającego**

Zamawiający nie wyraża zgody.

**Pytanie nr 80**

Dotyczy Zadanie 9 Pozycja 10 Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie zestawu do wlewów kontrastowych jelita grubego, zestaw jednorazowego użytku bez funkcji pomiarowej, z naniesioną orientacyjną skalą. Worek z folii kolostomijnej PVC 400x200mm, zamykany zawór wlewu Ø 29mm, zawór spustowy z kulką zamykającą Ø 6mm, średnica drenu Ø 8mm, długość drenu 1700mm, zacisk regulujący przepływ 55x29mm, fartuszek osłaniający rękę Ø 210mm. Każdy zestaw pakowany pojedynczo w opakowanie papier folia. Dostępny w wersji sterylnej lub niesterylnej.

**Odpowiedź Zamawiającego**

Zamawiający wyraża zgodę.

**Pytanie nr 81**

Dotyczy Zadanie 12 Pozycja 9 Czy Zamawiający wymaga, aby papiery do USG były wysokiej rozdzielczości pozwalające uzyskać wydruki o wysokim kontraście i dużej skali szarości oraz były oryginalne zalecane przez producenta Videoprinterów?

**Odpowiedź Zamawiającego**

Zamawiający wymaga, aby papiery do USG były wysokiej rozdzielczości pozwalające uzyskać wydruki o wysokim kontraście.

**Pytanie nr 82**

Dotyczy Zadanie 12 Pozycja 20 Czy Zamawiający dopuści opatrunek wykonany z włókniny bez okienka w rozmiarze 6cm x 8cm?

**Odpowiedź Zamawiającego**

Zamawiający nie wyraża zgody.

**Pytanie nr 83**

Dotyczy Zadanie 13 Pozycja 25 Czy Zamawiający dopuści zestaw składający się ze sterylnej pensety oraz sterylne zestawu: szpatułki, wziernika do nosa oraz wziernika do ucha, wszystko razem zgrzane w jeden pakiet.

**Odpowiedź Zamawiającego**

Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie nr 84**

Dotyczy Zadanie 13 Pozycja 26 i 27 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wkładów uszczelnianych automatycznie po uruchomieniu ssania bez konieczności wciskania wkładu na kanister, posiadający uniwersalny dwufunkcyjny port o średnicy 7,2/12mm, dający możliwość odsysania standardowego oraz ortopedycznego (w komplecie schodkowy łącznik kątowy umożliwiający podłączenie drenów o różnych średnicach), pokrywa posiadająca port dostępowy o średnicy wewnętrznej 25mm do wsypywania proszku żelującego w saszetkach lub pobrania wydzieliny do badań, wkład jest wyposażony w filtr przeciwbakteryjny i zastawkę hydrofobową zabezpieczającą źródło ssania przed zalaniem, uchwyt pętlowy oraz zintegrowana z pokrywą zatyczka do zamknięcia portu po zakończeniu ssania, wkład bez zawartości PCV – takich jak

dostarczane dotychczas – ponieważ obecne wymagania dotyczące wkładów nie potwierdzają kompatybilności z osprzętem będącym na wyposażeniu Szpitala.

**Odpowiedź Zamawiającego**

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

**Pytanie nr 85**

Dotyczy Zadanie 13 Pozycja 26 i 27 Czy Zamawiający oczekuje żeby, każdy wkład posiadał łącznik kątowy o zakończeniu schodkowym który znajduje się na porcie pacjenta służący do podłączenia drenu do odsysania, czy raczej przewiduje zakup łączników umożliwiających podłączenie drenu?

**Odpowiedź Zamawiającego**

Zamawiający oczekuje, aby każdy wkład posiadał łącznik kątowy.

**Pytanie nr 86**

Dotyczy Zadanie 13 Pozycja 28 Prosimy o dopuszczenie drenu do ssaka o średnicy wewnętrznej 6mm, tak jak dotychczas używane.

**Odpowiedź Zamawiającego**

Zamawiający wyraża zgodę.

**Pytanie nr 87**

Do Umowy W celu przyspieszenia kontaktu, prosimy o dopisanie do umowy adresu mailowego przedstawiciela / osoby odpowiedzialnej za realizację umowy po stronie Zamawiającego.

**Odpowiedź Zamawiającego**

Zamawiający na etapie sporządzania umowy dopuszcza możliwość podania adresu e-mail osoby do kontaktów z Wykonawcą w sprawie realizacji umowy.

**Pytanie nr 88**

Dotyczy wzoru umowy § 6 ust. 1: Prosimy Zamawiającego o zmianę zapisu w §6 pkt. 1 umowy w sposób następujący: Za ewentualną nieterminową dostawę przedmiotu umowy Zamawiający może obciążyć Wykonawcę karą umowną w wysokości 1 % wartości brutto niezrealizowanej dostawy za każdy dzień roboczy opóźnienia.

**Odpowiedź Zamawiającego**

Zamawiający nie wyraża zgody.

**Pytanie nr 89**

Zadanie 8, poz. 1-2,14,15-16,19-21 Prosimy o wydzielenie poz. 1-2,14,15-16,19-21 do osobnego pakietu, gdyż takie rozwiązanie pozwoli innym firmom, specjalizującym się w danym asortymencie, na złożenie konkurencyjnej oferty, a tym samym umożliwi Zamawiającemu wybór z pośród najkorzystniejszych ofert, jak i osiągnięcie niższych cen oraz racjonalne gospodarowanie finansami publicznymi.

**Odpowiedź Zamawiającego**

Zamawiający wyraża zgodę na wydzielenie i zamieszcza Formularz cenowy po zmianie.

**Pytanie nr 90**

Zadanie 8, poz. 2 Czy zamawiający dopuści opaski identyfikacyjne dla dorosłych o długości 245 mm, pole opisu 15 mm x 80 mm, długość części regulacyjnej 13,5 cm, 13 zakresów regulacji, opaska zaopatrzona w kartonik do opisu danych pacjenta, pakowane po 100 szt, dostępne w kolorze białym?

**Odpowiedź Zamawiającego**

Zamawiający nie wyraża zgody.

**Pytanie nr 91**

Zadanie 8, poz. 1 Czy zamawiający dopuści opaski identyfikacyjne dla dzieci o długości 170 mm, pole opisu 1,5 cm x 5,5 cm, długość części regulacyjnej 9 cm, 13 zakresów regulacji, opaska zaopatrzona w kartonik do opisu danych pacjenta, pakowane po 100 szt, dostępne w kolorze białym, różowym, niebieskim?

**Odpowiedź Zamawiającego**

Zamawiający nie wyraża zgody.

**Pytanie nr 92**

Zadanie 8, poz. 1-2 Prosimy Zamawiającego dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie handlowe 100 szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.

**Odpowiedź Zamawiającego**

Zamawiający nie wyraża zgody na propozycję Wykonawcy. Jednocześnie Zamawiający wyjaśnia, iż w SIWZ nie określił wielkości opakowania oraz nie dopuszcza przeliczenia ilości podanej w SIWZ na opakowania. Zamawiający wymaga, aby w załączniku nr 6 do SIWZ – Formularz cenowy Wykonawca wycenił przedmiot zamówienia w ilościach zgodnych z określonymi w kolumnie „Ilość” oraz podał ceny jednostkowe zgodnie z jednostką miary określoną w kolumnie „J. m”. Podana w kolumnie „J.m.” wielkość służy do wyliczenia ceny oferty, zaś w trakcie realizacji umowy Zamawiający dopuszcza możliwość dostawy przedmiotu zamówienia w opakowaniu o wielkości o której mowa w pytaniu.

**Pytanie nr 93**

Zadanie 8, poz. 14 Prosimy Zamawiającego dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie handlowe 75 szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.

**Odpowiedź Zamawiającego**

Zamawiający nie wyraża zgody na propozycję Wykonawcy. Jednocześnie Zamawiający wyjaśnia, iż w SIWZ nie określił wielkości opakowania oraz nie dopuszcza przeliczenia ilości podanej w SIWZ na opakowania. Zamawiający wymaga, aby w załączniku nr 6 do SIWZ – Formularz cenowy Wykonawca wycenił przedmiot zamówienia w ilościach zgodnych z określonymi w kolumnie „Ilość” oraz podał ceny jednostkowe zgodnie z jednostką miary określoną w kolumnie „J. m”. Podana w kolumnie „J.m.” wielkość służy do wyliczenia ceny oferty, zaś w trakcie realizacji umowy Zamawiający dopuszcza możliwość dostawy przedmiotu zamówienia w opakowaniu o wielkości o której mowa w pytaniu.

**Pytanie nr 94**

Zadanie 8, poz. 16 Prosimy Zamawiającego dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie handlowe 100 szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.

**Odpowiedź Zamawiającego**

Zamawiający nie wyraża zgody na propozycję Wykonawcy. Zamawiający wymaga, aby w załączniku nr 6 do SIWZ – Formularz cenowy Wykonawca wycenił przedmiot zamówienia w ilościach zgodnych z określonymi w kolumnie „Ilość” oraz podał ceny jednostkowe zgodnie z jednostką miary określoną w kolumnie „J. m”. Podana w kolumnie „J.m.” wielkość służy do wyliczenia ceny oferty, zaś w trakcie realizacji umowy Zamawiający dopuszcza możliwość dostawy przedmiotu zamówienia w opakowaniu o wielkości o której mowa w pytaniu.

**Pytanie nr 95**

Zadanie 8, poz. 21 Prosimy Zamawiającego dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie handlowe 100 szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.

**Odpowiedź Zamawiającego**

Zamawiający nie wyraża zgody na propozycję Wykonawcy. Jednocześnie Zamawiający wyjaśnia, iż w SIWZ nie określił wielkości opakowania oraz nie dopuszcza przeliczenia ilości podanej w SIWZ na opakowania. Zamawiający wymaga, aby w załączniku nr 6 do SIWZ – Formularz cenowy Wykonawca wycenił przedmiot zamówienia w ilościach zgodnych z określonymi w kolumnie „Ilość” oraz podał ceny jednostkowe zgodnie z jednostką miary określoną w kolumnie „J. m”. Podana w kolumnie „J.m.” wielkość służy do wyliczenia ceny oferty, zaś w trakcie realizacji umowy Zamawiający dopuszcza możliwość dostawy przedmiotu zamówienia w opakowaniu o wielkości o której mowa w pytaniu.

**Pytanie nr 96**

Zadanie 8, poz. 20 Prosimy Zamawiającego dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie handlowe 144 szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.

**Odpowiedź Zamawiającego**

Zamawiający nie wyraża zgody na propozycję Wykonawcy. Jednocześnie Zamawiający wyjaśnia, iż w SIWZ nie określił wielkości opakowania oraz nie dopuszcza przeliczenia ilości podanej w SIWZ na opakowania. Zamawiający wymaga, aby w załączniku nr 6 do SIWZ – Formularz cenowy Wykonawca wycenił przedmiot zamówienia w ilościach zgodnych z określonymi w kolumnie „Ilość” oraz podał ceny jednostkowe zgodnie z jednostką miary określoną w kolumnie „J. m”. Podana w kolumnie „J.m.” wielkość służy do wyliczenia ceny oferty, zaś w trakcie realizacji umowy Zamawiający dopuszcza możliwość dostawy przedmiotu zamówienia w opakowaniu o wielkości o której mowa w pytaniu.

**Pytanie nr 97**

Zadanie 9, poz. 7,9,22,26-27 Prosimy o wydzielenie poz. 7,9,22,26-27 do osobnego pakietu, gdyż takie rozwiązanie pozwoli innym firmom, specjalizujący się w danym asortymencie, na złożenie konkurencyjnej oferty, a tym samym umożliwi Zamawiającemu wybór z pośród najkorzystniejszych ofert, jak i osiągnięcie niższych cen oraz racjonalne gospodarowanie finansami publicznymi.

**Odpowiedź Zamawiającego**

Zamawiający wyraża zgodę na wydzielenie i zamieszcza Formularz cenowy po zmianie.

**Pytanie nr 98**

Zadanie 9, poz. 7 Prosimy Zamawiającego dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie handlowe 100 szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.

**Odpowiedź Zamawiającego**

Zamawiający nie wyraża zgody na propozycję Wykonawcy. Jednocześnie Zamawiający wyjaśnia, iż w SIWZ nie określił wielkości opakowania oraz nie dopuszcza przeliczenia ilości podanej w SIWZ na opakowania. Zamawiający wymaga, aby w załączniku nr 6 do SIWZ – Formularz cenowy Wykonawca wycenił przedmiot zamówienia w ilościach zgodnych z określonymi w kolumnie „Ilość” oraz podał ceny jednostkowe zgodnie z jednostką miary określoną w kolumnie „J. m”. Podana w kolumnie „J.m.” wielkość służy do wyliczenia ceny oferty, zaś w trakcie realizacji umowy Zamawiający dopuszcza możliwość dostawy przedmiotu zamówienia w opakowaniu o wielkości o której mowa w pytaniu.

**Pytanie nr 99**

Zadanie 9, poz. 22 Czy zamawiający dopuści worki na wymioty wykonane folii LDPE w kolorze mlecznym, usznik z polipropylenu, bez lateksu i PCW, ze skalą co 100 ml, skala do 1,5 l, zakończony obręczą w systemie "okręć i zamknij", z instrukcją użytkownika w postaci piktogramu umieszczoną na każdym worku, z substancją żelującą?

**Odpowiedź Zamawiającego**

Zamawiający wyraża zgodę.

**Pytanie nr 100**

Zadanie 11, poz. 32;43,45-46; 58-59, Prosimy o wydzielenie poz. 32;43,45-46; 58-59 do osobnego pakietu, gdyż takie rozwiązanie pozwoli innym firmom, specjalizujący się w danym asortymencie, na złożenie konkurencyjnej oferty, a tym samym umożliwi Zamawiającemu wybór z pośród najkorzystniejszych ofert, jak i osiągnięcie niższych cen oraz racjonalne gospodarowanie finansami publicznymi.

**Odpowiedź Zamawiającego**

Zamawiający wyraża zgodę na wydzielenie i zamieszcza Formularz cenowy po zmianie.

**Pytanie nr 101**

Zadanie 11, poz. 32 Prosimy Zamawiającego dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie handlowe 100 szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.

**Odpowiedź Zamawiającego**

Zamawiający nie wyraża zgody na propozycję Wykonawcy. Jednocześnie Zamawiający wyjaśnia, iż w SIWZ nie określił wielkości opakowania oraz nie dopuszcza przeliczenia ilości podanej w SIWZ na opakowania. Zamawiający wymaga, aby w załączniku nr 6 do SIWZ – Formularz cenowy Wykonawca wycenił przedmiot zamówienia w ilościach zgodnych z określonymi w kolumnie „Ilość” oraz podał ceny jednostkowe zgodnie z jednostką miary określoną w kolumnie „J. m”. Podana w kolumnie „J.m.” wielkość służy do wyliczenia ceny oferty, zaś w trakcie realizacji umowy Zamawiający dopuszcza możliwość dostawy przedmiotu zamówienia w opakowaniu o wielkości o której mowa w pytaniu.

**Pytanie nr 102**

Zadanie 11, poz. 32 Czy zamawiający dopuści koreczki z trzpieniem powyżej krawędzi, którego konstrukcja zapewnia szczelność i kompatybilność ze standardowym portem, w kolorze białym, pakowane indywidualnie, zbiorczo po 100 szt. w opakowaniu w formie kartonika, opakowanie jednostkowe typu Tyvec?

**Odpowiedź Zamawiającego**

Zamawiający nie wyraża zgody.

**Pytanie nr 103**

Zadanie 11, poz. 43,45 Czy zamawiający dopuści strzykawkę trzyczęściową z rozszerzoną skalą 50/60 ml Luer Lock oraz strzykawkę trzyczęściową z rozszerzoną skalą 50/60 ml Luer Lock bursztynową – odpowiednio do pozycji, j.uż., sterylne, pakowane indywidualnie, z czytelną, jednostronną skalą co 2 ml?

**Odpowiedź Zamawiającego**

Zamawiający nie wyraża zgody.

**Pytanie nr 104**

Zadanie 11, poz. 46 Czy zamawiający dopuści strzykawkę cewnikowa 50(60)ml – skala mała co 1 ml, duża co 10 ml – uchwyt cylindrowy 8 mm+/- 2, ze stożkową końcówką ściętą usytuowaną centralnie, z jedną końcówką luer do opcjonalnego użycia, czytelną, jednostronną, czarną skalą nominalną i gumową blokadą tłoka, nietoksyczna, niepirogenna, jałowa, sterylizowana tlenkiem etylenu, cylinder i tłok wykonane z polipropylenu?

**Odpowiedź Zamawiającego**

Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie nr 105**

Zadanie 11, poz. 58 Czy Zamawiający dopuści IS bez ftalanów, jałowy, niepirogenny, nietoksyczny, grawitacyjny, z ostrą igłą biorcza dwukanałową wykonana ze wzmocnionego ABS - odpowietrznik z filtrem przeciwbakteryjnym zamykany niebieską klapką - przezroczysta średnio twarda komora kroplowa 20 kropli = 1 ml +/- 0,1 ml, długość całkowita komory kroplowej 62 mm, długość części wykonanej z przezroczystego PVC 55 mm, z filtrem filtr płynu o wielkości oczek 15µm, rolkowy regulator przepływu - łącznik LUER-LOCK z osłonką - opakowanie jednostkowe typu blister papier -folia - sterylizowany tlenkiem etylenu, długość drenu 150 cm?

**Odpowiedź Zamawiającego**

Zamawiający wyraża zgodę.

**Pytanie nr 106**

Zadanie 11, poz. 58 Czy Zamawiający dopuści przyrząd do przetaczania płynów infuzyjnych bez dodatkowego zaczepu na zacisku rolkowym i miejsca na umieszczenie igły biorczej, natomiast kolec igły biorczej posiada osłonę z tworzywa sztucznego?

**Odpowiedź Zamawiającego**

Zamawiający nie wyraża zgody.

**Pytanie nr 107**

Zadanie 11, poz. 59 Czy zamawiający dopuści przyrząd do przetaczania krwi i jej preparatów typu TS, jałowy, niepirogenny, nietoksyczny, grawitacyjny, Filtr 200µm, 20 kropli = 1 ml +/- 0,1 ml, przyrząd posiada ostrą igłą biorcza dwukanałowa wykonana ze wzmocnionego ABS, odpowietrznik z filtrem przeciwbakteryjnym zamykany czerwoną klapką, przezroczysta komora kroplowa z filtrem z PCV, dł. komory kroplowej 7,5 cm w części przezroczystej, rolkowy regulator przepływu, łącznik LUER-LOCK z osłonką, zaczep na dren, dren o długości 150 cm, opakowanie jednostkowe typu blister papier -folia, sterylizowany tlenkiem etylenu?

**Odpowiedź Zamawiającego**

Zamawiający nie wyraża zgody.

**Pytanie nr 108**

Zadanie 11, poz. 59 Czy Zamawiający dopuści przyrząd do przetaczania krwi z zaczepem na zacisku rolkowym, bez miejsca na umieszczenie igły biorczej, natomiast kolec igły biorczej posiada osłonę z tworzywa sztucznego?

**Odpowiedź Zamawiającego**

Zamawiający nie wyraża zgody.

**Pytanie nr 109**

Zadanie 20, poz. 1-8 Czy Zamawiający dopuści sterylne ostrza chirurgiczne ze stali węglowej jednorazowego użytku z wygrawerowanym rozmiarem bezpośrednio na ostrzu, pakowane pojedynczo w folię aluminiową z identyfikacją rozmiarową oraz numerem LOT, datą ważności i produkcji oraz metodą sterylizacji, blister aluminiowy posiada kołnierz ułatwiający otwarcie, na opakowaniu zbiorczym nazwa producenta oraz importera a także pozostałe dane o rozmiarze ostrza, jego kształcie i ponownie nr LOT z datą produkcji i ważności i metodą sterylizacji, pakowane po 100 szt.?

**Odpowiedź Zamawiającego:**



Zamawiający wyraża zgodę.

**Pytanie nr 110**

Zadanie 20, poz. 1-8 Czy zamawiający dopuści aby rozmiar oraz kształt ostrza widoczny był również na opakowaniu zbiorczym (100 szt) –opakowanie zbiorcze: kartonik z dyspenserem – kształt ostrza na opak. zbiorczym przedstawiony w formie piktogramu, jednocześnie rozmiar podany na opakowaniu jednostkowym w formie aluminiowego blistra i dodatkowo wygrawerowany na ostrzu, aluminiowe opakowanie jednostkowe umożliwia również szybką i łatwą identyfikację kształtu ostrza - widoczny odcisk kształtu (kształt ostrza jest ściśle powiązany z rozmiarem)?

**Odpowiedź Zamawiającego**

Zamawiający wyraża zgodę.

**Pytanie nr 111**

Zadanie 20, poz. 1-8 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie ostrzy bez nazwy producenta wygrawerowanej na ostrzu. Nie ma to wpływu na cechy użytkowe produktu, natomiast znacznie ogranicza konkurencję, powodując na etapie składania ofert wyeliminowanie wielu oferentów. Wymóg ten wpłynie na ceny produktu zaoferowane Zamawiającemu i otrzymane wyceny będą wyższe w stosunku do wartości rynkowej.

**Odpowiedź Zamawiającego**

Zamawiający wyraża zgodę.

**Pytanie nr 112**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wprowadzenie zmian w § 4 ust. 3 poprzez zamianę słów „odsetki ustawowe” na „odsetki ustawowe za opóźnienie w transakcjach handlowych”?

**Odpowiedź Zamawiającego**

Zamawiający nie wyraża zgody.

**Pytanie nr 113**

Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy i w zakresie § 6 ust. 1, 2:

1. Za ewentualną nieterminową dostawę przedmiotu umowy Zamawiający może obciążyć Wykonawcę karą umowną w wysokości 0,5% wartości brutto niezrealizowanej dostawy za każdy kalendarzowy dzień opóźnienia, jednak nie więcej niż 10% wartości brutto niezrealizowanej w terminie dostawy przedmiotu umowy.
2. W przypadku rozwiązania umowy albo odstąpienia od umowy, z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10 % wartości niezrealizowanej części umowy brutto.

**Odpowiedź Zamawiającego**

Zamawiający nie wyraża zgody.

**Pytanie nr 114**

Uprzejmie prosimy o wydzielenie pozycji 21, 22 oraz 23 z Pakietu 11 i utworzenie z nich odrębnego pakietu. Wydzielenie wyżej wymienionej pozycji zwiększy konkurencyjność asortymentowo-cenową w przedmiotowym postępowaniu, co przełoży się na uzyskanie przez Zamawiającego bardziej korzystnych cen ofert. Pozostawienie tychże pozycji w dotychczasowym pakiecie silnie ogranicza konkurencję wyłącznie do podmiotów posiadających pełen asortyment zawarty w pakietach. Pakietowanie drobnych, zużywalnych wyrobów medycznych typu igły do wstrzykiwacza insulinowego (typu PEN) faworyzuje konkretnych dostawców, ograniczając znacznej większości dystrybutorów możliwość złożenia ofert co narusza dyscyplinę finansów publicznych zgodnie z przepisami zawartymi w art. 17. ust. 1 pkt. 1) i 5b) Ustawy z dnia 17 grudnia 2004r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (wraz z późn. zm.).

**Odpowiedź Zamawiającego**

Zamawiający wyraża zgodę na wydzielenie i zamieszcza Formularz cenowy po zmianie.

**Pytanie nr 115**

ZADANIE nr 15 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wyłączenie rękawów papierowo-foliowych do sterylizacji (Poz. 1-4) oraz utworzenie odrębnego pakietu? Podzielenie pakietu umożliwiłoby większej ilości oferentom złożenie ofert atrakcyjnych pod względem ceny, walorów funkcjonalno-użytkowych oraz jakości. Umożliwienie złożenia ofert różnym firmom pozwoli Zamawiającemu na dokonanie wyboru oferty zgodnej z SIWZ i najkorzystniejszej cenowo.

**Odpowiedź Zamawiającego**

Zamawiający wyraża zgodę na wydzielenie i zamieszcza Formularz cenowy po zmianie.

**Pytanie nr 116**

ZADANIE nr 15 Czy Zamawiający wymaga aby znak CE był umieszczony jedynie na opakowaniu zbiorczym lub wewnątrz roli zgodnie z art. 11 ust. 8 Ustawy o Wyrobach Medycznych, który brzmi „zabronione jest umieszczanie znaków lub napisów, które mogą wprowadzać w błąd co do oznakowania znakiem CE lub numerem jednostki notyfikowanej”? Takie oznakowanie stosuje większość producentów rękawów papierowo-foliowych – wyklucza to ryzyko błędnego odczytania oznaczenia CE sterylizowanych wyrobów.

**Odpowiedź Zamawiającego**

Zamawiający dopuszcza, natomiast nie wymaga.

**Pytanie nr 117**

Czy Zamawiający w Pakiecie 11 poz. 23 „Nakłuwacz automatyczny jednorazowego użytku” dopuści jednorazowe lancety o stałej głębokości nakłucia 1,5 mm i średnicy ostrza 28G?

**Odpowiedź Zamawiającego**

Zamawiający nie wyraża zgody.

**Pytanie nr 118**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie poz. 23 „Nakłuwacz automatyczny jednorazowego użytku” z Pakietu 11 do osobnego pakietu?

**Odpowiedź Zamawiającego**

Zamawiający wyraża zgodę na wydzielenie i zamieszcza Formularz cenowy po zmianie.

**Pytanie nr 119**

Zadanie 24 Czy Zamawiający na potwierdzenie spełnienia parametrów takich jak: AQL, grubość, długość, zawartość białek wymaga raportów z badań producenta nie starszych niż z 2016 r.?

**Odpowiedź Zamawiającego**

Zamawiający dopuszcza, natomiast nie wymaga.

**Pytanie nr 120**

Dotyczy § 6 wzoru umowy - Kary umowne

Prosimy o zmianę zapisów kar umownych na następujące:

1. Za ewentualną nieterminową dostawę przedmiotu umowy Zamawiający może obciążyć Wykonawcę karą umowną w wysokości 0,2 % wartości brutto niezrealizowanej dostawy za każdy kalendarzowy dzień opóźnienia.
2. W przypadku rozwiązania umowy albo odstąpienia od umowy, z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 2% wartości umowy brutto.
3. W przypadku, gdy szkoda powstała z tego tytułu, przewyższa powyższą ustanowioną karę umowną – Zamawiający ma prawo żądać odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych.
4. W przypadku dostaw niezgodnych z zawartą umową i złożonym zamówieniem, Wykonawca będzie zobowiązany do niezwłocznej dostawy (w ciągu 3 dni roboczych) w ilościach i asortymencie zgodnych ze złożonym zamówieniem. Jeżeli dostawa wypada w dzień ustawowo wolny od pracy, to dzień dostawy towaru zostaje przesunięty na następny dzień roboczy. W razie nie wykonania tego obowiązku Zamawiający może obciążyć Wykonawcę karą umowną w wysokości 0,2 % wartości brutto niezrealizowanej dostawy ~~oraz dokonać zakupu we własnym zakresie, a różnicą w cenie między ceną zakupu, a ceną wynikającą z umowy, obciążyć Wykonawcę.~~

Prosimy o wykreślenie zapisu dotyczącego zakupu we własnym zakresie, gdyż stanowi podwójne sankcjonowanie tego samego naruszenia.

### **Odpowiedź Zamawiającego**

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę § 6 ust. 1, 2, 3. Zamawiający zmienia § 6 ust. 4 w następujący sposób: „§ 6 ust. 4 W przypadku dostaw niezgodnych z zawartą umową i złożonym zamówieniem, Wykonawca będzie zobowiązany do niezwłocznej dostawy (w ciągu 3 dni roboczych) w ilościach i asortymencie zgodnych ze złożonym zamówieniem. Jeżeli dostawa wypada w dzień ustawowo wolny od pracy, to dzień dostawy towaru zostaje przesunięty na następny dzień roboczy. W razie nie wykonania tego obowiązku Zamawiający może dokonać zakupu we własnym zakresie, a różnicą w cenie między ceną zakupu, a ceną wynikającą z umowy, obciążyć Wykonawcę”.

### **Pytanie nr 121**

Dotyczy Pakietu 10 Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy przetwornik amerykańskiego producenta (dawny Abbott Hospira); linia do krwawego pomiaru ciśnienia, pojedyncza, zawierająca podwójny system przepłukiwania IntraFlo (3 ml/h) obsługiwany jedną ręką, uruchamiany przez ściśnięcie skrzydełek lub pociągnięcie wypustki. Budowa kompletnej linii dającą wysoką częstotliwość własną >49Hz -zapewniająca wierne odwzorowanie sygnału i niewrażliwość na zakłócenia rezonansowe bez dodatkowych eliminatorów (typu róża). Linie ciśnieniowe grubościennne, bez barwnych pasków, z dodatkowymi oznaczeniami kolorystycznymi w formie naklejek, dodatkowy komplet koreczków w kolorze żółtym w celu ułatwienia przepłukiwania systemu. Połączenie przetwornika z kablami interfejsowymi monitora wodoszczelnymi, bezpinowymi, kablami. Dł. linii 152 cm (122 + 30 cm). Łatwość wyjęcia z opakowania fabrycznego i wypełnienia. Linie infuzyjne spięte taśmami papierowymi w celu łatwego wypełnienia linii. Produkt jednorazowy, sterylny, pakowany pojedynczo. Na czas trwania umowy zostaną zaoferowane kable połączeniowe kompatybilne z monitorami Bene View T8

### **Odpowiedź Zamawiającego**

Zamawiający wymaga przedmiotu zgodnego z SIWZ.

### **Pytanie nr 122**

dotyczy zadania nr 14 poz.1 Czy Zamawiający dopuści neutralną elektrodę jednorazowego użytku dla dorosłych. O powierzchni dzielonej (aktywnej) 103 cm<sup>2</sup>, o powierzchni całkowitej 168cm<sup>2</sup> ?

### **Odpowiedź Zamawiającego**

Zamawiający nie wyraża zgody.

### **Pytanie nr 123**

dotyczy zadania nr 14 poz.2 Prosimy o doprecyzowanie czy kabel wielorazowy przyłączeniowy do elektrod biernych jednorazowych ma być z wtykiem typu Jack czy z wtykiem typu Valleylab ?

### **Odpowiedź Zamawiającego**

Zamawiający wymaga kabla kompatybilnego z aparatem EMED Spectrum – gniazdo płaskie i Emed ES 300, ES 350 – gniazdo okrągłe Jack.

### **Pytanie nr 124**

dotyczy zadania nr 14 poz.3 Czy Zamawiający dopuści Przewód (uchwyt) elektrody czynnej o dł. kabla 5 m do ostrza śr. 4 mm końcówka kompatybilna z aparatem EMED ?

### **Odpowiedź Zamawiającego**

Zamawiający wymaga przewodu (uchwyty) kompatybilnego z aparatem EMED Spectrum z gniazdem 6 PIN i Emed ES 300, ES 350 z gniazdem 3 PIN. Zamawiający wyraża zgodę na propozycję Wykonawcy.

### **Pytanie nr 125**

Zadanie 14 Punkt 3. Czy Zamawiający miał na myśli przewód elektrody czynnej czy uchwyt elektrody czynnej?

### **Odpowiedź Zamawiającego**

Zamawiający wymaga przewodu z uchwytem elektrody czynnej.

### **Pytanie nr 126**

Zadanie 14 Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania uchwyt elektrody czynnej, długość kabla 3m lub 5m, do ostrza śr. 4mm, końcówka kompatybilna z aparatem EMED?

### **Odpowiedź Zamawiającego**

Zamawiający wymaga przewodu (uchwyty) kompatybilnego z aparatem EMED Spectrum z gniazdem 6 PIN i Emed ES 300, ES 350 z gniazdem 3 PIN. Zamawiający wyraża zgodę na propozycję Wykonawcy.

**Pytanie nr 127**

Zadanie 1 Poz. 1: Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie: pojemnik napełniony wodą sterylną w ilości 500 ml, z adapterem do przepływomierza tlenowego i wbudowanym portem do podłączenia drenu tlenowego łatwej konstrukcji otwarcia, zbiornik zawiera na dnie rozpylacz, przydatność wody do użytku do 30 dni od otwarcia.

**Odpowiedź Zamawiającego**

Zamawiający wyraża zgodę.

**Pytanie nr 128**

Zadanie 1 Poz. 1: Z uwagi na fakt, że na rynku medycznym dostępne są pojemniki ze sterylną wodą do inhalacji o różnym zakresie pojemności, zwracamy się z prośbą o podanie zapotrzebowanej ilości wody w ml oraz dopuszczenie możliwości wyceny (zmianę jednostki miary w formularzu cenowym) w/w wody na 10 ml, wraz z odpowiednim przeliczeniem w formularzu cenowym do 4 miejsc po przecinku. Tego typu rozwiązanie pozwoli na rozszerzenie zakresu potencjalnych Wykonawców, a jednocześnie pozwoli naszej firmie na złożenie ważnej i konkurencyjnej cenowo oferty

**Odpowiedź Zamawiającego**

Zamawiający nie wyraża zgody.

**Pytanie nr 129**

Zadanie 1 Poz. 2: Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie czy wymaga pojemnika ze sterylną wodą o dwukomorowej budowie zabezpieczającej przed osadzaniem się cząsteczek wody wewnątrz drenu tlenowego?

**Odpowiedź Zamawiającego**

Zamawiający wymaga przedmiotu zgodnego z SIWZ.

**Pytanie nr 130**

Zadanie 1 Poz. 2: Czy ciśnieniowa zastawka upustowa w zestawie ma mieć czułość minimum 282 cm H<sub>2</sub>O z uruchomieniem dźwiękowego alarmu co zapobiega uszkodzeniu pojemnika przy przekroczeniu bezpiecznych wartości przepływu tlenu?

**Odpowiedź Zamawiającego**

Zamawiający nie wymaga.

**Pytanie nr 131**

Zadanie 1 Poz. 3: Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wymiennika ciepła i wilgoci do rurek tracheostomijnych i intubacyjnych z 1 membraną nawilżającą wyposażony w port do odsysania zamykany zatyczką.

**Odpowiedź Zamawiającego**

Zamawiający nie wyraża zgody.

**Pytanie nr 132**

Zadanie 1 Poz.15: Prosimy o dopuszczenie autonomicznego zestawu transfuzji po operacji jak poniżej: Sterylny zestaw do autotransfuzji pooperacyjnej składający się z: dwóch drenów z trokarami, mieszka min.125 ml. Z zastawką przeciwwrotną, worka na krew z filtrem max 200 u o poj. 700 ml z zastawką przeciwwrotną, portem dokręcany. Aparatem do przetoczeń dostosowanym do zestawu z filtrem 175/40/10, worek drenażowy o poj. 700 ml z zastawką przeciwwrotną, opatrunek z warstwą hydrokoloidu.

**Odpowiedź Zamawiającego**

Zamawiający wymaga przedmiotu zgodnego z SIWZ.

**Pytanie nr 133**

Zadanie 1 Poz.16: Prosimy o dopuszczenie zaoferowania worka na krew do autonomicznego zestawu do operacji z filtrem max 200 mikronów, poj. 700ml, z zastawką i białą tylną ścianką.

**Odpowiedź Zamawiającego**

Zamawiający wymaga przedmiotu zgodnego z SIWZ.

**Pytanie nr 134**

Zadanie 1 Poz. 19: Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie: zestaw do toalety jamy ustnej zawierający w jednym fabrycznym opakowaniu: 1 szczoteczkę do zębów z odsysaniem z poziomą manualną zastawką do regulacji siły odsysania, z 3 otworami ssącymi oraz z pofałdowaną gąbką na górnej powierzchni, 7 ml bezalkoholowego płynu do płukania jamy ustnej z 0,05% roztworem chlorku cetylpirydyny w saszetce, 1 gąbka-aplikator z poprzecznym pofałdowaniem, 1 saszetkę z 2 g preparatu nawilżającego do ust na bazie wodnej z cetylpirydyną i witaminą E.

**Odpowiedź Zamawiającego**

Zamawiający wyraża zgodę.

**Pytanie nr 135**

Zadanie 1 Poz. 19: Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie czy wymaga zestawu do toalety jamy ustnej w opakowaniu umożliwiającym przygotowanie roztworu roboczego przed otwarciem opakowania, a tym samym zapobiegającym przypadkowej kontaminacji elementów zestawu podczas przygotowywania procedury?

**Odpowiedź Zamawiającego**

Zamawiający nie wymaga.

**Pytanie nr 136**

Zadanie 1 Poz. 19: Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie czy opisany zestaw ma być zarejestrowane w oparciu o przepisy rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 5 listopada 2010 r. w sprawie sposobu klasyfikowania wyrobów medycznych (Dz. U. Nr 215 poz. 1416) jako wyroby medyczne klasy IIa ?

**Odpowiedź Zamawiającego**

Oferowany przedmiot zamówienia musi posiadać wymagane oznaczenie CE, być zgodny z wymaganiami Zamawiającego opisanymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz z obowiązującymi w Polsce przepisami prawa, posiadać wymagane deklaracje zgodności, atesty, certyfikaty, świadectwa rejestracji, świadectwa dopuszczania do obrotu i użytku w polskich placówkach opieki zdrowotnej.

**Pytanie nr 137**

Zadanie 1 Poz.20: Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie czy oczekuje czepek do mycia głowy pacjenta, nie wymagającego dodatkowego namoczenia głowy, bez spłukiwania, z dwuwarstwową strukturą czepek: zewnętrzną foliową wykonaną z polietylenu i wewnętrzną warstwą nawilżonej warstwy absorpcyjnej, zawierający w składzie: 150g (+/- 10g) nie wymagającego spłukiwania roztworu z zawartością wody, simetikonu, składników zapobiegających powstawaniu elektryczności statycznej, bez lateksu, w opakowaniu zapewniającym możliwość podgrzewania w kuchence mikrofalowej od 30 sekund przy mocy 750 W, z instrukcją użycia w języku polskim na opakowaniu jednostkowym.

**Odpowiedź Zamawiającego**

Zamawiający oczekuje czepek do mycia głowy pacjenta, nie wymagającego dodatkowego namoczenia głowy, bez spłukiwania, z dwuwarstwową strukturą czepek, zawierający w składzie nie wymagającego spłukiwania roztworu, bez lateksu.

**Pytanie nr 138**

Zadanie 1 Poz.21: Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie, czy Zamawiający dopuszcza żel do cewnikowania posiadający w swoim składzie szkodliwe substancje konserwujące takie jak parabeny, które są substancjami wnikałymi przez skórę oraz błony śluzowe akumulując się w organizmie i powodując objawy alergiczne, są też rozważane jako czynnik mutageny ?

**Odpowiedź Zamawiającego**

Zamawiający wymaga przedmiotu zgodnego z SIWZ.

**Pytanie nr 139**

Zadanie 1 Poz.21: Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie, czy żel do cewnikowania ma być sterylizowany parą wodną? Pragniemy nadmienić iż zalecana przez EU skuteczna dawka sterylizacji radiacyjnej powoduje zaburzenia struktury łańcuchów i zwiększenie lepkości produktu, natomiast niższa dawka sterylizacji nie zapewnia sterylności produktu i nie jest zgodna z rekomendacją EU. Proces sterylizacji parowej pozwala na zapewnienie 3 letniego terminu przydatności do użycia, nie są stosowane dodatkowe substancje konserwujące.

**Odpowiedź Zamawiającego**

Zamawiający wymaga przedmiotu zgodnego z SIWZ.

**Pytanie nr 140**

Zadanie 1 Poz.25: Prosimy o sprecyzowanie czy kaniula ma posiadać system mocowania z okienkiem z folii paroprzepuszczalnej PU (MVTR – min. 1500g/m<sup>2</sup>/24h) z wycięciem na zawór Floswitch 10 mm x 15 mm, z 3 paskami do prowadzenia linii?

**Odpowiedź Zamawiającego**

Zamawiający wymaga przedmiotu zgodnego z SIWZ.

**Pytanie nr 141**

Zadanie 1 Poz.25: Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie kaniuli dotętnicznej krótkiej do tętnicy promieniowej, która być wykorzystywana do pobierania próbek krwi tętnicznej oraz przy inwazyjnym pomiarze ciśnienia tętniczego krwi połączonej, z zabezpieczeniem, z zaworem odcinającym obrotowym ze wskaźnikiem on/off, ze skrzydełkami ułatwiającymi mocowanie cewnika, wykonana z poliuretanu, kontrastująca w RTG, 20G x 45 mm, opakowanie bezpośrednie: 1 szt./op. medyczny jałowy, jednorazowy, wolny od lateksu, wolny od ftalanów (DEHP)

**Odpowiedź Zamawiającego**

Zamawiający nie wyraża zgody.

**Pytanie nr 142**

Zadanie 1 Poz.26:

Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy powierzchnia do dezynfekcji portu bezigłowego ma być jednolita materiałowo wykonana z materiału innego niż poliwęglan?

**Odpowiedź Zamawiającego**

Zamawiający wymaga przedmiotu zgodnego z SIWZ.

**Pytanie nr 143**

Zadanie 1 Poz.26: Prosimy o sprecyzowanie czy zawór dostępu naczyniowego ma być wyposażony w zdejmowalny specjalny protektor męski umożliwiający podłączenie bez ryzyka skażenia wkłucia?

**Odpowiedź Zamawiającego**

Zawór dostępu naczyniowego ma być wyposażony w zdejmowalny specjalny protektor męski umożliwiający podłączenie bez ryzyka skażenia wkłucia.

**Pytanie nr 144**

Zadanie 1 Poz.26: Prosimy o doprecyzowanie czy przepływ min. 520l/min ma być grawitacyjny zgodnie z wymogami normy PN-EN ISO 10555-5?

**Odpowiedź Zamawiającego**

Zamawiający wymaga przepływu grawitacyjnego.

**Pytanie nr 145**

Zadanie 1 Poz.27: Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rampy pięciodrożnej wielokolorowej (kraniki w kolorze jasno niebieskim, żółtym, białym, zielonym, ciemnoniebieskim), wykonanej z polisulfonu, do zastosowania w intensywnej opiece medycznej firmy Codan, z różnokolorowymi zatyczkami do podłączenia aż do 5 dodatkowych linii infuzyjnych, wyposażonej w jeden męski oraz 6 żeńskich Luer-Lock adapterów, gwarantujących bezpieczne połączenie, z korkami ochronnymi utrzymującymi sterylność konektora, nietoksycznej, pirogennej, pokrętłami z optycznym indykatoresm pozycji co 45stopni otwarty-zamknięty, pokrętłami obracanymi o 360stopni.

**Odpowiedź Zamawiającego**

Zamawiający wyraża zgodę.

**Pytanie nr 146**

Zadanie 1 Poz.28: Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rampy trójdrożnej wielokolorowej (kraniki w kolorze niebieskim, białym żółtym), wykonanej z polisulfonu, do zastosowania w intensywnej opiece medycznej, z różnokolorowymi zatyczkami do podłączenia do 3 dodatkowych linii infuzyjnych firmy Codan wyposażonej w jeden męski oraz 4 żeńskich Luer-Lock adapterów, gwarantujących bezpieczne połączenie, korki ochronne utrzymujące sterylność konektora, nietoksycznej, pirogennej, pokrętłami z optycznym indykatoresm pozycji co 45stopni otwarty-zamknięty, pokrętłami obracanymi o 360stopni.

**Odpowiedź Zamawiającego**

Zamawiający wyraża zgodę.

**Pytanie nr 147**

Zadanie 1 Poz.29: Prosimy o dopuszczenie zaferowania wenflonu dla noworodków wykonanych z podwójnie oczyszczonego teflonu PTFE bez pasków rtg, widocznych w aparacie usg, spełniającego pozostałe wymogi siwz.

**Odpowiedź Zamawiającego**

Zamawiający wymaga produktu zgodnego z SIWZ.

**Pytanie nr 148**

Zadanie 1 Poz.29: Prosimy o sprecyzowanie czy kaniule mają być wyposażone w dodatkowy zdejmowalny uchwyt ułatwiający wprowadzenia kaniuli?

**Odpowiedź Zamawiającego**

Zamawiający wymaga produktu zgodnego z SIWZ.

**Pytanie nr 149**

Zadanie 1 Poz.29: Prosimy o sprecyzowanie czy kaniule mają się cechować przepływem 13ml/min, co zapobiega przewodnieniu pacjenta?

**Odpowiedź Zamawiającego**

Zamawiający dopuszcza, natomiast nie wymaga.

**Pytanie nr 150**

Zadanie 1 Poz.33-40: Prosimy o dopuszczenie zaferowania sterylnych cewników foley w opakowaniach folia/folia, spełniających pozostałe wymogi siwz.

**Odpowiedź Zamawiającego**

Zamawiający wyraża zgodę.

**Pytanie nr 151**

Zadanie 1 Poz.57-60: Prosimy o sprecyzowanie czy cewniki mają wykonane z półtwardego silikonowanego lateksu?

**Odpowiedź Zamawiającego**

Zamawiający wymaga cewników lateksowych lub silikonowych.

**Pytanie nr 152**

Zadanie 1 Poz.61: Prosimy o doprecyzowanie czy cewniki mają posiadać mandryn metalowy lub nylonowy do wyboru przez Zamawiającego każdorazowo przy składanym zamówieniu?

**Odpowiedź Zamawiającego**

Zamawiający wymaga aby cewniki posiadały mandryn metalowy.

**Pytanie nr 153**

Zadanie 1 Poz.65: Prosimy o dopuszczenie zaferowania produktów mikrobiologicznie czystych, spełniających pozostałe wymogi siwz. Nadmieniamy, iż nie ma przesłanek klinicznych do stosowania sterylnych produktów do podaży niesterylnego tlenu.

**Odpowiedź Zamawiającego**

Zamawiający nie wyraża zgody.

**Pytanie nr 154**

Zadanie 1 Poz.65 i 66 i 68: Prosimy o sprecyzowanie czy produkty mają być całkowicie pozbawione DEHP i BPA?

**Odpowiedź Zamawiającego**

Zamawiający wymaga produktów pozbawionych DEHP i BPA.

**Pytanie nr 155**

Zadanie 2 Poz 1: Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie filtra oddechowego elektrostatycznego z wymiennikiem ciepła, o skuteczności filtracji p/bakteryjnej  $\geq 99,9998\%$ , p/wirusowej  $\geq 99,999\%$ , oporze przepływu 1,2 cm H<sub>2</sub>O przy 30 l/min), pozostałe parametry jak w SIWZ

**Odpowiedź Zamawiającego**

Zamawiający nie wyraża zgody.

**Pytanie nr 156**

Zadanie 2 Poz 1: Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie filtra oddechowego elektrostatycznego o poziomie nawilżania 32 mg H<sub>2</sub>O/l przy VT=250 ml, 30 mg H<sub>2</sub>O/l przy VT=500 ml, o skuteczności filtracji przeciwbakteryjnej 99,9999 %, p/wirusowej 99,998 %, opór przepływu 2,2 cm H<sub>2</sub>O przy przepływie 60 l/min, (0,9 cm H<sub>2</sub>O przy przepływie 30 l/min), waga 17 g, przestrzeń martwa 34 ml.

**Odpowiedź Zamawiającego**

Zamawiający wyraża zgodę. Zamawiający wymaga również aby filtr oddechowy był sterylny, przeznaczony do użytku 24 godzinowego.

**Pytanie nr 157**

Zadanie 2 Poz 2: Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie filtra oddechowego elektrostatycznego ze złączem prostym, masie 16 g, biologicznie czystego do użytku 24 godzinowego, pozostałe parametry jak w SIWZ.

**Odpowiedź Zamawiającego**

Zamawiający nie wyraża zgody.

**Pytanie nr 158**

Zadanie 2 Poz 4: Prosimy Zamawiającego o wyłączenie poz 4 do odrębnego pakietu, co pozwoli naszej firmie na złożenie ważnej i konkurencyjnej cenowo oferty.

**Odpowiedź Zamawiającego**

Zamawiający wyraża zgodę na wydzielenie i zamieszcza Formularz cenowy po zmianie.

**Pytanie nr 159**

Zadanie 2 Poz 5: Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie obwodu oddechowego dwururowego karbowanego do aparatu do znieczulania dla dorosłych, średnica rur 22mm, rury wykonane z polipropylenu, rozciągliwy w zakresie od 0,6 m do długości 1,8 m, kolanko z portem kapno, dodatkowa rura rozciągliwa od 0,5 m do 1,5m, bezlateksowy worek 2L, konektor rury 22M/22M. Rura worka, worek i konektor nie połączone. Jednorazowy, mikrobiologicznie czysty, bez ftalanów, czas użycia do 7 dni, opakowanie foliowe.

**Odpowiedź Zamawiającego**

Zamawiający wyraża zgodę.

**Pytanie nr 160**

Zadanie 4 Poz 1-17: Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie sterylnych rurek intubacyjnych z termoplastycznego PCV w rozmiarach od 3-10 co pół.

**Odpowiedź Zamawiającego**

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

**Pytanie nr 161**

Zadanie 4 Poz 1-17: Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie czy wymagana rurka intubacyjna ma być wolna od DEHP oraz posiadać zakończenie rurki wygięte i wyprofilowane w kształcie zapobiegającym odstawianiu końcówki rurki od wprowadzanej prowadnicy lub fiberoskopu co minimalizuje ryzyko uszkodzenia struktur anatomicznych podczas intubacji?

**Odpowiedź Zamawiającego**

Zamawiający wymaga przedmiotu zgodnego z SIWZ.

**Pytanie nr 162**

Zadanie 4 Poz 32: Czy maski krtaniowe mają być wolne od szkodliwych związków: DEHP i BPA, cechy potwierdzone na opakowaniu jednostkowym ?

**Odpowiedź Zamawiającego**

Zamawiający wymaga masek krtaniowych wolnych od szkodliwych związków: DEHP i BPA, cechy potwierdzone na opakowaniu jednostkowym.



**Pytanie nr 163**

Zadanie 4 Poz 32: Czy poprzez barwny kod rozmiarów Zamawiający rozumie rozmiar maski kodowany różnym kolorem mankietu i balonika kontrolnego z dodatkowym oznaczeniem numerycznym na baloniku kontrolnym oraz na rurce oddechowej?

**Odpowiedź Zamawiającego**

Poprzez barwny kod rozmiarów Zamawiający rozumie rozmiar maski kodowany różnym kolorem mankietu i balonika kontrolnego z dodatkowym oznaczeniem numerycznym na baloniku kontrolnym oraz na rurce oddechowej.

**Pytanie nr 164**

Zadanie 20: Poz.1-8: Prosimy o dopuszczenie zaoferowania ostrzy chirurgicznych wykonanych ze stali węglowej, spełniających pozostałe wymogi siwz.

**Odpowiedź Zamawiającego**

Zamawiający wyraża zgodę.

**Pytanie nr 165**

Zadanie 20: Poz.1-8: Prosimy o dopuszczenie podania ceny za opakowanie a 100szt z odpowiednim przeliczeniem ilości w formularzu cenowym.

**Odpowiedź Zamawiającego**

Zamawiający nie wyraża zgody na propozycję Wykonawcy. Jednocześnie Zamawiający wyjaśnia, iż w SIWZ nie określił wielkości opakowania oraz nie dopuszcza przeliczenia ilości podanej w SIWZ na opakowania. Zamawiający wymaga, aby w załączniku nr 6 do SIWZ – Formularz cenowy Wykonawca wycenił przedmiot zamówienia w ilościach zgodnych z określonymi w kolumnie „Ilość” oraz podał ceny jednostkowe zgodnie z jednostką miary określoną w kolumnie „J. m”. Podana w kolumnie „J.m.” wielkość służy do wyliczenia ceny oferty, zaś w trakcie realizacji umowy Zamawiający dopuszcza możliwość dostawy przedmiotu zamówienia w opakowaniu o wielkości o której mowa w pytaniu.

**Zamawiający wskazuje, iż niniejsze wyjaśnienia stanowią integralną część SIWZ. Wykonawca w formularzu cenowym zobowiązany jest do wskazania, że uwzględni rozwiązania o parametrach dopuszczonych w drodze niniejszych wyjaśnień. Brak takiego wskazania zostanie uznany za zaoferowanie rozwiązań o parametrach wskazanych w opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik do SIWZ.**

Zamawiający informuje, że zmienia Załącznik Nr 6 Formularz cenowy i zamieszcza Formularz cenowy po zmianie stanowiący integralną część niniejszego dokumentu.

Ponadto Zamawiający modyfikuje treść SIWZ w następujący sposób:

**Rozdz. XII. Wykaz oświadczeń/dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia pkt. 7 ppkt. 8) otrzymuje brzmienie:**

**8) Wykaz wymaganych dokumentów potwierdzających spełnienie przez oferowane dostawy wymagań określonych przez Zamawiającego:**

**Dokumenty potwierdzające, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego, wymagane do złożenia przez Wykonawcę, którego oferta zostanie oceniona najwyżej:**

W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego, Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni, aktualnych na dzień złożenia dokumentów:

- **próbki** dla wskazanych Zadań w ilości 1 szt. (w przypadku, gdy jednostką miary jest 100 szt. – należy dołączyć 1 szt. oferowanego przedmiotu zamówienia) **do pozycji opisu przedmiotu zamówienia, na które składana jest oferta. Wymóg dotyczy:**

Zadania Nr 1 poz. 28

Zadania Nr 9 poz. 2

Zadania Nr 24 poz. 1 – 27

Zadania Nr 27 poz. 8

Zadania Nr 29 poz. 2

Zadania Nr 16 poz. 13 – należy załączyć kartę charakterystyki i opinię jednostki notyfikowanej.

Wykonawca zaznacza na ww. próbkach, których pakietów i pozycji asortymentowych próbki te dotyczą.

## **Rozdz. XVI. Wadium pkt. 1 otrzymuje brzmienie:**

1. Warunkiem udziału w Postępowaniu jest skuteczne wniesienie wadium w wysokości:

dla zadania Nr 1: 5 200,00 zł	(słownie: pięć tysięcy dwieście zł 00/100)
dla zadania Nr 2: 700,00 zł	(słownie: siedemset zł 00/100)
dla zadania Nr 3: 400,00 zł	(słownie: czterysta zł 00/100)
dla zadania Nr 4: 2 000,00 zł	(słownie: dwa tysiące zł 00/100)
dla zadania Nr 5: 100,00 zł	(słownie: sto zł 00/100)
dla zadania Nr 6: 1 100,00 zł	(słownie: jeden tysiąc sto zł 00/100)
dla zadania Nr 7: 100,00 zł	(słownie: sto zł 00/100)
dla zadania Nr 8: 700,00 zł	(słownie: siedemset zł 00/100)
dla zadania Nr 9: 1 200,00 zł	(słownie: jeden tysiąc dwieście zł 00/100)
dla zadania Nr 10: 100,00 zł	(słownie: sto zł 00/100)
dla zadania Nr 11: 6 200,00 zł	(słownie: sześć tysięcy dwieście zł 00/100)
dla zadania Nr 12: 400,00 zł	(słownie: czterysta zł 00/100)
dla zadania Nr 13: 4 100,00 zł	(słownie: cztery tysiące sto zł 00/100)
dla zadania Nr 14: 300,00 zł	(słownie: trzysta zł 00/100)
dla zadania Nr 15: 300,00 zł	(słownie: trzysta zł 00/100)
dla zadania Nr 16: 1 200,00 zł	(słownie: jeden tysiąc dwieście zł 00/100)
dla zadania Nr 17: 80,00zł	(słownie: osiemdziesiąt zł 00/100)
dla zadania Nr 18: 3 300,00 zł	(słownie: trzy tysiące trzysta zł 00/100)
dla zadania Nr 19: 1 700,00 zł	(słownie: jeden tysiąc siedemset zł 00/100)
dla zadania Nr 20: 100,00 zł	(słownie: sto zł 00/100)
dla zadania Nr 21: 200,00 zł	(słownie: dwieście zł 00/100)
dla zadania Nr 22: 40,00 zł	(słownie: czterdzieści zł 00/100)
dla zadania Nr 23: 100,00 zł	(słownie: sto zł 00/100)
dla zadania Nr 24: 5 100,00zł	(słownie: pięć tysięcy sto zł 00/100)
dla zadania Nr 25: 70,00 zł	(słownie: siedemdziesiąt zł 00/100)
dla zadania Nr 26: 70,00 zł	(słownie: siedemdziesiąt zł 00/100)
dla zadania Nr 27: 100,00 zł	(słownie: sto zł 00/100)
dla zadania Nr 28: 20,00 zł	(słownie: dwadzieścia zł 00/100)
dla zadania Nr 29: 100,00 zł	(słownie: sto zł 00/100)
dla zadania Nr 30: 20,00 zł	(słownie: dwadzieścia zł 00/100)
dla zadania Nr 31: 400,00 zł	(słownie: czterysta zł 00/100)
dla zadania Nr 32: 500,00zł	(słownie: pięćset zł 00/100)
dla zadania Nr 33: 400,00 zł	(słownie: czterysta zł 00/100)
dla zadania Nr 34: 3 000,00 zł	(słownie: trzy tysiące zł 00/100)
dla zadania Nr 35: 100,00 zł	(słownie: sto zł 00/100)
dla zadania Nr 36: 300,00 zł	(słownie: trzysta zł 00/100)
dla zadania Nr 37: 10,00 zł	(słownie: dziesięć zł 00/100)
dla zadania Nr 38: 700,00 zł	(słownie: siedemset zł 00/100)
dla zadania Nr 39: 80,00 zł	(słownie: osiemdziesiąt zł 00/100)

**W związku ze zmianami treści SIWZ Zamawiający planuje przesunąć termin składania ofert do dnia 29.11.2018 r. Dokładne informacje dotyczące przesunięcia terminu składania ofert zostaną zamieszone na stronie internetowej Zamawiającego w dniu publikacji Sprostowania Ogłoszenia zmian lub dodatkowych informacji w Urzędzie Publikacji Unii Europejskiej. W celu przejrzystości prowadzonego postępowania Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej przekazane Sprostowanie Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji.**

## **ZAMAWIAJĄCY**

DYREKTOR  
Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów  
Opieki Zdrowotnej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego  
w Płońsku  
lek. Paweł Obermeyer