



**Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej
im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Płońsku**

ul. Henryka Sienkiewicza 7, 09-100 Płońsk woj. mazowieckie
NIP 567-15-32-011 Regon 000308703 Tel. (0 23) 661 34 00 - centrala;
(023) 662 39 89 - sekretariat
Fax. (0 23) 662 32 14
e-mail: przetargi@szpitalplonsk.pl



ISO 9001:2008

FZP.261.5.2019

Płońsk, dn. 03.04.2019 r

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na świadczenie usług w zakresie przeglądów i konserwacji sprzętu medycznego

WYJAŚNIENIE i ZMIANA TREŚCI SIWZ NR 1
(zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego)

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Płońsku na podstawie art. 38 ust. 2 i art. 38 ust. 4 ustawy – Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 t.j) udziela odpowiedzi na pytania, które wpłynęły od Wykonawców:

Pytanie nr 1

Uprzejmie prosimy o udzielenie odpowiedzi na pytanie do pakietu numer 73

Uprzejmie prosimy o wydzielenie z pakietu pozycji Myjnia CYW 100 co pozwoli na udział większej ilości wykonawców specjalizujących się w naprawie sprzętu endoskopowego i tym samym zwiększenie konkurencji. Brak wydzielenia tej pozycji powoduje możliwość złożenia oferty wyłącznie przez jedynego wyłącznego przedstawiciela producenta na rynku polskim co spowoduje otrzymanie wyłącznie jednej bardzo drogiej oferty.

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie z pakietu nr 19 pozycji 11-18 i utworzenie z nich oddzielnego pakietu? Jako autoryzowany serwis dysponujemy personelem przeszkolonym i doświadczonym w pracy ze wskazanymi urządzeniami, dzięki czemu gwarantujemy najwyższą jakość przeprowadzonych usług.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie z pakietu nr 20 pozycji 14-15 i utworzenie z nich oddzielnego pakietu? Jako autoryzowany serwis dysponujemy personelem przeszkolonym i doświadczonym w pracy ze wskazanymi urządzeniami, dzięki czemu gwarantujemy najwyższą jakość przeprowadzonych usług.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 4

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie z pakietu nr 38 pozycji 1-11, 20-32, 49-52, 57-64, 68-71, 73-77 i utworzenie z nich oddzielnego pakietu? Jako autoryzowany serwis dysponujemy personelem przeszkolonym i doświadczonym w pracy ze wskazanymi urządzeniami, dzięki czemu gwarantujemy najwyższą jakość przeprowadzonych usług.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 5

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie z pakietu nr 42 pozycji 1-5 i utworzenie z nich oddzielnego pakietu? Jako autoryzowany serwis dysponujemy personelem przeszkolonym i doświadczonym w pracy ze wskazanymi urządzeniami, dzięki czemu gwarantujemy najwyższą jakość przeprowadzonych usług.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 6

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie z pakietu nr 54 pozycji 11-15 i utworzenie z nich oddzielnego pakietu? Jako autoryzowany serwis dysponujemy personelem przeszkolonym i doświadczonym w pracy ze wskazanymi urządzeniami, dzięki czemu gwarantujemy najwyższą jakość przeprowadzonych usług.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 7

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie z pakietu nr 56 pozycji 8-12, 17 i utworzenie z nich oddzielnego pakietu? Jako autoryzowany serwis dysponujemy personelem przeszkolonym i doświadczonym w pracy ze wskazanymi urządzeniami, dzięki czemu gwarantujemy najwyższą jakość przeprowadzonych usług.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 8

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie z pakietu nr 57 pozycji 1-7, 9-28 i utworzenie z nich oddzielnego pakietu? Jako autoryzowany serwis dysponujemy personelem przeszkolonym i doświadczonym w pracy ze wskazanymi urządzeniami, dzięki czemu gwarantujemy najwyższą jakość przeprowadzonych usług.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 9

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie z pakietu nr 61 pozycji 5, 37-41, 43 i utworzenie z nich oddzielnego pakietu? Jako autoryzowany serwis dysponujemy personelem przeszkolonym i doświadczonym w pracy ze wskazanymi urządzeniami, dzięki czemu gwarantujemy najwyższą jakość przeprowadzonych usług.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 10

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu umowy par. 6 pkt 1:

„Za ewentualną nieterminowe wykonanie przedmiotu umowy Zamawiający może obciążyć Wykonawcę karą umowną w wysokości 5% wartości brutto niezrealizowanej usługi za każdy dzień opóźnienia.,,
na

„Za ewentualną nieterminowe wykonanie przedmiotu umowy Zamawiający może obciążyć Wykonawcę karą umowną w wysokości 0,5% wartości brutto niezrealizowanej usługi za każdy dzień opóźnienia.,,

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody na zmiany zapisów umowy.

Pytanie nr 11

Prosimy o odpowiedź na następujące pytania do Umowy (zał. nr 6):

§6 ust. 1 – Czy Zamawiający wyraża zgodę na obniżenie wysokości kary umownej do 3%?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody na obniżenie wysokości kary umownej.

Pytanie nr 12

Prosimy o odpowiedź na następujące pytania do Umowy (zał. nr 6):

§6 ust. 2 – Czy Zamawiający wyraża zgodę na obniżenie wysokości kary umownej do 5%?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody na obniżenie wysokości kary umownej.

Pytanie nr 13

Pytanie 1 dotyczy SIWZ, Zadanie 12

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie pozycji 2 – „aparat do znieczulenia Fabius GS Premium”, pozycji 3 – „aparat do znieczulenia Fabius GE”, pozycji 5 – „aparat do znieczulenia + monitor Titus”, do osobnego, wspólnego zadania z urządzeniami produkcji Drager, analogicznie do innych zadań w których znajdują się wyłącznie aparaty jednego producenta? Obecna forma zadania ogranicza zasady uczciwej konkurencji, zgoda Zamawiającego umożliwi nam złożenie oferty.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 14

Pytanie 2 dotyczy SIWZ, Zadanie 28

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie pozycji 14 – „inkubator Isolette C2000”, pozycji 17 i 18 „bilinometr JM-103” do osobnego, wspólnego zadania z urządzeniami produkcji Drager, analogicznie do innych zadań w których znajdują się wyłącznie aparaty jednego producenta? Obecna forma zadania ogranicza zasady uczciwej konkurencji, zgoda Zamawiającego umożliwi nam złożenie oferty.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 15

Pytanie 3 dotyczy SIWZ, Zadanie 56

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie pozycji 7 – „respirator Savina” do osobnego zadania, analogicznie do innych zadań w których znajdują się wyłącznie urządzenia jednego producenta? Obecna forma zadania ogranicza zasady uczciwej konkurencji, zgoda Zamawiającego umożliwi nam złożenie oferty.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 16

Pytanie 4 dotyczy SIWZ, Zadanie 65

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie pozycji 8 – „stanowisko do resuscytacji noworodka Drager” do osobnego, wspólnego zadania z urządzeniami produkcji Drager, analogicznie do innych zadań w których znajdują się wyłącznie aparaty jednego producenta? Obecna forma zadania ogranicza zasady uczciwej konkurencji, zgoda Zamawiającego umożliwi nam złożenie oferty.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 17

Pytanie 5 dotyczy SIWZ, Zadanie 65

Czy Zamawiający usunie powtarzające się pozycje 10 i 11, które znajdują się również w zadaniu 28 jako pozycja 17 i 18? Według naszej wiedzy Zamawiający dysponuje dwoma miernikami bilirubiny typu JM-103.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający wyraża zgodę na propozycję Wykonawcy i zamieszcza Załącznik Nr 2 do SIWZ po zmianie w zakresie Zadania Nr 28.

Pytanie nr 18

Dotyczy Zadania nr. 83

Prosimy o potwierdzenie czy w skład zestawu laparoskopowego wchodzi tylko wymienione urządzenia tj: Insuflator CO2 9908CM087 oraz Pompa płucząca PG030 sn: 0003CM139?


Standardowo w skład zestawów laparoskopowych wchodzi więcej urządzeń jak np. tor wizyjny tj. kamera laparoskopowa, źródło światła oraz monitor itp.

W przypadku jeżeli w skład w/w zestawu wchodzi więcej urządzeń, to prosimy o szczegółowy wykaz tych urządzeń wraz z podaniem ich symboli katalogowych oraz numerów seryjnych.

Odpowiedź Zamawiającego:

W skład zestawu laparoskopowego wchodzi tylko wymienione urządzenia. Pozostałe urządzenia uległy uszkodzeniu i zostały wycofane z eksploatacji.

ZAMAWIAJĄCY


Samodzielnego Publicznego Zakładu
Opieki Zdrowotnej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego
w Płońsku

lek. Poweł Obermeyer