



Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej
im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Płońsku
ul. Henryka Sienkiewicza 7, 09-100 Płońsk woj. mazowieckie
NIP 567-15-32-011 Regon 000308703
Tel. (23) 661 34 00 - centrala;
(23) 662 39 89 - sekretariat
Fax. (23) 662 32 14 e-mail: przetargi@szpitalplonsk.pl



ISO 9001:2008

FZP.261.4.2019

Płońsk, dn. 10.05.2019 r.

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zakup sprzętu i aparatury medycznej

**SPROSTOWANIE DO
WYJAŚNIENI I ZMIAN TREŚCI SIWZ NR 2
(zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego)**

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Płońsku na podstawie art. 38 ust. 2 i art. 38 ust. 4 ustawy – Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 t.j) doprecyzowuje wyjaśnienia udzielone w dniu 02.05.2019 r. w następujący sposób:

Dot. odpowiedzi na pytanie nr 76 z dnia 02.05.2019

Dot. załącznik nr 1. Część 3 - Respirator 3 szt. ad. 14

Czy zamawiający dopuści do przetargu jako równoważny wysokiej klasy respirator bez tego parametru?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza.

Dot. odpowiedzi na pytanie nr 86 z dnia 02.05.2019

Dot. załącznik nr 1. Część 3 - Respirator 3 szt. ad. 73

Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy respirator bez tego parametru?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza.

Dot. odpowiedzi na pytanie nr 87 z dnia 02.05.2019

Dot. załącznik nr 1. Część 3 - Respirator 3 szt. ad. 79

Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy respirator bez tego parametru?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza.

Dot. odpowiedzi na pytanie nr 88 z dnia 02.05.2019

Dot. załącznik nr 1. Część 3 - Respirator 3 szt. ad. 80

Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy respirator bez tego parametru?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza.

Dot. odpowiedzi na pytanie nr 90 z dnia 02.05.2019

Dot. załącznik nr 1. Część 3 - Respirator 3 szt. ad. 88

Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy respirator bez możliwości rozbudowy o ten parametr?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza.

Dot. odpowiedzi na pytanie nr 98 z dnia 02.05.2019

Dot. załącznik 1. Część 8 - Aparat do znieczulenia 3 szt.

Czy Zamawiającym zgodzi się na dopuszczenie do postępowania aparatu do znieczulania o następujących cechach, odbiegających od podanych wymagań:

- wyposażony w wysuwany blat do pisania (pkt 3)
- z oświetleniem blatu za pomocą lampki na elastycznym ramieniu (pkt 4)
- z jedną pojemną szufladą na akcesoria (pkt 5)
- z trzema dodatkowymi gniazdami elektrycznymi do podłączenia dodatkowych urządzeń (pkt 7)
- z prezentacją ciśnień gazów w sieci centralnej i ciśnień w butlach na ekranie aparatu (pkt 9)
- z zasilaniem na minimum 30 minut w każdych warunkach i do 90 minut w warunkach standardowych (pkt 10)
- z szyną na dwa parowniki – system Dräger (pkt 12)
- z precyzyjnymi przepływomierzami elektronicznymi dla tlenu, podtlenku azotu, powietrza, z wyświetlaniem wartości przepływów na tzw. wirtualnych przepływomierzach, z zakresem przepływu świeżych gazów do 18 l/min (pkt 14)
- z objęciem tlenowym o wydajności >35 l/mi (pkt 22)
- z wielorazowym pochłaniaczem o objętości 1,5 L, którego odłączenie nie jest sygnalizowane specjalnym komunikatem i powoduje rozszczelnienie układu (pkt 25)
- z możliwością stosowania zbiorników jednorazowych i ich wymiany w czasie pracy bez rozszczelnienia układu, wymiana zbiorników nie wymaga stosowania narzędzi (pkt 26)
- z wizualizacją zastawki wydechowej, z możliwością sterylizacji i czyszczenia elementu gdzie zamocowane są obie zastawki (pkt 27)
- z systemem ewakuacji ze zbiornikiem wyrównawczym z podłączeniem do aktywnej sieci odciągowej szpitala (pkt 28)
- z respiratorem sterowanym elektronicznie (mikroprocesorowo) i napędzanym elektrycznie (pkt 29)
- z możliwością prowadzenia wentylacji ręcznej natychmiast po przełączeniu z wentylacji mechanicznej przy pomocy przycisku i pokrętła funkcyjnego (pkt 30)
- z wentylacją kontrolowaną ciśnieniem z gwarantowaną objętością: Auto Flow (pkt 35)
- z regulacją PEEP od 0 do 20 cmH₂O (pkt 36)
- z regulacją ciśnienia wspomaganego od 3 do 50 cmH₂O (pkt 40)
- z regulacją objętości oddechowej od 5 do 1400 ml (pkt 41)
- bez wyzwalacza ciśnieniowego, a tym samym bez regulacji wyzwalania ciśnieniowego (pkt 45)
- bez alarmu niskiej i wysokiej TV (pkt 47), obecny jest alarm MV
- bez alarmu niskiej i wysokiej częstości oddechów f (pkt 48), obecny jest alarm oddechów w monitorze na podstawie analizy EKG oraz alarmy APNEA w aparacie
- bez alarmu nieprawidłowego montażu lub odłączenia pochłaniacza, CO₂ (pkt 53), który jest alarmem technicznym charakterystycznym dla konkretnego urządzenia
- z automatycznym zapisem i możliwością łatwego odczytania komunikatów o alarmach wynikających z błędów, przy czym ilość komunikatów zależna jest od określonej przez użytkownika częstotliwości zapamiętywania statusu urządzenia (pkt 54)
- bez pomiaru lecz z prezentacją I:E (wartość cyfrowa) (pkt 58)
- z wyświetlaniem pętli oddechowych: ciśnienie/objętość, przepływ/objętość, z możliwością zapisania pętli referencyjnej i jej zapamiętania oraz z pomiarem i wyświetlaniem podatności dróg oddechowych (pkt 64)
- z kolorowym ekranem respiratora, przekątna 12,1", wbudowanym w korpus aparatu o rozdzielczości 800 x 600 (pkt 66)
- z obsługą respiratora za pomocą pokrętła funkcyjnego i przycisków (pkt 67)
- z 8 godzinnymi trendami graficznymi gazów anestetycznych, MV, CO₂, O₂, podatność oraz zapisem wartości parametrów wentylacji w dzienniku zdarzeń (pkt 70)
- ze zintegrowanym ssakiem z regulacją siły ssania, napędzanym sprężonym gazem, z dwiema butlami wielorazowymi o pojemności 0,7 litra każda (pkt 77)
- z aparatem i monitorem jednego producenta, z trwale wbudowanym w aparat modułem gazowym nieprzenoszonym pomiędzy urządzeniami, z prezentacją wdechowych i wydechowych wartości: CO₂, N₂O, O₂ i anestetyków wziewnych na ekranie respiratora aparatu do znieczulania (pkt 79)
- bez dodatkowego modułu kapnografii w strumieniu bocznym (pkt 81)

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza do postępowania aparat do znieczulania o proponowanych cechach.

Dot. odpowiedzi na pytanie nr 100 z dnia 02.05.2019

Dot. załącznik 1. Część 8 - Aparat do znieczuleń 3 szt. Ad pkt 21

Czy Zamawiający zrezygnuje z możliwości podłączania układów bezzastawkowych, jeśli możliwa jest wentylacja mechaniczna z objętościami od 5 ml? Prowadzenie wentylacji przy użyciu układów półotwartych, bezzastawkowych jest coraz mniej popularne wobec dostępności wielu specjalizowanych trybów wentylacji?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający wyraża zgodę na propozycję Wykonawcy.

Dot. odpowiedzi na pytanie nr 102 z dnia 02.05.2019

Dot. załącznik 1. Część 8 - Aparat do znieczuleń 3 szt. Ad pkt 35

Czy Zamawiający zrezygnuje z trybu wentylacji z gwarantowaną objętością, co generuje dodatkowy koszt?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający wyraża zgodę na propozycję Wykonawcy.

Dot. odpowiedzi na pytanie nr 103 z dnia 02.05.2019

Dot. załącznik 1. Część 8 - Aparat do znieczuleń 3 szt.

Czy Zamawiającym zgodzi się na dopuszczenie do postępowania monitora pacjenta do aparatu do znieczulania o następujących cechach, odbiegających od podanych wymagań:

- monitor pacjenta z modułami zainstalowanymi na stałe, z możliwością włączania i włączania poszczególnych modułów, za pomocą menu ekranowego (pkt 82)
- ekran o przekątnej 15" i rozdzielczości 1024 x 768 (pkt 83)
- ekran dotykowy bez opublikowanej technologii, reagujący na dotyk punktowy, bez wielodotykowości (pkt 84)
- bez obsługi klawiatury komputerowej i myszy (zbędne w procesie monitorowania) (pkt 90 e)
- z możliwością pomiaru trzech ciśnień metodą inwazyjną (pkt 92)
- bez inwazyjnego pomiaru rzutu minutowego metodą PiCCO lub Edwards (pkt 92)
- bez saturacji ośrodkowej krwi żyłnej (pkt 92)
- bez EEG (pkt 92)
- bez przewodnictwa nerwowo-mięśniowego NMT (pkt 92) lub jako osobne urządzenie
- bez oksymetrii tkankowej (pkt 92)
- bez mechaniki oddechowej wraz z VCO2 (pkt 92)
- bez możliwości rozbudowy monitora o podłączenie i wyświetlania na jego ekranie danych z zewnętrznych monitorów tCPO2/PCO2 (pkt 93)
- wykrywanie 16 zaburzeń rytmu, bez AF (pkt 97)
- bez analizy zmian odcinka QT oraz obliczania wartości QTc (pkt 99)
- prezentacja zmian ST tylko w postaci liczbowej (pkt 100)
- z zakresem pomiarowym oddechu 1 – 150 oddechów/minutę, bez szybkości odświeżania 3 mm/s (pkt 101)
- bez dodatkowego alarmu desaturacji, z alarmem spadku saturacji poniżej ustawionej wartości (pkt 102)
- NIBC bez funkcji stazy, z pomiarem pulsu w zakresie 40 – 240 (pkt 103)
- IBP z zakresem pomiarowym ciśnienia do 300 mmHg (pkt 107)
- bez funkcji wyświetlania dwóch krzywych inwazyjnego ciśnienia ze wspólnym poziomem zero (pkt 108)
- bez trybu intubacji (pkt 110)
- bez funkcji automatycznego ustawiania granic alarmowych, z jednym wzorem dźwiękowej sygnalizacji alarmów (pkt 111)
- z zapamiętywaniem 200 zdarzeń alarmowych i 200 zdarzeń arytmii (pkt 114)
- bez bezpośredniego łączenia monitora z drukarką laserową (pkt 119 b)
- bez funkcji „tryb prywatny“ (pkt 121)
- bez funkcji wspomagającej prowadzenie procesu znieczulania z podziałem na etapy (pkt 122)
- z pomiarem NMT za pomocą osobnego urządzenia (pkt 123)

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza do postępowania aparat do znieczulania o proponowanych cechach.

Zamawiający wskazuje, iż niniejsze wyjaśnienia stanowią integralną część SIWZ. Wykonawca w swojej ofercie zobowiązany jest do wskazania, że uwzględni rozwiązania o parametrach dopuszczonych w drodze niniejszych wyjaśnień. Brak takiego wskazania zostanie uznany za zaoferowanie rozwiązań o parametrach wskazanych w Opisie przedmiotu zamówienia oraz w Formularzu cenowym stanowiącym załączniki do SIWZ. Zamawiający zastrzega, iż pozostałe zapisy dotyczące przedmiotu zamówienia, które zostały określone w SIWZ i które nie były przedmiotem powyższych pytań pozostają bez zmian.

ZAMAWIAJĄCY

dyrektor
Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów
Opieki Zdrowotnej w Olsztynie



Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej
im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Płońsku
ul. Henryka Sienkiewicza 7, 09-100 Płońsk woj. mazowieckie
NIP 567-15-32-011 Regon 000308703
Tel. (23) 661 34 00 - centrala;
(23) 662 39 89 - sekretariat
Fax. (23) 662 32 14 e-mail: przetargi@szpitalplonsk.pl



ISO 9001:2008

FZP.261.4.2019

Płońsk, dn. 10.05.2019 r.

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zakup sprzętu i aparatury medycznej

**SPROSTOWANIE DO
WYJAŚNIENI I ZMIAN TREŚCI SIWZ NR 2
(zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego)**

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Płońsku na podstawie art. 38 ust. 2 i art. 38 ust. 4 ustawy – Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 t.j) doprecyzowuje wyjaśnienia udzielone w dniu 02.05.2019 r. w następujący sposób:

Dot. odpowiedzi na pytania - Część 26 – łóżko do opieki medycznej 3 szt.

Pkt. 35 Czy Zamawiający dopuści materac przeciwoleżynowy do IV stopnia odleżyn, do opieki długoterminowej o wysokości 23 cm wykonany z poliuretanu, wyporność, objętość: 315 litrów, 20 komór poprzecznych z PUR, , zabezpieczonych antyrotacyjnie, wymiary dostosowane do leża łóżka 200 x 90 cm, integralna, gąbkowa warstwa spodnia izolująca pacjenta od konstrukcji łóżka, membranowy pokrowiec membraMED®/wzmocniony, zapinany zamkiem błyskawicznym, skuteczność medyczna wg masy pacjenta < 160 kg oraz wytrzymałość mechaniczna < 220 kg. Materac posiada, dwie komory główne, szybkozłączka transportowa, funkcja transportowa, system pasów stabilizujących materac na łóżku, przewody do połączenia z pompą o średnicy 10 mm, w pokrowcu, zawór CPR. Materac wraz z pompą: funkcja wyboru wartości ciśnienia w materacu w zakresie 10 - 50 mmHg, funkcja wyboru czasu cyklu: 10, 15, 20 minut, wydajność 16 l/mi, pobór mocy < 20W, sterowanie mikroprocesorowe system AXtech™, wymienny software ReaX™, tryb serwisowy, automatyczna kontrola bezpiecznego poziomu wartości ciśnienia z funkcją autokorekty, tryb maksymalnego wypełnienia (55 mmHg) z funkcją auto-powrotu do pierwotnych ustawień, wybór trybu statycznego, funkcja bezpiecznego blokowania wprowadzonych na panelu sterowania parametrów, alarm opuszczenia łóżka przez pacjenta, mikroprocesorowy czujnik ciśnienia, sygnalizacja dźwiękowa spadku ciśnienia, wyłącznik alarmu spadku ciśnienia, lampka kontrolna prawidłowego ciśnienia, lampka kontrolna nieprawidłowego ciśnienia - alarm wizualny spadku ciśnienia, zewnętrzny, kapsułkowy, przeciwłuszczowy filtr powietrza, dotykowy panel sterujący, diody kontrolne załączonych funkcji, gniazdo szybkozłączki dla przewodów powietrza, przeciwpyłowy filtr powietrza, kabel sieciowy dł. 450 cm, zewnętrzny dostęp do wkładek topikowych (bezpieczników).Pompa posiada zaczepy do zawieszenia pompy na łóżku, podświetlany włącznik, wyciszone ssawy powietrza, zasilanie 230V/50Hz, ciężar pompy 3,4 kg wymiary 40 x 14 x 20 cm?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza.

Zamawiający wskazuje, iż niniejsze wyjaśnienia stanowią integralną część SIWZ. Wykonawca w swojej ofercie zobowiązany jest do wskazania, że uwzględni rozwiązania o parametrach dopuszczonych w drodze niniejszych wyjaśnień. Brak takiego wskazania zostanie uznany za zaoferowanie rozwiązań o parametrach wskazanych w Opisie przedmiotu zamówienia oraz w Formularzu cenowym stanowiącym załączniki do SIWZ. Zamawiający zastrzega, iż pozostałe zapisy dotyczące przedmiotu zamówienia, które zostały określone w SIWZ i które nie były przedmiotem powyższych pytań pozostają bez zmian.

ZAMAWIAJĄCY



Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej
im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Płońsku
ul. Henryka Sienkiewicza 7, 09-100 Płońsk woj. mazowieckie
NIP 567-15-32-011 Regon 000308703
Tel. (23) 661 34 00 - centrala;
(23) 662 39 89 - sekretariat
Fax. (23) 662 32 14 e-mail: przetargi@szpitalplonsk.pl



ISO 9001:2008

FZP.261.4.2019

Płońsk, dn. 10.05.2019 r.

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zakup sprzętu i aparatury medycznej

**SPROSTOWANIE DO
WYJAŚNIEŃ i ZMIAN TREŚCI SIWZ NR 2
(zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego)**

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Płońsku na podstawie art. 38 ust. 2 i art. 38 ust. 4 ustawy – Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 t.j) doprecyzowuje wyjaśnienia udzielone w dniu 02.05.2019 r. w następujący sposób:

Dot. odpowiedzi na pytania – dotyczące części Nr 12 zamówienia - Pulsoksymetr 4 szt.

W celu przejrzystości i transparentności prowadzonego postępowania Zamawiający w zakresie Części 12 zamówienia przewiduje możliwość oferowania urządzenia o parametrach dopuszczonych w drodze Wyjaśnienia i zmiany treści SIWZ Nr 1 z dnia 30.04.2019r.

Zamawiający wskazuje, iż niniejsze wyjaśnienia stanowią integralną część SIWZ. Wykonawca w swojej ofercie zobowiązany jest do wskazania, że uwzględni rozwiązania o parametrach dopuszczonych w drodze niniejszych wyjaśnień. Brak takiego wskazania zostanie uznany za zaferowanie rozwiązań o parametrach wskazanych w Opisie przedmiotu zamówienia oraz w Formularzu cenowym stanowiącym załączniki do SIWZ. Zamawiający zastrzega, iż pozostałe zapisy dotyczące przedmiotu zamówienia, które zostały określone w SIWZ i które nie były przedmiotem powyższych pytań pozostają bez zmian.

ZAMAWIAJĄCY