



**Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej
im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Płocku**

ul. Henryka Sienkiewicza 7, 09-100 Płock woj. mazowieckie
NIP 567-15-32-011 Regon 000308703 Tel. (0 23) 661 34 00 - centrala;
(023) 662 39 89 - sekretariat
Fax. (0 23) 662 32 14
e-mail: przetargi@szpitalplonsk.pl



ISO 9001:2008

FZP.261.7.2019

Płock, dn. 04.06.2019 r

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę odzieży operacyjnej i pościeli

WYJAŚNIENIE i ZMIANA TREŚCI SIWZ NR 1
(zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego)

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Płocku na podstawie art. 38 ust. 2 i art. 38 ust. 4 ustawy – Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.) udziela odpowiedzi na pytania, które wpłynęły od Wykonawców:

Pytanie nr 1

Ze względu na możliwość złożenia konkurencyjnej pod względem cenowym oferty prosimy o wydzielenie poz.2 zestaw uniwersalny z pakietu nr 5 i utworzenie z niej osobnego pakietu.

Ponadto prosimy o dopuszczenie następującego zestawu w tej pozycji:

Sterylny zestaw uniwersalny do zabiegów chirurgicznych, skład zestawu:

- 1 x serweta na stolik narzędziowy 140 x 190 cm z folii PE 40μ ze wzmocnieniem (owinięcie zestawu)
- 1 x serweta na stolik Mayo 79 x 145 cm z mocnej folii PE 40μ ze wzmocnieniem składana teleskopowo
- 2 x serwety boczne 75 x 90 cm, przylepna na całej długości dłuższego boku
- 1 x serweta dolna 175 x 175 cm, przylepna
- 1 x serwetę górną 150 x 240 cm, przylepna
- 1 x taśma lepna 9 x 50 cm
- 4 x ręcznik chłonny 20 x 30 cm

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 2

Zadanie 2, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści czepek typu beret wykonany z włókniny wiskozowej o gramaturze 25g/m2?

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 3

Zadanie 2, pozycja 1-2

Czy Zamawiający dopuści podanie ceny za opakowanie handlowe a'100sztuk, z przeliczeniem zamawianej ilości?

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający nie wyraża zgody na propozycję Wykonawcy. Zamawiający wymaga, aby w załączniku nr 1 do SIWZ – Formularz cenowy Wykonawca wycenił przedmiot zamówienia w ilościach zgodnych z określonymi w kolumnie „Ilość” oraz podał ceny jednostkowe zgodnie z jednostką miary określoną w kolumnie „J. m”. Podana w kolumnie „J.m.” wielkość służy do wyliczenia ceny oferty, zaś w trakcie realizacji umowy Zamawiający dopuszcza możliwość dostawy przedmiotu zamówienia w opakowaniu o wielkości o której mowa w pytaniu.

Pytanie nr 4

Zadanie 2, pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści czepek typu furażerka z wstawką pochłaniającą pot na całym obwodzie?

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 5

Zadanie 2, pozycja 5

Czy Zamawiający dopuści maski z metalową wkładką 2-3mm?

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 6

Zadanie 2, pozycja 5

Czy Zamawiający dopuści maski spełniające normę EN 14683 dla masek chirurgicznych typu II potwierdzone karta techniczną?

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 7

Zadanie 2, pozycja 6

Czy Zamawiający dopuści podanie ceny za opakowanie handlowe a' 100szt z przeliczeniem zamawianej ilości?

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający nie wyraża zgody na propozycję Wykonawcy. Zamawiający wymaga, aby w załączniku nr 1 do SIWZ – Formularz cenowy Wykonawca wycenił przedmiot zamówienia w ilościach zgodnych z określonymi w kolumnie „Ilość” oraz podał ceny jednostkowe zgodnie z jednostką miary określoną w kolumnie „J. m”. Podana w kolumnie „J.m.” wielkość służy do wyliczenia ceny oferty, zaś w trakcie realizacji umowy Zamawiający dopuszcza możliwość dostawy przedmiotu zamówienia w opakowaniu o wielkości o której mowa w pytaniu.

Pytanie nr 8

Zadanie 2, pozycja 7

Czy Zamawiający dopuści podkład ochronny podfoliowany wykonany z celulozy 23g + folia 10g ?

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 9

Zadanie 2, pozycja 7

Czy Zamawiający dopuści podkład ochronny podfoliowany wykonany z celulozy 23g + folia 14g ?

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 10

Zadanie 2, pozycja 8

Czy Zamawiający dopuści komplet pościeli z prześcieradłem w rozmiarze 210x150cm?

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 11

Zadanie 2, pozycja 9

Czy Zamawiający dopuści podkład wykonany z pulpy laminowanej w rozmiarze 80x210cm wzmocniony 48 nitkami o gramaturze 38g/m² (23g papier + 15g laminat)?

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 12

Zadanie 2, pozycja 10

Czy Zamawiający dopuści fartuch z poliestrowymi mankietami?

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 13

Zadanie 2, pozycja 11

Czy Zamawiający dopuści spodenki do kolonoskopi wykonane z włókniny polipropylenowej o gramaturze 40g/m²?

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 14

Zadanie 2, pozycja 12

Czy Zamawiający dopuści koszulę w rozmiarze uniwersalnym?

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 15

Zadanie 2, pozycja 13

Czy Zamawiający dopuści ubranie wykonane z włókniny typu SMS o gramaturze 35g/m²?

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 16

Zadanie 2, pozycja 13

Czy Zamawiający dopuści ubranie chirurgiczne dostępne tylko w rozmiarach S-XXL?

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 17

Zadanie 2, pozycja 13

Zwracam się z prośbą o wydzielenie ubrań w rozmiarze XXXL i XXXXL do osobnej pozycji.

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 18

Zadanie 2, pozycja 14

Czy Zamawiający dopuści podanie ceny za opakowanie handlowe a' 100szt z przeliczeniem zamawianej ilości?

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający nie wyraża zgody na propozycję Wykonawcy. Zamawiający wymaga, aby w załączniku nr 1 do SIWZ – Formularz cenowy Wykonawca wycenił przedmiot zamówienia w ilościach zgodnych z określonymi w kolumnie „Ilość” oraz podał ceny jednostkowe zgodnie z jednostką miary określoną w kolumnie „J. m”. Podana w kolumnie „J.m.” wielkość służy do wyliczenia ceny oferty, zaś w trakcie realizacji umowy

Zamawiający dopuszcza możliwość dostawy przedmiotu zamówienia w opakowaniu o wielkości o której mowa w pytaniu.

Pytanie nr 19

Zadanie 4, pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie zestawu z parametrami zgodnymi z SIWZ, gdzie kompresy gazowe jałowe wymagane przez Zamawiającego są dołączone osobno do zestawu?

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 20

Zadanie 5, pozycja 1, 4

Czy Zamawiający dopuści serwetę sterylizowaną radiacyjnie?

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 21

Zadanie 5, pozycja 1, 4

Czy Zamawiający dopuści serwetę w opakowaniu folia- papier?

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 22

Zadanie 5, pozycja 1, 4

Czy Zamawiający dopuści serwetę wykonaną z dwuwarstwowego laminatu o gramaturze 56g/m², odporności na przenikanie płynów 188cm H₂O?

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 23

Zadanie 5, pozycja 1, 4

Czy Zamawiający dopuści serwety pakowane w worek wewnętrzny i zewnętrzny karton transportowy?

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 24

Zadanie 5, pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści zestaw serwet uniwersalnych o minimalnym składzie:

Serwety wykonane z warstwy nieprzemakalnej o gramaturze 40 g/m² oraz włókninowej warstwy chłonnej o gramaturze 30 g/m². Łączna gramatura w strefie chłonnej - 70 g/m²

- 1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 150cm x 230cm, wzmocnienie o wymiarach 100 cm x 150 cm
- 1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 150cm x 180cm, wzmocnienie o wymiarach 100 cm x 180 cm
- 2 x serweta samoprzylepna o wymiarach 75cm x 90cm, wzmocnienie o wymiarach 50 cm x 90 cm
- 4 x ręcznik chłonny o wymiarach 30,5 cm x 34 cm
- 1 x taśma samoprzylepna o wymiarach 10 cm x 50 cm
- 1 x wzmocniona osłona (serweta) na stolik Mayo o wymiarach 80 cm x 145 cm
- 1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny stanowiąca owinięcie zestawu o wymiarach 150 cm x 190 cm.

Serweta na stolik instrumentariuszki wykonana z warstwy nieprzemakalnej o gramaturze 50 g/m² oraz włókninowej warstwy chłonnej o wymiarach 75 cm x 190 cm i gramaturze 30 g/m². Łączna gramatura w strefie chłonnej - 80 g/m².


Serweta na stolik Mayo wykonana z folii PE o gramaturze 47 g/m² i 2 warstwowego laminatu chłonnego w obszarze wzmocnionym o gramaturze 57 g/m² oraz wymiarach 60 cm x 145 cm, łączna gramatura w strefie

wzmocnionej 104 g/m². Osłona w postaci worka w kolorze niebieskim, składana teleskopowo z zaznaczonym kierunkiem rozwijania.

Spełnia wymagania wg normy EN 13795-1,2,3 na wysokim poziomie. Odporność na rozerwania sucho/mokro w obszarze krytycznym 125/120 kPa. Wytrzymałość na rozciąganie na sucho/mokro w obszarze krytycznym 85/70 N. Odporność na penetrację płynów w obszarze krytycznym 130 cm H₂O. Współczynnik pylenia 3.4log₁₀. Chłonność wzmocnienia min. 600%.

Materiał serwet posiada I klasa palności wg 16 CFR 1610.

Zestaw sterylizowany tlenkiem etylenu. Opakowanie folia-papier wyposażone w informację o kierunku otwierania oraz 4 etykiety samoprzylepne typu TAG służące do archiwizacji danych. Na każdej etykiecie samoprzylepnej, znajdują się następujące informacje : numer ref., data ważności, nr serii, dane wytwórcy oraz kod kreskowy. Spełnia wymogi aktualnej normy PN-EN 13795.



Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 25

Zadanie 5, pozycja 3

Czy Zamawiający dopuści zestaw serwet uniwersalnych wzmocniony o minimalnym składzie:

Serwety wykonane z chłonnego i nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 60 g/m² w strefie krytycznej wyposażona we wzmocnienie wysokochłonne o gramaturze 80 g/m², zintegrowana z dwoma podwójnymi organizatorami przewodów. Łączna gramatura w strefie wzmocnionej 140 g/m².

- 1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 150cm x 240cm, wzmocnienie o wymiarach 25 cm x 60 cm
- 1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 180cm x 180cm, wzmocnienie o wymiarach 25 cm x 60 cm
- 2 x serweta samoprzylepna o wymiarach 75cm x 90cm, wzmocnienie o wymiarach 25 cm x 60 cm
- 4 x ręcznik chłonny o wymiarach 30,5 cm x 34 cm
- 1 x taśma samoprzylepna o wymiarach 10 cm x 50 cm
- 1 x wzmocniona osłona (serweta) na stolik Mayo o wymiarach 80 cm x 145 cm
- 1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny stanowiąca owinięcie zestawu o wymiarach 150 cm x 190 cm.


Serweta na stolik instrumentariuszki wykonana z warstwy nieprzemakalnej o gramaturze 50 g/m² oraz włókninowej warstwy chłonnej o wymiarach 75 cm x 190 cm i gramaturze 30 g/m². Łączna gramatura w strefie chłonnej - 80 g/m².

Serweta na stolik Mayo wykonana z folii PE o gramaturze 47 g/m² i 2 warstwowego laminatu chłonnego w obszarze wzmocnionym o gramaturze 57 g/m² oraz wymiarach 60 cm x 85 cm, łączna gramatura w strefie wzmocnionej 104 g/m². Osłona w postaci worka w kolorze niebieskim, składana teleskopowo z zaznaczonym kierunkiem rozwijania.

Spełnia wymagania wg normy EN 13795-1,2,3 na wysokim poziomie. Odporność na rozerwania sucho/mokro w obszarze krytycznym 180/172 kPa. Wytrzymałość na rozciąganie na sucho/mokro w obszarze krytycznym 118/93 N. Odporność na penetrację płynów w obszarze krytycznym 197 cm H₂O. Współczynnik pylenia 3.4log₁₀. Chłonność wzmocnienia min. 680%.

Materiał serwet posiada I klasa palności wg 16 CFR 1610.

Zestaw sterylizowany tlenkiem etylenu. Opakowanie folia-papier wyposażone w informację o kierunku otwierania oraz 4 etykiety samoprzylepne typu TAG służące do archiwizacji danych. Na każdej etykiecie samoprzylepnej, znajdują się następujące informacje : numer ref., data ważności, nr serii, dane wytwórcy oraz kod kreskowy. Spełnia wymogi aktualnej normy PN-EN 13795.



Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 26

Zadanie 5, pozycja 5

Czy Zamawiający dopuści zestaw serwet do resekcji przezcewkowej:

Serweta wykonana z hydrofobowej włókniny trójwarstwowej typu SMS o gramaturze 50 g/m², dolna część serwetki wykonana z folii PE:


- 1 x serwetka o wymiarach 190 cm x 230 cm zintegrowana z osłonami na kończyny, z otworem brzuszny o średnicy 6 cm oraz kroczyowym 6 cm, zintegrowana z bez lateksową osłoną palca do badania per rectum, torebką do zbiórki płynów
- 4 x ręcznik chłonny o wymiarach 30 cm x 30 cm
- 1 x taśma samoprzylepna o wymiarach 10 cm x 50 cm
- 1 x serwetka wzmocniona na stół instrumentalny stanowiąca owinięcie zestawu o wymiarach 150 cm x 190 cm.

Serweta na stolik instrumentariuszki wykonana z warstwy nieprzemakalnej o gramaturze 35 g/m² oraz włókninowej warstwy chłonnej o gramaturze 28 g/m². Łączna gramatura w strefie chłonnej - 63 g/m².

Odporność na rozerwania suchy/mokro w obszarze krytycznym 205.6/199.4 kPa. Wytrzymałość na rozciąganie na suchy/mokro w obszarze krytycznym 90/91.6N. Odporność na penetrację płynów w obszarze krytycznym 41.7 cm H₂O. Współczynnik pylenia 1.4log₁₀. Chłonność wzmocnienia min. 680%.

Materiał serwetki odporny na działanie alkoholi na poziomie 8 wg WSP 080.8/IST 80.8. I klasa palności wg 16 CFR 1610.

Zestaw sterylizowany radiacyjnie. Opakowanie folia-papier wyposażone w informację o kierunku otwierania oraz 4 etykiety samoprzylepne typu TAG służące do archiwizacji danych. Na każdej etykiecie samoprzylepnej, znajdują się następujące informacje : numer ref., data ważności, nr serii, dane wytwórcy oraz kod kreskowy. Dodatkowo serwetka stanowiąca owinięcie zestawu posiada taśmę mocującą do stołu instrumentalnego i naklejkę służącą jako zamknięcie zestawu. Spełnia wymogi aktualnej normy PN-EN 13795.



Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 27

Zadanie 5, pozycja 6

Czy Zamawiający dopuści zestaw serwet do operacji ginekologicznych o minimalnym składzie:


Serwety wykonane z chłonnego i nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 56 g/m².

- 1 x serweta o wymiarach 160/240 cm x 180 cm zintegrowana z osłonami na kończyny, z otworem samoprzylepnym w okolicy krocza o wymiarach 10 cm x 15 cm zintegrowana z torbą na płyny o wymiarach 35 x 50cm
- 1 x serweta bez przylepca o wymiarach 75cm x 90cm
- 4 x ręcznik chłonny o wymiarach 30 cm x 30 cm
- 1 x taśma samoprzylepna o wymiarach 10 cm x 50 cm
- 1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny stanowiąca owinięcie zestawu o wymiarach 150 cm x 190 cm.

Serweta na stolik instrumentariuszki wykonana z warstwy nieprzemakalnej o gramaturze 35 g/m² oraz włókninowej warstwy chłonnej o gramaturze 28 g/m². Łączna gramatura w strefie chłonnej - 63 g/m².

Odporność na rozerwania sucho/mokro w obszarze krytycznym 108/95 kPa. Wytrzymałość na rozciąganie na sucho/mokro 45/30N. Odporność na penetrację płynów 188 cm H₂O. Współczynnik pylenia < 1.3log₁₀. Chłonność warstwy zewnętrznej min. 350%.

Zestaw sterylizowany radiacyjnie. Opakowanie folia-papier wyposażone w informację o kierunku otwierania oraz 4 etykiety samoprzylepne typu TAG służące do archiwizacji danych. Na każdej etykiecie samoprzylepnej, znajdują się następujące informacje : numer ref., data ważności, nr serii, dane wytwórcy oraz kod kreskowy. Dodatkowo serweta stanowiąca owinięcie zestawu posiada taśmę mocującą do stołu instrumentalnego i naklejkę służącą jako zamknięcie zestawu. Spełnia wymogi aktualnej normy PN-EN 13795.



Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 28

Zadanie 5, pozycja 7

Czy Zamawiający dopuści obłożenie do operacji ginekologicznych o minimalnym składzie:


Serweta wykonana z chłonnego i nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 56 g/m².

- 1 x serweta o wymiarach 160/240 cm x 180 cm zintegrowana z osłonami na kończyny, z otworem samoprzylepnym w okolicy krocza o wymiarach 10 cm x 15 cm
- 1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny stanowiąca owinięcie zestawu o wymiarach 150 cm x 190 cm.

Serweta na stolik instrumentariuszki wykonana z warstwy nieprzemakalnej o gramaturze 35 g/m² oraz włókninowej warstwy chłonnej o gramaturze 28 g/m². Łączna gramatura w strefie chłonnej - 63 g/m².

Odporność na rozerwania sucho/mokro w obszarze krytycznym 108/95 kPa. Wytrzymałość na rozciąganie na sucho/mokro 45/30N. Odporność na penetrację płynów 188 cm H₂O. Współczynnik pylenia < 1.3log₁₀. Chłonność warstwy zewnętrznej min. 350%.

Zestaw sterylizowany radiacyjnie. Opakowanie folia-papier wyposażone w informację o kierunku otwierania oraz 4 etykiety samoprzylepne typu TAG służące do archiwizacji danych. Na każdej etykiecie samoprzylepnej, znajdują się następujące informacje : numer ref., data ważności, nr serii, dane wytwórcy oraz kod kreskowy. Dodatkowo serweta stanowiąca owinięcie zestawu posiada taśmę mocującą do stołu instrumentalnego i naklejkę służącą jako zamknięcie zestawu. Spełnia wymogi aktualnej normy PN-EN 13795.



Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 29

Zadanie 5, pozycja 8

Czy Zamawiający dopuści zestaw serwet do laparoskopii:

Serveta wykonana z hydrofobowej włókniny trójwarstwowej typu SMS o gramaturze 50 g/m² w strefie krytycznej wyposażona we wzmocnienie wysokochłonne o gramaturze 80 g/m², zintegrowana z organizatorami przewodów:

- 1 x serweta 200/270 cm x 300 cm zintegrowana z osłonami na kończyny, z otworem samoprzylepnym o wymiarach 25 cm x 30 cm
- 4 x ręcznik chłonny o wymiarach 30 cm x 30 cm
- 1 x taśma samoprzylepna o wymiarach 10 cm x 50 cm
- 1 x taśma samoprzylepna typu rzep 2 cm x 22 cm
- 1 x samoprzylepna kieszeń jednokomorowa o wymiarach 30 cm x 40 cm
- 1 x osłona na przewody o wymiarach 14 cm x 250 cm
- 1 x wzmocniona osłona (serweta) na stolik Mayo o wymiarach 80 cm x 140 cm
- 1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny stanowiąca owinięcie zestawu o wymiarach 150 cm x 190 cm.

Serveta na stolik instrumentariuszki wykonana z warstwy nieprzemakalnej o gramaturze 35 g/m² oraz włókninowej warstwy chłonnej o gramaturze 28 g/m². Łączna gramatura w strefie chłonnej - 63 g/m².

Serveta na stolik Mayo wykonana z folii PE o gramaturze 50 g/m² oraz włókniny chłonnej w obszarze wzmocnionym o wymiarach 60 cm x 140 cm, łączna gramatura w strefie wzmocnionej 80 g/m². Osłona w postaci worka w kolorze czerwonym, składana teleskopowo z zaznaczonym kierunkiem rozwijania.


Osłona na przewody wyposażona w końcówkę z perforacją, kartonik ułatwiający aplikację oraz dwie taśmy przylepne. Osłona wykonana z transparentnej folii PE o gramaturze 50 g/m².

Odporność na rozerwania sucho/mokro w obszarze krytycznym 205.6/199.4 kPa. Wytrzymałość na rozciąganie na sucho/mokro w obszarze krytycznym 90/91.6N. Odporność na penetrację płynów w obszarze krytycznym 110 cm H₂O. Współczynnik pylenia 1.4log₁₀. Chłonność wzmocnienia min. 680%.

Materiał serwet odporny na działanie alkoholi na poziomie 8 wg WSP 080.8/IST 80.8. I klasa palności wg 16 CFR 1610.

Wszystkie składowe zestawu zawinięte w dodatkową serwetę 2-warstwową, celulozowo - foliową o gramaturze 54g/m² i chłonności 180%, stanowiącą pierwsze, zewnętrzne owinięcie zestawu.

Zestaw sterylizowany radiacyjnie. Opakowanie TYVEC wyposażone w informację o kierunku otwierania oraz 4 etykiety samoprzylepne typu TAG służące do archiwizacji danych. Na każdej etykiecie samoprzylepnej, znajdują się następujące informacje : numer ref., data ważności, nr serii, dane wytwórcy oraz kod kreskowy. Dodatkowo serweta stanowiąca owinięcie zestawu posiada taśmę mocującą do stołu instrumentalnego i naklejkę służącą jako zamknięcie zestawu. Spełnia wymogi aktualnej normy PN-EN 13795.



Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 30

Zadanie 5, pozycja 9

Czy Zamawiający dopuści zestaw serwet do cięcia cesarskiego:

Serveta wykonana z hydrofobowej włókniny trójwarstwowej typu SMS o gramaturze 50 g/m²:

- 1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 200 cm x 320 cm z otworem o wymiarach 25 cm x 30 cm wypełnionym folią chirurgiczną, zintegrowana z torbą do zbiórki płynów o wymiarach 75 cm x 85 cm
- 4 x ręcznik chłonny o wymiarach 30 cm x 30 cm
- 1 x taśma samoprzylepna o wymiarach 10 cm x 50 cm
- 1 x serweta chłonna dla noworodka o wymiarach 75 cm x 80 cm
- 1 x wzmocniona osłona (serweta) na stolik Mayo o wymiarach 80 cm x 140 cm
- 1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny stanowiąca owinięcie zestawu o wymiarach 150 cm x 190 cm.

Serveta na stolik instrumentariuszki wykonana z warstwy nieprzemakalnej o gramaturze 35 g/m² oraz włókninowej warstwy chłonnej o gramaturze 28 g/m². Łączna gramatura w strefie chłonnej - 63 g/m².


Serveta na stolik Mayo wykonana z folii PE o gramaturze 50 g/m² oraz włókniny chłonnej w obszarze wzmocnionym o wymiarach 60 cm x 140 cm, łączna gramatura w strefie wzmocnionej 80 g/m². Osłona w postaci worka w kolorze czerwonym, składana teleskopowo z zaznaczonym kierunkiem rozwijania.

Odporność na rozerwanie sucho/mokro w obszarze krytycznym 205.6/199.4 kPa. Wytrzymałość na rozciąganie na sucho/mokro w obszarze krytycznym 90/91.6N. Odporność na penetrację płynów w obszarze krytycznym 41.7 cm H₂O. Współczynnik pylenia 1.4log₁₀. Chłonność wzmocnienia min. 680%.

Materiał serwet odporny na działanie alkoholi na poziomie 8 wg WSP 080.8/IST 80.8. I klasa palności wg 16 CFR 1610.

Wszystkie składowe zestawu zawinięte w dodatkową serwetę 2-warstwową, celulozowo - foliową o gramaturze 54g/m² i chłonności 180%, stanowiącą pierwsze, zewnętrzne owinięcie zestawu.

Zestaw sterylizowany radiacyjnie. Opakowanie TYVEC wyposażone w informację o kierunku otwierania oraz 4 etykiety samoprzylepne typu TAG służące do archiwizacji danych. Na każdej etykiecie samoprzylepnej, znajdują się następujące informacje : numer ref., data ważności, nr serii, dane wytwórcy oraz kod kreskowy. Dodatkowo serweta stanowiąca owinięcie zestawu posiada taśmę mocującą do stołu instrumentalnego i naklejkę służącą jako zamknięcie zestawu. Spełnia wymogi aktualnej normy PN-EN 13795.



Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 31

Zapytanie I Pakiet 1

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie dostarczenia niesterylnych próbek do Pakietu nr 1, pozycje 8-11. Są to wyroby przygotowane zgodnie z indywidualnymi wymaganiami Zamawiającego, a tym samym nie są aktualnie dostępne w naszej standardowej ofercie. Ich produkcja wymaga odpowiedniej ilości czasu (faza produkcyjna, faza sterylizacji, okres kwarantanny).

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający wyraża zgodę na dostarczenie niesterylnych próbek do Pakietu nr 1, pozycje 8-11.

Pytanie nr 32

Zapytanie II zapisy umowy

Prosimy o doprecyzowanie treści wzoru umowy - [załącznika nr 5 do SIWZ], poprzez nadanie [par. 6 ust. 1] następującego brzmienia: „Za ewentualną nieterminową dostawę przedmiotu umowy Zamawiający może obciążyć Wykonawcę karą umowną w wysokości 0,5% wartości brutto niezrealizowanej dostawy za każdy kalendarzowy dzień opóźnienia.”

Naliczanie tak wysokiej kary umownej jest właściwe dla umów wykonywanych jednorazowo. W przypadku umów realizowanych częściami niezasadne jest obciążanie wykonawcy dokładnie taką samą karą za zwłokę w dostawie zamówienia o dużej wartości, jak przy zamówieniu o bardzo niewielkiej wartości. Ponadto opóźnienie w realizacji części zamówienia skutkować może naliczeniem kary przewyższającym wynagrodzenie wykonawcy z tytułu takiej dostawy. Zgodnie z orzecznictwem Sądu Najwyższego [IV CSK 644/12] kara umowna równa bądź zbliżona do wartości wynagrodzenia wykonawcy może być uznana za rażąco wygórowaną i podlega miarkowaniu. W celu uniknięcia podpisywania umowy z postanowieniami, których treść może zostać w przyszłości zakwestionowana przez sąd, prosimy o zmianę projektu umowy zgodnie z przesłaną propozycją.

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający zmienia treść SIWZ w sposób następujący:

§ 6 ust. 1. otrzymuje brzmienie: Za ewentualną nieterminową dostawę przedmiotu umowy Zamawiający może obciążyć Wykonawcę karą umowną w wysokości 2 % wartości brutto niezrealizowanej dostawy za każdy kalendarzowy dzień opóźnienia.

Pytanie nr 33

Pytanie nr 1 – dotyczy Zadania nr 5

Mając na względzie zapisy obowiązującej ustawy PZP a w szczególności zapis dotyczący zachowania zasady uczciwej konkurencji i równego traktowania zwracam się z wnioskiem o wydzielenie poz. 2 i 3 – ZESTAW UNIWERSALNY – do osobnego pakietu w celu umożliwienia złożenia konkurencyjnej jakościowo i cenowo oferty. Opisany skład zestawu uniwersalnego znajduje się w ofercie wielu wykonawców. W przypadku, kiedy Zamawiający pakietuje specjalistyczne/dedykowane zestawy obłożeń wraz z obłożeniem uniwersalnym będącym w ofertach innych wykonawców a różniący się niuansami, jak np. wielkość ręczników czy szerokość taśmy ogranicza skutecznie możliwość złożenia oferty innym wykonawcom. Działanie takie jest niezgodne z ustawą PZP.

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 34

Pytanie nr 2 – dotyczy Zadania nr 5 poz. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w zadaniu nr 5 poz. 1 : Sterylna serweta do zabiegów chirurgicznych.

Sterylna, serweta 75 x 90 cm z przyklepnym otworem 6 x 8 cm wykonana z laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 60g/m², odpornego na penetracje płynów 165cmH₂O, o niskim współczynniku pylenia (≤1,9 log10). Serweta spełnia wymagania dla procedur wysokiego ryzyka wg normy EN 13795, pakowana sterylnie w opakowanie papier-folia, posiada 4 etykiety samoprzylepne zawierające min.: numer katalogowy, numer lot, datę ważności oraz nazwę identyfikującą producenta. Sterylizacja EO. Serwety pakowane w karton (dyspenser) wewnętrzny, następnie karton transportowy. Producent spełnia wymogi normy ISO 9001 i ISO13485.

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 35

Pytanie nr 3 – dotyczy Zadania nr 5 poz. 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w zadaniu nr 5 poz. 2 niżej opisanego zestawu nieznacznie różniącego się od opisanego w SIWZ?

Sterylny zestaw uniwersalny do zabiegów chirurgicznych, skład zestawu:

- 1 x serweta na stół narzędziowy 150 x 190 cm z folii PE 60µm ze wzmocnieniem (owinięcie zestawu)
- 1 x serweta na stół Mayo 78 x 145 cm z mocnej folii PE 60µm ze wzmocnieniem składana w sposób ułatwiający założenie z zachowaniem zasad aseptyki
- 2 x serwety boczne 75 x 90 cm, przylepna na całej długości dłuższego boku
- 1 x serweta dolna 180x180 cm, przylepna
- 1 x serwetę górną 150 x 240 cm, przylepna
- 1 x taśma lepna 9 x 50 cm
- 2 x ręcznik chłonny 30,5x34 cm

Tolerancja rozmiarów +/-2 cm

Serwety okrywające pacjenta wykonane chłonnego laminatu 2-warstwowego o gramaturze 60g/m², odpornego na przenikanie płynów (165cmH₂O). Materiał odporny na rozerwanie na mokro/sucho (168 kPa) o niskim współczynniku pylenia (współczynnik pylenia $\leq 1,9 \log 10$). Dwucentymetrowa nieprzylepna końcówka przy paskach zabezpieczających taśmę lepną ułatwiającą mocowanie serwet na pacjencie, klej repositionowalny. Warstwa wzmocnienia w serwetach na stół narzędziowy i Mayo zespolona z folią na całej powierzchni wzmocnienia bez zawartości celulozy lub wiskozy. Zestaw spełnia wymagania dla procedur wysokiego ryzyka wg normy EN 13795, pakowany sterylnie w opakowanie papier-folia, posiada 4 etykiety samoprzylepne zawierające min.: numer katalogowy, numer lot, datę ważności oraz nazwę identyfikującą producenta. Sterylizacja EO. Serwety pakowane w karton (dyspenser) wewnętrzny, następnie karton transportowy. Producent spełnia wymogi normy ISO 9001 i ISO13485.

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 36

Pytanie nr 4 – dotyczy Zadania nr 5 poz. 3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w zadaniu nr 5 poz. 3 niżej opisanego zestawu nieznacznie różniącego się od opisanego w SIWZ?

Sterylny zestaw uniwersalny ze wzmocnieniem, skład zestawu:

- 1 x serweta na stół narzędziowy 150 x 190 cm z folii PE 60µm ze wzmocnieniem (owinięcie zestawu)
- 1 x serweta na stół Mayo 78 x 145 cm z mocnej folii PE 60µm ze wzmocnieniem składana w sposób ułatwiający założenie z zachowaniem zasad aseptyki
- 2 x serweta boczna 90 x 75 cm, ze wzmocnieniem 50x15 cm i organizatorami przewodów, przylepna
 - 1 x serweta dolna 180x180 cm, ze wzmocnieniem 50x15 cm i organizatorami przewodów, przylepna
- 1 x serweta górną 240 x 150 cm, przylepna
- 1 x taśma lepna 9 x 50 cm
- 4 x ręcznik chłonny z 30,5x34cm

Serwety okrywające pacjenta wykonane z chłonnego na całej powierzchni laminatu 2-warstwowego o gramaturze 60 g/m² odpornego na przenikanie płynów 165 cm H₂O) odpornego na rozerwanie na mokro/sucho (168 kPa) o niskim współczynniku pylenia (pylenia $\leq 1,9 \log 10$). W obszarze krytycznym wzmocnienie chłonne (absorpcja 990 %) o gramaturze łącznej 140g/cm² odporne na penetrację płynów 165 cmH₂O) oraz na rozerwanie na sucho i mokro (168 kPa), odporne na rozciąganie sucho/mokro - wzdłużne min. 125 N i poprzeczne min. 57 N. W celu ułatwienia aplikacji dwucentymetrowa nieprzylepna końcówka przy paskach zabezpieczających taśmę lepną, klej repositionowalny. Zestaw spełnia wymagania dla procedur wysokiego ryzyka wg normy EN 13795, pakowany sterylnie w opakowanie papier-folia, posiada 4 etykiety samoprzylepne zawierające min.: numer katalogowy, numer lot, datę ważności oraz nazwę identyfikującą producenta. Sterylizacja EO. Serwety pakowane w karton (dyspenser) wewnętrzny, następnie karton transportowy. Producent spełnia wymogi normy ISO 9001 i ISO13485.

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 37

Pytanie nr 5 – dotyczy Zadania nr 5 poz. 4

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w zadaniu nr 5 poz. 4 : Sterylna serweta do zabiegów chirurgicznych z taśmą lepą. Sterylna, przylepna serweta 75x90cm wykonana z laminatu trójwarstwowego o gramaturze 75g/m², odpornego na penetrację płynów 165 cmH₂O, o niskim współczynniku pylenia ($\leq 1,9 \log 10$) Nieprzylepna końcówka przy paskach zabezpieczających taśmą lepą ułatwiającą mocowanie serwety na pacjencie, klej repositionowalny. Serweta spełnia wymagania dla procedur wysokiego ryzyka wg normy EN 13795, pakowana sterylnie w opakowanie papier-folia, posiada 4 etykiety samoprzylepne zawierające min.: numer katalogowy, numer lot, datę ważności oraz nazwę identyfikującą producenta. Sterylizacja EO. Serwety pakowane w karton (dyspenser) wewnętrzny, następnie karton transportowy. Producent spełnia wymogi normy ISO 9001 i ISO13485.

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 38

Pytanie nr 6 – dotyczy Zadania nr 5 poz. 4

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w zadaniu nr 5 poz. 4 : Sterylna serweta do zabiegów chirurgicznych z taśmą lepą. Sterylna, przylepna serweta 75x100cm wykonana z laminatu trójwarstwowego o gramaturze 75g/m², odpornego na penetrację płynów 165 cmH₂O, o niskim współczynniku pylenia ($\leq 1,9 \log 10$) Nieprzylepna końcówka przy paskach zabezpieczających taśmą lepą ułatwiającą mocowanie serwety na pacjencie, klej repositionowalny. Serweta spełnia wymagania dla procedur wysokiego ryzyka wg normy EN 13795, pakowana sterylnie w opakowanie papier-folia, posiada 4 etykiety samoprzylepne zawierające min.: numer katalogowy, numer lot, datę ważności oraz nazwę identyfikującą producenta. Sterylizacja EO. Serwety pakowane w karton (dyspenser) wewnętrzny, następnie karton transportowy. Producent spełnia wymogi normy ISO 9001 i ISO13485.

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 39

Pytanie nr 7 – dotyczy Zadania nr 5 poz. 5

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w zadaniu nr 5 poz. 5 niżej opisanego zestawu?

Zestaw do zabiegów urologicznych TUR, skład zestawu:

- 1 x serweta na stolik narzędziowy 150 x 190 cm z folii PE 60µm ze wzmocnieniem (owinięcie zestawu)
- 1 x taśma przylepna z miękkiej włókny Wetlaid 9 x 50 cm
- 1 x ręcznik chłonny 30,5x34cm
- 1 x taśma typu velcro 2,5 x 30cm
- 1 x serweta TUR 175/270 x 170 cm zintegrowana, z osłoną na palec o średnicy 3cm, otworem o średnicy 6cm i przylepnym otworem o średnicy 8cm, z torbą na płyny z filtrem i portem do ssaka

Serweta główna wykonana z jednorodnego, chłonnego, 2-warstwowego laminatu, o gramaturze 60g/m² pozbawionego pyłących włókien wiskozy i celulozy (pylenie $\leq 1,9 \log 10$). Odporność na przenikanie płynów powyżej 200 cm H₂O, odporność na rozerwanie na mokro 168 kPa. Zestaw spełnia wymagania dla procedur wysokiego ryzyka wg normy EN 13795, pakowany sterylnie w opakowanie papier-folia, posiada 4 etykiety samoprzylepne zawierające min.: numer katalogowy, numer lot, datę ważności oraz nazwę identyfikującą producenta. Sterylizacja EO. Serwety pakowane w karton (dyspenser) wewnętrzny, następnie karton transportowy. Producent spełnia wymogi normy ISO 9001 i ISO13485.

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 40

Pytanie nr 8 – dotyczy Zadania nr 5 poz. 6

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w zadaniu nr 5 poz. 6 niżej opisanego zestawu?

- 1 serweta stołu Mayo, wzmocniona 78 x 145 cm (wzmocnienie serwety 65x85cm)
- 2 ręczniki do rąk 30,5x34cm
- 1 rzep 2,5 x 30 cm
- 1 serweta ginekologiczna 60 x 120 cm (2-warstwowa na całej powierzchni), z otworem 9 x 12 cm i torebką na płyny
- 1 serweta ginekologiczna 270/230 x 260 cm (2-warstwowa na całej powierzchni), z otworem 24 x 21cm ze zintegrowanymi nogawicami
- 1 serweta na stół do instrumentarium 150 x 190 cm (wzmocnienie serwety 75x190cm)

Serwety główne wykonane z jednorodnego, chłonnego, 2-warstwowego laminatu, o gramaturze 60g/m² pozbawionego pylących włókien wiskozy i celulozy (pylenie $\leq 1,9 \log 10$). Odporność na przenikanie płynów powyżej 200 cm H₂O, odporność na rozerwanie na mokro 168 kPa. Zestaw spełnia wymagania dla procedur wysokiego ryzyka wg normy EN 13795, pakowany sterylnie w opakowanie papier-folia, posiada 4 etykiety samoprzylepne zawierające min.: numer katalogowy, numer lot, datę ważności oraz nazwę identyfikującą producenta. Sterylizacja EO. Serwety pakowane w karton (dyspenser) wewnętrzny, następnie karton transportowy. Producent spełnia wymogi normy ISO 9001 i ISO13485.

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 41

Pytanie nr 9 – dotyczy Zadania nr 5 poz. 7

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w zadaniu nr 5 poz. 7 niżej opisanego zestawu?

- 1 serweta na stół do instrumentarium 100 x 150 cm
 - 2 legginsy (osłony na kończyny) 75 x 120 cm
 - 1 serweta do cystoskopii 100 x 175 cm (2-warstwowa na całej powierzchni), z przylepnym otworem 9 x 15cm
- Serweta główna wykonana z jednorodnego, chłonnego, 2-warstwowego laminatu, o gramaturze 60g/m² pozbawionego pylących włókien wiskozy i celulozy (pylenie $\leq 1,9 \log 10$). Odporność na przenikanie płynów powyżej 200 cm H₂O, odporność na rozerwanie na mokro 168 kPa. Zestaw spełnia wymagania dla procedur wysokiego ryzyka wg normy EN 13795, pakowany sterylnie w opakowanie papier-folia, posiada 4 etykiety samoprzylepne zawierające min.: numer katalogowy, numer lot, datę ważności oraz nazwę identyfikującą producenta. Sterylizacja EO. Serwety pakowane w karton (dyspenser) wewnętrzny, następnie karton transportowy. Producent spełnia wymogi normy ISO 9001 i ISO13485.

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający nie wyraża zgody

Pytanie nr 42

Pytanie nr 10– dotyczy Zadania nr 5 poz. 8

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w zadaniu nr 5 poz. 8 niżej opisanego zestawu?

- 1 serweta stołu Mayo, wzmocniona 78 x 145 cm (wzmocnienie serwety 65x85cm)
- 4 ręczniki do rąk
- 2 taśmy przylepne 9 x 50 cm
- 1 serweta laparoskopowa 230 x 300 cm (2-warstwowa na całej powierzchni), otwór 31 x 35 cm, warstwa chłonna 75 x 80 cm, organizatory przewodów
- 1 serweta na stół do instrumentarium 150 x 190 cm (wzmocnienie serwety 75x190cm)

Serweta główna wykonana z dobrze układającej się „oddychającej” paroprzepuszczalnej, dwuwarstwowego laminatu PE+PP o gramaturze 60g/m², w strefie krytycznej ze wzmocnieniem chłonnym o gramaturze 80g/m², o łącznej gramaturze 140 g/m². Odporność na penetrację płynów w obszarze wzmocnień 165 cm H₂O, odporność na rozerwanie na mokro/sucho 168kPa. Absorpcja w obszarze wzmocnień 990 %. Serweta dobrze układająca się na pacjencie, w części niekrytycznej „oddychająca”, paroprzepuszczalna. Zestaw spełnia wymagania dla procedur wysokiego ryzyka wg normy EN 13795, pakowany sterylnie w opakowanie papier-folia, posiada 4 etykiety samoprzylepne zawierające min.: numer katalogowy, numer lot, datę ważności oraz

nazwę identyfikującą producenta. Sterylizacja EO. Serwety pakowane w karton (dyspenser) wewnętrzny, następnie karton transportowy. Producent spełnia wymogi normy ISO 9001 i ISO13485.

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 43

Pytanie nr 11 – dotyczy Zadania nr 5 poz. 9

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w zadaniu nr 5 poz. 9 niżej opisanego zestawu?

Sterylny zestaw do cięcia cesarskiego, skład zestawu:

- 1 x serweta na stolik narzędziowy 150 x 190 cm (owinięcie zestawu)
- 1 x serweta na stolik Mayo 78x145 cm
- 1 x kocyk dla noworodka 75x120 cm
- 2 x ręcznik chłonny 30,5x34 cm
- 1 x serweta do cięcia cesarskiego 186/250x330 cm z obłożeniem ramion stołu, z otworem 36 x 36 cm wypełniony folią chirurgiczną z otworem 18x16cm, wokół brzegów otworu ze zintegrowaną torbą na płyny 360° z gąbką usztywniającą umożliwiającą uformowanie i utrzymanie kształtu worka

Serweta główna wykonana z jednorodnego, chłonnego, 2-warstwowego laminatu, o gramaturze 60g/m² pozbawionego pylących włókien wiskozy i celulozy (pylenie ≤1,9 log10). Odporność na przenikanie płynów powyżej 200 cm H₂O, odporność na rozerwanie na mokro 168 kPa. Zestaw spełnia wymagania dla procedur wysokiego ryzyka wg normy EN 13795, pakowany sterylnie w opakowanie papier-folia, posiada 4 etykiety samoprzylepne zawierające min.: numer katalogowy, numer lot, datę ważności oraz nazwę identyfikującą producenta. Sterylizacja EO. Serwety pakowane w karton (dyspenser) wewnętrzny, następnie karton transportowy. Producent spełnia wymogi normy ISO 9001 i ISO13485.

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 44

Zadanie nr 4 poz. 1:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie prześcieradła w rozm. 150x240cm albo 180x240cm?

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 45

Zadanie 4, poz. 1:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie prześcieradła sterylizowanego tlenkiem etylenu?

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 46

Zadanie 4 poz. 2:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu o następującym składzie?

serweta pod pośladki w formie kieszeni	1	Gramatura min. 56 g/m ²	113x90
serweta(owinięcie)	1	Gramatura min. 73 g/m ²	150x90
serweta kompresowa	1	włóknina kompresowa o gramaturze min 51 g/m ²	80x60
serweta kompresowa	6	włóknina kompresowa o gramaturze min 51 g/m ²	25x20
podkład chłonny z pulpy celulozowej	1	Gramatura min. 64 g/m ²	60x60
podkład chłonny z pulpy celulozowej	1	Gramatura min. 95 g/m ²	90x60

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 47

Zadanie 4 poz. 2:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu o następującym składzie?

serweta	1	Gramatura min. 56 g/m ²	130x90
serweta(owinięcie)	1	Gramatura min. 43 g/m ²	130x90
serweta kompresowa	6	włóknina kom. 40g	25x25
serweta kompresowa	1	włóknina kom. 40g	80x60
kompres z gazy	20	17N, 8W	10x10
kocyk flanelowy	1	flanela	160x75
czapeczka dla noworodka	1		12x10
podkład chłonny z pulpy celulozowej	2	Gramatura min. 95 g/m ²	90x60

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 48

Zadanie nr 5 poz. 2-3:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wyłączenie powyższych pozycji do osobnego pakietu co umożliwi na złożenie oferty konkurencyjnej cenowo?

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 49

Zadanie nr 5 poz. 2:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu serwet uniwersalnych, materiał obłożenia spełnia wymogi normy EN 13 795 (1-3); każdy zestaw posiada informacje o dacie ważności i numerze serii w postaci naklejki do umieszczenia w karcie pacjenta? Materiał o gramaturze min. 56 g/m² na całej powierzchni wykonany z laminatu dwuwarstwowego (włókniny polipropylenowej i folii polipropylenowo-polietylenowej), odporność na penetrację płynów min. 250 cm H₂O. Całość pakowana w opakowanie typu blister, zestawy do transportu pakowane w karton zabezpieczający. Wytrzymałość na rozciąganie na sucho min. 75 N, rozciąganie na mokro min. 80 N wg PN-EN 29073-3. Wytrzymałość na wypychanie na sucho min. 150 kPa, wypychanie na mokro min. 150 kPa. wg PN-EN ISO 13938-1. Odporność na przenikanie cieczy min. 250 cmH₂O wg. PN-EN 20811. Pylenie max. 1,3 log10 wg PN-EN ISO 9073-10. Skład zestawu:

serweta z przylepcem	1szt.	240x150cm
serweta z przylepcem	1szt.	180x170cm
serweta z przylepcem - przylepiec na szerszym boku	2szt.	90x75cm
taśma medyczna	1szt.	50x9cm
serweta na stół instrum. (szerokość warstwy chłonnej 66 cmx190cm)	1szt.	190x150cm
serweta na stolik Mayo (warstwa chłonna 85x76 cm)	1szt.	145x80cm
serwetki do rąk z chłonnej włókniny kompresowej	2szt.	40x20cm

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 50

Zadanie nr 5 poz. 3:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu serwet uniwersalnych materiał obłożenia spełnia wymogi normy EN 13 795 (1-3); każdy zestaw posiada informacje o dacie ważności i numerze serii w postaci naklejki do umieszczenia w karcie pacjenta? Materiał o gramaturze min. 56 g/m² na całej powierzchni wykonany z laminatu dwuwarstwowego (włókniny polipropylenowej i folii polipropylenowo-polietylenowej, serwetki z łatami chłonnymi w części wzmocnionej gramatura wynosi min. 110 g/m² i odporność na penetrację płynów min 450 cm H₂O. Odporność na rozerwanie na sucho i mokro min 80 kPa. W obszarze chłonnym wzmocnienie o absorpcji min. 500%. Odporność na rozciąganie sucho/mokro – min. 70N w obu kierunkach. Całość pakowana w opakowanie typu blister, zestawy do transportu pakowane w karton zabezpieczający. Skład zestawu:

Serweta na stół instrumentarium (owinięcie zestawu)	190x150cm		1
Serweta (głowa) z łatą chłonną i przylepcem 5x60cm	240x150cm	37,5x70cm	1
Serweta (stopa) z łatą chłonną i przylepcem 5x60cm	200x170cm	37,5x70cm	1
Serweta (boki) z łatą chłonną i przylepcem 5x90cm	90x75cm	37,5x70cm	2
Taśma medyczna mocująca z włókniny BP	9x50cm		1
Ręczniczki włókninowe 40G 4W	10x20cm		2
Pokrowiec na stolik Mayo	145x80cm		1

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 51

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu dostawy przynajmniej do godziny 14:00?

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 52

Czy Zamawiający potwierdza, że za dni robocze w rozumieniu umowy przyjmuje dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnymi od pracy?

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający potwierdza.

Pytanie nr 53

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę słowa w § 6 ust. 1 „opóźnienia” na „zwłoki”?

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 54

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację § 6 ust. 1 na następujący: „[...] karą umowną w wysokości 5% wartości brutto niezrealizowanej części dostawy za każdy roboczy dzień [...]”?

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający zmienia treść SIWZ w sposób następujący:

§ 6 ust. 1. otrzymuje brzmienie: Za ewentualną nieterminową dostawę przedmiotu umowy Zamawiający może obciążyć Wykonawcę karą umowną w wysokości 2 % wartości brutto niezrealizowanej dostawy za każdy kalendarzowy dzień opóźnienia.

Pytanie nr 55

Czy Zamawiający wyrazi zgodę aby kara umowna w przypadku odstąpienia od umowy naliczana była od niezrealizowanej części umowy?

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Zamawiający wskazuje, iż niniejsze wyjaśnienia stanowią integralną część SIWZ. Wykonawca w formularzu cenowym zobowiązany jest do wskazania, że uwzględni rozwiązania o parametrach dopuszczonych w drodze niniejszych wyjaśnień. Brak takiego wskazania zostanie uznany za zaoferowanie rozwiązań o parametrach wskazanych w opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik do SIWZ.

Ponadto Zamawiający zmienia treść SIWZ w sposób następujący:

W SIWZ POWINNO BYĆ:

X. Opis sposobu przygotowania ofert.

Pkt. 10. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie, w siedzibie Zamawiającego i oznakować w następujący sposób:

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Płońsku

ul. Henryka Sienkiewicza 7

09-100 Płońsk

z oznakowaniem:

„Oferta na dostawy odzieży operacyjnej i pościeli”

nr sprawy: FZP.261.7.2019

Nie otwierać przed 10 czerwca 2019 r., godz. 12:15

i opatrzyć nazwą i dokładnym adresem Wykonawcy.

XI. Miejsce i termin składania i otwarcia ofert.

Pkt. 1.

Ofertę należy złożyć w sekretariacie (budynek administracyjny, parter) Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Płońsku, ul. Henryka Sienkiewicza 7, 09-100 Płońsk, **do dnia 10 czerwca 2019 r. do godziny 12⁰⁰** i zaadresować zgodnie z opisem przedstawionym w rozdziale X SIWZ.

Pkt.4.

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego, pokój nr 26 (budynek administracyjny, II piętro) Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Płońsku, ul. Henryka Sienkiewicza 7, 09-100 Płońsk, **w dniu 10 czerwca 2019 r., o godzinie 12¹⁵.**

Zmiana treści SIWZ prowadzi do zmiany treści Ogłoszenia o zamówieniu.

ZAMAWIAJĄCY

DYREKTOR

Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów
Opieki Zdrowotnej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego
w Płońsku

lek. Paweł Obermeyer