



**Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej
im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Płońsku**

ul. Henryka Sienkiewicza 7, 09-100 Płońsk woj. mazowieckie
NIP 567-15-32-011 Regon 000308703 Tel. (0 23) 661 34 00 - centrala;
(023) 662 39 89 - sekretariat
Fax. (0 23) 662 32 14
e-mail: przetargi@szpitalplonsk.pl



ISO 9001:2008

FZP.261.9.2019

Płońsk, dn. 28.06.2019 r

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zakup sprzętu i aparatury medycznej

WYJAŚNIENIE i ZMIANA TREŚCI SIWZ NR 1
(zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego)

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Płońsku na podstawie art. 38 ust. 2 i art. 38 ust. 4 ustawy – Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 t.j) udziela odpowiedzi na pytania, które wpłynęły od Wykonawców:

Pytanie nr 1

Dotyczy części 3 – aparat do EKG

Dotyczy pkt. 4 parametrów technicznych. Czy Zamawiający dopuści do postępowania aparat EKG z możliwością pracy w trybie Auto i Manual, z wbudowanym buforem do 5 minut zapisu z automatycznym wyborem diagnostycznego odcinka EKG? Wymagany tryb Arytmia generuje automatyczne wydruki 10 s EKG w momencie wystąpienia zaburzenia rytmu. W przypadku niektórych typów zaburzeń, np. występowania izolowanych pobudzeń komorowych (VE ventricular ectopic), każde zdarzenie aktywuje wydruk, co doprowadza do multiplikowanych wydruków 10 sekundowych EKG, nadmiernego zużycia papieru oraz wzrostu kosztów eksploatacji.

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 2

Dotyczy części 3 – aparat do EKG

Dotyczy pkt. 9 parametrów technicznych. Czy Zamawiający dopuści do postępowania aparat EKG z automatycznymi pomiarami HR, osi P-R-T, odstępu PR, Czasu QRS, QT/QTc, śr, RR QTcB i QTcF?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 3

Dotyczy części 3 – aparat do EKG

Dotyczy pkt. 13 parametrów technicznych. Czy Zamawiający dopuści do postępowania aparat EKG z próbkowaniem na wykrywanie stymulatora serca 40.000 próbek/sekundę/kanal? Rozmiar impulsu stymulatora to minimum 0,2 ms. Próbkowanie 40 000 Hz oznacza próbkowanie co 0,025 ms, co odpowiada 8 próbkom nawet dla najszybszych stymulatorów.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 4

Dotyczy części 3 – aparat do EKG

Dotyczy pkt. 16 parametrów technicznych. Czy Zamawiający dopuści do postępowania aparat EKG z filtrami dolnoprzepustowymi 40/150/300 Hz?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 5

Dotyczy części 3 – aparat do EKG

Dotyczy pkt. 17 parametrów technicznych. Czy Zamawiający dopuści do postępowania aparat EKG z pomiarami QT z korekcją wedle Bazett i Fridericia?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 6

Dotyczy części 3 – aparat do EKG

Dotyczy pkt. 19 parametrów technicznych. Czy Zamawiający dopuści do postępowania aparat EKG z możliwością ustawienia standardu odprowadzeń Standard i Cabrera?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 7

Dotyczy części 3 – aparat do EKG

Dotyczy pkt. 21 parametrów technicznych. Czy Zamawiający dopuści do postępowania aparat EKG z prędkością zapisu regulowaną w zakresie 5, 10, 25, 50 mm/s?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 8

Dotyczy części 3 – aparat do EKG

Dotyczy pkt. 32 parametrów technicznych. Czy Zamawiający dopuści do postępowania aparat EKG z ekranem dotykowym z pełną klawiaturą alfanumeryczną do wprowadzania danych demograficznych badanych pacjentów z możliwością wpisywania wielkich liter i polskich znaków, wyposażona w klawisze funkcyjne do wydruków AUTO, rytmu, transmisji i zatrzymywania wydruku, z możliwością zmiany krzywych EKG na ekranie, wzmocnienia, prędkości przesuwu i filtrów?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 9

Dotyczy części 3 – aparat do EKG

Dotyczy pkt. 38 parametrów technicznych. Czy Zamawiający dopuści do postępowania aparat EKG o wadze 6,3 kg? W pkt. 45 Zamawiający wymaga wyposażenia aparatu w dedykowany wózek. W tym przypadku różnica w wadzenie nie wpłynie na komfort pracy użytkownika.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 10

Dotyczy części 3 – aparat do EKG

Dotyczy pkt. 41 parametrów technicznych. Czy Zamawiający dopuści do postępowania aparat EKG wyposażony w port USB do podłączenia nośnika typu pendrive? Karty SD to specyficzny rodzaj nośników pamięci. Przenoszenie danych na karcie SD wymaga stosowania specjalnego czytnika podłączanego do komputera. Dużo nowocześniejszym i bardziej powszechnym rozwiązaniem jest interfejs USB umożliwiający podłączanie klasycznego nośnika pamięci jakim jest Pendrive. Port USB jest dostępny w każdym współczesnym komputerze.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 11

Dotyczy części 3 – aparat do EKG

Dotyczy pkt. 42 parametrów technicznych. Czy Zamawiający dopuści do postępowania aparat EKG wyposażony w porty USB i LAN? Wymagany interfejs RS232 to rozwiązanie przestarzałe, wycofywane przez większość producentów. W opisywanym przypadku, przy obecności interfejsu LAN, służy prawdopodobnie jedynie do sterowania bieżnią w opcjonalnym interfejsie do próby wysiłkowej. Znaczna część oferowanych na rynku bieżni posiada już interfejs USB. Dla rozwiązań starszych praktykowane jest stosowanie konwertera USB – RS 232.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 12

Dotyczy części 3 – aparat do EKG

Dotyczy pkt. 16 parametrów technicznych. Czy Zamawiający wymaga pasma akwizycji min. 0,05 – 300 Hz zapewniającego dokładne odwzorowanie rejestrowanego zapisu EKG, z możliwością wyboru filtra dolnoprzepustowego 40 lub 150 Hz?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza, natomiast nie wymaga.

Pytanie nr 13

Dotyczy części 3 – aparat do EKG

Dotyczy pkt. 34 parametrów technicznych. Czy Zamawiający wymaga bezprzewodowego modułu akwizycji z 10 odprowadzeniami, z możliwością wymiany pojedynczych przewodów?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza, natomiast nie wymaga.

Pytanie nr 14

Pytanie, dotyczy części nr 4:

Czy Zamawiający zezwoli na zaoferowanie diatermii krótkofalowej THERMATUR 200+ niemieckiego producenta TUR o następujących parametrach i wyposażeniu?

1. Częstotliwość impulsu: 27,12 MHz
2. Tryby emisji: ciągły (0 – 200 W) , impulsowy (0 – 400 W)
3. Zegar zabiegowy : 0 – 60 min
4. Biblioteka programów
5. Możliwość wprowadzania własnych programów
6. Kartoteka pacjenta
7. Aplikatory kondensatorowe o śr. 13 cm – 2 szt.,
8. Aplikatory kondensatorowe o śr. 8,5 cm – 2 szt.

9. Ciekłokrystaliczny, kolorowy ekran dotykowy o śr. 12.1' (26,4 cm)
10. Częstotliwość dostrajania impulsu Hz: 10, 25, 50, 100, 200, 400, 600, 800
11. Inteligentne Dostrajanie Impulsu
12. Czas trwania impulsu: 20, 40, 65, 100, 200, 400 mikrosekund
13. Akustyczny sygnał końca leczenia i przerwanie emisji pola
14. Dwa ramiona, dwa kable krótkofalowe, 2 bezpieczniki T6L 250V, klucz, kabel główny
15. Wymiary w cm: 110 x 43 x 45
16. Waga z ekranem i sterownikiem na kółkach: 35 kg

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza, natomiast nie wymaga.

Zamawiający wskazuje, iż niniejsze wyjaśnienia stanowią integralną część SIWZ. Wykonawca w swojej ofercie zobowiązany jest do wskazania, że uwzględni rozwiązania o parametrach dopuszczonych w drodze niniejszych wyjaśnień. Brak takiego wskazania zostanie uznany za zaoferowanie rozwiązań o parametrach wskazanych w Opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik do SIWZ. Zamawiający zastrzega, iż pozostałe zapisy dotyczące przedmiotu zamówienia, które zostały określone w SIWZ i które nie były przedmiotem powyższych pytań pozostają bez zmian.

ZAMAWIAJĄCY


DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów
Opieki Zdrowotnej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego
w Płońsku

lek. Paweł Obermeyer