



Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej
im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Płońsku
ul. Henryka Sienkiewicza 7, 09-100 Płońsk woj. mazowieckie
NIP 567-15-32-011 Regon 000308703
Tel. (23) 661 34 00 - centrala;
(23) 662 39 89 - sekretariat
Fax. (23) 662 32 14 e-mail: przetargi@szpitalplonsk.pl



ISO 9001:2008

FZP.261. 4 .2020

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT z dnia 13.02.2020 r.

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na Sukcesywne dostawy odczynników do badań hematologicznych wraz z dzierżawą analizatorów do ww. badań

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Płońsku na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą Pzp”, przekazuje poniżej informacje, o których mowa w art. 86 ust. 3 i 4 ustawy.

Zamawiający na sfinansowanie zamówienia publicznego zamierza przeznaczyć kwotę: **140 328,00 zł brutto**.

Nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie, a także informacje zawarte w ofertach dotyczące kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, tj. ceny, jakości oraz termin dostawy.

Numer oferty	Nazwa (firma) i adres Wykonawcy	Kryterium oceny ofert	
		Cena oferty brutto (zł)	
1	Sysmex Polska Sp. z o. o. Al. Jerozolimskie 176, 02-486 Warszawa	133 610,40	
„Parametry oceniane” zaoferowane przez Wykonawcę Sysmex Polska Sp. z o. o., Al. Jerozolimskie 176, 02-486 Warszawa, które podlegają punktacji w kryterium „Jakość” (kryterium oceny ofert):			
L.P.	Parametry oceniane	Punktacja (0-2)	Parametr oferowany przez WYKONAWCĘ Proszę wpisać TAK lub NIE i ewentualnie opisać
1	Dla obydwu analizatorów różnicowanie WBC na 5 subpopulacji z wykorzystaniem fluorescencyjnej cytometrii przepływowej	TAK – 2 pkt NIE – 0 pkt	TAK
2	Flagowanie erytroblastów (dla min. jednego analizatora)	TAK – 2 pkt NIE – 0 pkt	TAK (oba analizatory)
3	Liniowość dla PLT w zakresie 20 – 5000x10tys/ul. (dla min. jednego analizatora)	TAK – 2 pkt NIE – 0 pkt	TAK (oba analizatory)
4	Możliwość oceny niedojrzałych granulocytów (IG: metamielocy, mielocyt, promielocyt) jako	TAK – 2 pkt NIE – 0 pkt	TAK (oba analizatory)

	odrębnej frakcji wyrażanej w wartościach bezwzględnych i procentowych. (dla min. jednego analizatora)		
5	Analiza płynów z jam ciała, PMR, z oznaczeniem i różnicowaniem WBC w tych płynach .(dla minimum jednego analizatora)	TAK – 2 pkt NIE – 0 pkt	TAK, analizator XN-550[BF]
6	Wyposażenie obydwu analizatorów w czujnik skrzepów	TAK – 2 pkt NIE – 0 pkt	TAK
7	Aspirowana objętość w trybie oznaczeń PJC, PMR .do 80 ul.(dla minimum 1 analizatora)	TAK – 2 pkt NIE – 0 pkt	TAK, aspirowana objętość dla PJC, PMR – 70 µl
8	Możliwość oznaczania CBC+5diff w trybie kapilarnym (z rozcieńczeniem).	TAK – 2 pkt NIE – 0 pkt	TAK
9	Grupa porównawcza analizatorów dla sprawdzianów hematologicznych w Centralnym Ośrodku Badań Jakości w Diagnostyce Laboratoryjnej w Łodzi powyżej 10 uczestników	TAK – 2 pkt NIE – 0 pkt	TAK
„Parametry oceniane” zaoferowane przez Wykonawcę Sysmex Polska Sp. z o. o., Al. Jerozolimskie 176, 02-486 Warszawa, które podlegają punktacji w kryterium „Termin dostawy” (kryterium oceny ofert):			
L.P.	Parametry oceniane	Punktacja (0-10)	Parametr oferowany przez WYKONAWCĘ Proszę wpisać TAK lub NIE i ewentualnie opisać
1	Czas dostawy odczynników (z wyjątkiem krwi kontrolnej/wzorcowej) od złożenia faxem zamówienia w dni robocze do 48 godzin	TAK (48 godz. lub mniej) – 10 pkt NIE (powyżej 48 godzin, jednak nie dłużej niż 3 dni robocze) – 0 pkt	TAK, do 48 godzin w dniu robocze od złożenia zamówienia faxem

Pozostałe warunki zgodnie z treścią SIWZ.

W terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp (wg wzoru załącznik Nr 7 do SIWZ). Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innymi Wykonawcami nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.

Zgodnie z § 1 Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 16 października 2018 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. poz. 1993) dokumenty lub oświadczenia, o których mowa w rozporządzeniu, składane są w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego lub w elektronicznej kopii dokumentu lub oświadczenia poświadczonej za zgodność z oryginałem.

ZAMAWIAJĄCY

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów
Opieki Zdrowotnej im. Marii Skłodowej - Curie
w Al. Piłsudskiego
[Podpis]
lek. Paweł Obermayer