



Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej
im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Płońsku
ul. Henryka Sienkiewicza 7, 09-100 Płońsk woj. mazowieckie
NIP 567-15-32-011 Regon 000308703
Tel. (23) 661 34 00 - centrala;
(23) 662 39 89 - sekretariat
Fax. (23) 662 32 14 e-mail: przetargi@szpitalplonsk.pl



ISO 9001:2008

FZP.261.3.2020

Płońsk, dn. 12.03.2020 r.

WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ ORAZ ZMIANA TREŚCI SIWZ NR 2 (zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego)

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na Dostawy implantów ortopedycznych i materiałów zużywalnych w przypadku złamań

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Płońsku na podstawie art. 38 ust. 2 i art. 38 ust. 4 ustawy – Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.) udziela odpowiedzi na pytania Wykonawców dotyczące treści SIWZ oraz zmienia treść SIWZ.

Pytanie nr 1

Zapytania do w/w postępowania, dot. wzoru umowy w zakresie Zadania nr 1:

§3 ust. 12 – Czy Zamawiający doda zapis, że szczegółowy skład, ilości i rozmiary banku implantów zostanie ustalony między stronami po zawarciu umowy?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający wyraża zgodę. § 3 ust. 12 wzoru umowy otrzymuje brzmienie: „12) użyczenia do każdego zadania przez okres związania umową instrumentarium i kompletny rozmiarowo (pełnowymiarowy) bank implantów. Miejsce przechowywania przez okres związania umową – Blok Operacyjny w siedzibie Zamawiającego. Szczegółowy skład, ilości i rozmiary banku implantów zostanie ustalony między stronami po zawarciu umowy”.

Pytanie nr 2

Zapytania do w/w postępowania, dot. wzoru umowy w zakresie Zadania nr 1:

§3 ust. 15 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu z „identycznej nazwy” na „zbliżonej nazwy”? Nazwa przedmiotu zamówienia w kolumnie jest tożsama z nazwami, które będą umieszczone na fakturze VAT, jednakże nawa będzie bardziej szczegółowa, rozszerzona o nazwę systemu i rozmiar poszczególnych gwoździ w związku z czym wnosimy jak na wstępie.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający wyraża zgodę. § 3 ust. 15 wzoru umowy otrzymuje brzmienie: „15) stosowania na fakturze VAT wystawionej za realizację przedmiotu umowy identycznej nazwy przedmiotu umowy jak podana w Formularzu cenowym w kolumnie „Nazwa przedmiotu zamówienia”. Dopuszcza się możliwość stosowania na fakturze VAT nazwy bardziej szczegółowej, rozszerzonej o nazwę systemu i rozmiar przedmiotu zamówienia”.

Pytanie nr 3

Zapytania do w/w postępowania, dot. wzoru umowy w zakresie Zadania nr 1:

Czy Zamawiający zmieni w §3 ust. 1 pkt 2 poprzez dookreślenie, iż wystarczający jest podpis pracownika Zamawiającego na dokumencie przewozowym lub elektronicznym terminalu?

Z uwagi na możliwość dokonywania częściowych dostaw, towar będzie dostarczany w znacznej mierze poprzez firmę kurierską. W momencie odbioru przesyłki osoba odbierająca towar dokonuje poświadczenia odbioru paczki, a co za tym idzie powyższe powinno być wystarczające do potwierdzenia dostarczenia towaru. Ponadto z uwagi na wskazane terminy dostaw Wykonawca nie będzie mógł obiektywnie stwierdzić kiedy dokonano podpisu na fakturze.

Odpowiedź Zamawiającego:

W § 3 ust. 1 pkt 2) Zamawiający wskazuje na zamówienie składane do Wykonawcy w celu dostarczenia przedmiotu zamówienia. Realizacja dostaw do siedziby Zamawiającego określona jest w szczególności w § 3 ust. 1 pkt 4) – 7).

Pytanie nr 4

Zapytania do w/w postępowania, dot. wzoru umowy w zakresie Zadania nr 1:

Czy Zamawiający zmieni wysokość kar umownych określonych w §12

- a. ust. 1 z 0,02% wartości brutto umowy na 0,5% wartości niedostarczonego przedmiotu umowy,
- b. ust. 2 z 0,02% wartości brutto umowy na 0,5% wartości niedostarczonego towaru,
- c. ust. 3 zmiana z „za każdą rozpoczętą godzinę opóźnienia” na „za każdy dzień opóźnienia”
- d. ust. 5 – usunięcie z uwagi na zdublowanie kary z ust. 1-3?

Przedstawione we wzorze umowy kary umowne nakładają na Wykonawcę obowiązek zapłaty zbyt wygórowanej kary umownej.

Mając na uwadze przepis zawarty w projekcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stanowiącym Załącznik do SIWZ zwracamy się o zmianę wysokości zastrzeżonych kar umownych.

Podkreślić należy, że w doktrynie prawa zamówień publicznych oraz w aktualnym orzecznictwie KIO ustanawianie przez Zamawiającego w umowie rażąco wysokich kar umownych, bezwzględnie należy uznać, za naruszenie zasad zachowania uczciwej konkurencji wyrażonej w przepisie art. 7 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010r., nr 113 poz. 759 z późn. zm.), które może być uzasadnioną podstawą do żądania unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie art. 93 ust. 1 pkt.7 ustawy prawo zamówień publicznych z uwagi, iż postępowanie jest obciążone wadą uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy w sprawie zamówienia publicznego.

Żądanie kar umownych jedynie od wykonawcy oraz jednoczesne umniejszanie odpowiedzialności Zamawiającego nie znajduje żadnego uzasadnienia w charakterze stosunku prawnego łączącego strony w tej umowie. Takie działanie Zamawiającego jest niedopuszczalne. Zamawiający, korzystając w sposób nieuprawniony ze swojej silniejszej pozycji w ramach postępowania, narzuca treść umowy (w odniesieniu do wysokości kar umownych) w sposób sprzeczny z przeznaczeniem swojego prawa, dlatego takie działanie nie może korzystać z ochrony prawa.

Biorąc pod uwagę powyższe zmiana kar umownych jest w pełni uzasadniona.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający wyraża zgodę.

§ 12 ust. 1 wzoru umowy otrzymuje brzmienie: „1. Strony uzgadniają, że w przypadku, gdy Wykonawca nie dostarczy przedmiotu umowy do Zamawiającego w terminie określonym w § 3 ust. 1 pkt. 2 niniejszej umowy, Zamawiający ma prawo żądać kary umownej w wysokości 0,5 % wartości brutto niedostarczonego przedmiotu umowy”.

§ 12 ust. 2 wzoru umowy otrzymuje brzmienie: „2. Strony uzgadniają, że w przypadku, gdy Wykonawca nie dostarczy instrumentarium, o którym jest mowa w § 3 ust. 1 pkt. 12 w terminie określonym w § 4 ust. 2 niniejszej umowy, Zamawiający ma prawo żądać kary umownej w wysokości 0,5 % wartości brutto niedostarczonego towaru”.

§ 12 ust. 3 wzoru umowy otrzymuje brzmienie: „3. Strony uzgadniają, że w przypadku, gdy Wykonawca nie dokona wymiany instrumentarium, o którym jest mowa w § 3 ust. 12 w terminie określonym w § 4 ust. 10 niniejszej umowy, Zamawiający ma prawo żądać kary umownej w wysokości 0,02 % wartości brutto umowy, za każdy dzień opóźnienia”.

§ 12 ust. 5 wzoru umowy otrzymuje brzmienie: „5. Za nienależyte wykonanie lub niewykonywanie przedmiotu umowy Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 2 % wartość brutto umowy, o którym mowa w § 7 ust. 1.”.

Pytanie nr 5

Zapytania do w/w postępowania, dot. wzoru umowy w zakresie Zadania nr 1:

Czy Zamawiający doda zapis w §12 ust. 4, że odstąpienie od umowy przez Zamawiającego będzie poprzedzone wezwaniem Wykonawcy do realizowania umowy zgodnie z zawartymi w umowie postanowieniami?

Obecny zapis umowy może powodować uprzywilejowanie jednej ze stron umowy co może być niezgodne z zasadami społeczno – gospodarczymi określonymi w kodeksie cywilnym. W związku z powyższym koniecznym jest zmiana zapisu.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający wyraża zgodę. § 12 ust. 4 wzoru umowy otrzymuje brzmienie: „4. W przypadku odstąpienia Wykonawcy od Umowy z przyczyn nie leżących po stronie Zamawiającego, bądź odstąpienia Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% wartości brutto umowy. Odstąpienie od umowy przez Zamawiającego będzie poprzedzone wezwaniem Wykonawcy do realizowania umowy zgodnie z zawartymi w umowie postanowieniami”.

Pytanie nr 6

Zapytania do w/w postępowania, dot. wzoru umowy w zakresie Zadania nr 1:

Czy Zamawiający dookreśli w §15 ust. 3, iż rozpoczęciem drogi polubownego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zapłaty za dostarczony towar będzie przesłanie wezwania do zapłaty?

Obecny zapis wymaga doprecyzowania w celu prawidłowej realizacji umowy. Jednoznacznie brak jest przesłanek do tego aby występowała potrzeba przeprowadzania oddzielnego postępowania w części dotyczącej ustalenia terminu zapłaty za dostarczony towar.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 7

Pytanie nr 1, dotyczy pakietu nr 1 Poz 1.

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie gwoździa o bocznym wygięciu w części proksymalnej 4° (w przypadku gwoździ długich krzywa ugięcia 1800 mm), średnica proksymalna gwoździa \varnothing 15.6mm. Możliwość blokowania statycznego lub dynamicznego w części dalszej, z dodatkowym wygięciem w części dalszej 3° w płaszczyźnie strzałkowej. Śruba doszyjkowa \varnothing 10.5mm z owalnym gwintem podpierającym, minimalizującym ryzyko przemieszczenia lub wycięcia śruby, długość 70 - 130 mm z przeskokiem co 5 mm, samogwintująca. Możliwość zastosowania dodatkowej śruby doszyjkowej \varnothing 5mm, w dł. 70-110mm. Zaślepka tytanowa, o przewyższeniu 0 mm, 5 i 10 mm. Śruba dystalna \varnothing 5mm, dł. od 20mm do 80 mm. Gwóźdź posiada wewnętrzny mechanizm blokujący, zapobiegający rotacji śruby doszyjkowej. Gwóźdź dostępny w rozmiarach: - 260 - 460mm, średnica \varnothing 9, \varnothing 11, \varnothing 13mm, kąt CCD: 125°, 130°, w wersji prawy i lewy, ze skokiem co 20mm;

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody na dopuszczenie.

Pytanie nr 8

Pytanie nr 1, dotyczy pakietu nr 1 Poz 2.

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie gwoździa o bocznym wygięciu w części proksymalnej 4° (w przypadku gwoździ długich krzywa ugięcia 1800 mm), średnica proksymalna gwoździa \varnothing 15.6mm. Możliwość blokowania statycznego lub dynamicznego w części dalszej, z dodatkowym wygięciem w części dalszej 3° w płaszczyźnie strzałkowej. Śruba doszyjkowa \varnothing 10.5mm z owalnym gwintem podpierającym, minimalizującym ryzyko przemieszczenia lub wycięcia śruby, długość 70 - 130 mm z przeskokiem co 5 mm, samogwintująca. Możliwość zastosowania dodatkowej śruby doszyjkowej \varnothing 5mm, w dł. 70-110mm. Zaślepka tytanowa, o przewyższeniu 0 mm, 5 i 10 mm. Śruba dystalna \varnothing 5mm, dł. od 20mm do 80 mm. Gwóźdź posiada wewnętrzny mechanizm blokujący, zapobiegający rotacji śruby doszyjkowej. Gwóźdź dostępny w rozmiarach: - 180mm, \varnothing 9, \varnothing 11, \varnothing 13mm, kąt CCD: 125°, 130°, uniwersalny, do prawej i lewej

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody na dopuszczenie.

Pytanie nr 9

Pytanie nr 1, dotyczy pakietu nr 1 Poz 3.

Gwóźdź tytanowy, udowy, kaniulowany, uniwersalny, ante-/retrograde. Gwóźdź udowy uniwersalny, blokowany, kaniulowany, tytanowy, z możliwością implantowania antegrade i retrograde przy użyciu tego samego implantu. Gwóźdź posiada w części proksymalnej 3 otwory pod śruby blokujące (L-M). Wielopłaszczyznowe blokowanie dystalne (2 śruby L-M, 2 śruby A-P). Zarówno w części proksymalnej jak i dystalnej podłużne otwory umożliwiające dynamizację, odpowiednio 10 i 5 mm. Gwóźdź uniwersalny – do prawej i lewej kończyny. Gwóźdź dostępny w rozmiarach: \varnothing 9 mm do \varnothing 15 mm, dł. od 280 mm do 500 mm, ze skokiem co 20 mm. Zaślepki kaniulowane w długościach od 0mm do 15mm, ze skokiem co 5mm, zapobiegające wrastaniu tkanki oraz dające możliwość przedłużenia gwoździa do 15 mm. Śruby blokujące do gwoździ udowych: w części bliższej \varnothing 6.5 korowa/gąbczasta, dł. 40-120 mm/60-120mm; w części dystalnej korowa \varnothing 4.5 mm, dł. 24 – 80 mm.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody na dopuszczenie.

Pytanie nr 10

Pytanie nr 1, dotyczy pakietu nr 1 Poz 4.

Gwóźdź udowy, krętarzowy, blokowany, kaniulowany, tytanowy, zakładany ze szczytu krętarza większego. W części bliższej ugięcie boczne 6° oraz przednie 2.5° korespondujące z anatomią bliższego końca kości udowej. W części dalszej ugięcie tylne 5° (dla gwoździ Ø11 i Ø13 ugięcie 3°) ułatwiające implantację szczególnie w bliższego końca k. udowej). Gwóźdź z możliwością blokowania proksymalnego przy użyciu dwóch równoległych śrub gąbczastych ciągnących Ø6.5 mm poprowadzonych pod kątem 125°, umożliwiających leczenie złamań podkrętarzowych, lub dwoma krzyżującymi się śrubami korowymi Ø6.5 mm nagwintowanymi na całej długości.

Gwóźdź dostępny w rozmiarach: Ø9 mm, Ø11 i Ø13 mm, dł. od 280 mm do 500 mm, ze skokiem co 20 mm. Zaślepki kaniulowane w długościach od 0mm do 15mm, ze skokiem co 5mm, zapobiegające wrastaniu tkanki oraz dające możliwość przedłużenia gwoździa do 15 mm. Śruby blokujące do gwoździ udowych: w części bliższej Ø6.5 korowa/gąbczasta, dł. 40-120 mm/60-120mm; w części dystalnej korowa Ø4.5 mm, dł. 24 – 80 mm.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody na dopuszczenie.

Pytanie nr 11

Pytanie nr 1, dotyczy pakietu nr 1 poz 5.

Czy Zamawiający dopuści gwóźdź tytanowy, ramienny, kaniulowany

Gwóźdź śródszpikowy ramienny, uniwersalny, blokowany, tytanowy.

Gwóźdź kaniulowany z ugięciem lateralnym w części bliższej 2.5° oraz w części dystalnej 4°. Możliwość implantacji retrograde i antegrade. W części bliższej gwoździa 4 otwory pod śruby korowe i gąbczaste o średnicy 4.5/4.8 mm (3 x L-M, 1 śruba skośna). Możliwość wielopłaszczyznowego blokowania dystalnego - w części dalszej 3 otwory (w tym 1 do dynamizacji) pod śruby korowe o średnicy 3.5/4.5 mm (2 x A-P, 1 x L-M). Ostatni otwór 17 mm od końca gwoździa. Kaniulacja gwoździa: 3 mm. Gwóźdź uniwersalny do prawej i lewej kończyny. Średnica proksymalna gwoździa Ø9.2 mm.

Gwóźdź dostępny w rozmiarach: Ø7, Ø8, Ø9 mm, dł 160 - 300 mm, ze skokiem co 10 mm.

Zaślepka kaniulowana w długościach od 0mm do 10mm, zapobiegająca wrastaniu tkanki oraz dające możliwość przedłużenia gwoździa do 10 mm.

Gwóźdź śródszpikowy ramienny bliższy, blokowany, tytanowy.

Gwóźdź kaniulowany prosty, krótki z wielopłaszczyznowym blokowaniem, blokowany w części bliższej w 3 płaszczyznach, dł 150 mm, średnica dystalna gwoździa Ø8 i Ø10 mm, w części proksymalnej średnica gwoździa wynosi Ø11.35 mm. Kaniulacja gwoździa 3mm. Otwór dynamizacyjny w części dalszej, 60 mm od końca gwoździa. Gwóźdź sterylny, pakowany z zaślepką.

Śruba blokująca: gąbczasta Ø4.8 mm w części bliższej, dł. 30-76mm; w części dystalnej korowa Ø3.5/4.5 (odpowiednio dla gwoździ o śr. 8 i 10 mm), dł. 20 – 70 mm.

Zaślepki kaniulowane w długościach od 0mm do 15mm, ze skokiem co 5mm, zapobiegające wrastaniu tkanki oraz dające możliwość przedłużenia gwoździa do 15 mm. Śruby blokujące do gwoździ udowych: w części bliższej Ø6.5 korowa/gąbczasta, dł. 40-120 mm/60-120mm; w części dystalnej korowa Ø4.5 mm, dł. 24 – 80 mm.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody na dopuszczenie.

Pytanie nr 12

Pytanie nr 1, dotyczy pakietu nr 1 poz 6.

Czy zamawiający dopuści gwóźdź o anatomicznym kącie ugięcia bliższego 10° i dalszego 2°. Średnica bliższa gwoździa 11 mm (dla gwoździ o średnicy do 11 mm) oraz potrójne rowki na trzonie (dla średnic powyżej 10.0 mm). Możliwość blokowania statycznego w części dalszej, dwa otwory statyczne w płaszczyźnie bocznej w odległości 5-10 mm oraz 25-30 mm od końca gwoździa oraz otwór statyczny w płaszczyźnie AP w odległości 15-20 mm od końca gwoździa, dla gwoździ o średnicy 8.3 mm wszystkie otwory pod śruby z pełnym lub niepełnym gwintem o średnicy 4.0 mm w długościach 20-60 mm (co 2.5 mm) i 65-100 mm (co 5 mm) a dla gwoździ o średnicy 9.3-14 mm pod śruby z pełnym lub niepełnym gwintem o średnicy 5.0 mm w długościach 20-60 mm (co 2.5 mm) i 65-100 (co 5 mm). Wszystkie otwory dystalne statyczne pozwalają na uzyskanie stabilności kątowej bez używania dodatkowych elementów. Gwóźdź uniwersalny o średnicy 8.3, 9.3 i 10- 14

mm w długościach 24-44 cm. Proksymalnie dwa otwory skośne, otwór dynamiczny oraz otwór do śruby poprzecznej- wszystkie dla śrub o średnicy 5.0 z pełnym lub niepełnym gwintem w długościach 20-60 mm (co 2.5 mm) i 65-100 (co 5 mm) . Wszystkie otwory w części bliższej gwoźdźnia pozwalają na uzyskanie stabilności kątowej bez używania dodatkowych elementów . Zaślepki o przewyższeniu 0, 5, 10 i 15 mm.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody na dopuszczenie.

Zamawiający wskazuje, iż niniejsze wyjaśnienia stanowią integralną część SIWZ. W ramach wyjaśnień Zamawiający modyfikuje treść wzoru umowy stanowiącego załącznik do SIWZ. Treść wprowadzonych zmian w umowie jest tożsama z odpowiedziami na pytania od 1 do 6 włącznie. Wprowadzone zmiany do umowy dotyczą wszystkich części zamówienia.

ZAMAWIAJĄCY

DYREKTOR

Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów
Opieki Zdrowotnej im. Warszawa Józefa Piłsudskiego
w Płocku

P. Obermeyer
lek. Paweł Obermeyer

