



**Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej  
im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Płońsku**

ul. Henryka Sienkiewicza 7, 09-100 Płońsk woj. mazowieckie  
NIP 567-15-32-011 Regon 000308703 Tel. (0 23) 661 34 00 - centrala;  
(023) 662 39 89 - sekretariat  
Fax. (0 23) 662 32 14  
e-mail: przetargi@szpitalplonsk.pl



ISO 9001:2008

FZP.261.14.2020

Płońsk, dn. 24.06.2020 r.

**WYJAŚNIENIE i ZMIANA TREŚCI SIWZ NR 2**

(zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego)

*Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawy pościeli, odzieży operacyjnej i obłożeń jednorazowych*

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Płońsku na podstawie art. 38 ust. 2 i art. 38 ust. 4 ustawy – Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) udziela odpowiedzi na pytania, które wpłynęły od Wykonawców:

**Pytanie nr 1**

Zadanie 1, poz. 1

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie jako alternatywy:

czepek pielęgniarski typu Rondo z gumką dookoła. Nie zawiera lateksu, okrągły. Wykonany z włókniny perforowanej zawierającej w ponad 70% z wiskozę. Gramatura 26 g/m<sup>2</sup>. Opakowanie 100 szt. Kolor niebieski lub zielony. Zgodny z EN 13485 i EN 14001, potwierdzone certyfikatem.

**Odpowiedź Zamawiającego**

Zamawiający nie wyraża zgody.

**Pytanie nr 2**

Zadanie 1, poz. 2

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie jako alternatywy:

czepek o kroju furazerki uniwersalny, oddychający z możliwością wywijania, wiązany na troki, część boczna wykonana z wzmocnionej włókniny absorpcyjnej pochłaniającej pot o gramaturze 47 g/m<sup>2</sup>, część górna przewiewna z polipropylenu SMS o gramaturze max. 10 g/m<sup>2</sup>. Zgodny z EN 13485 i EN 14001, potwierdzone certyfikatem.

**Odpowiedź Zamawiającego**

Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie nr 3**

Zadanie 1, poz. 3,4,5,7,10

Prosimy Zamawiającego o wydzielenie pozycji 3,4,5 do osobnego pakietu, celem umożliwienia złożenia oferty przez większe grono wykonawców.

**Odpowiedź Zamawiającego**

Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie.

**Pytanie nr 4**

Pakiet 1, poz. 6

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie niejałowego kompletu pościeli składającego się z powłoki na kołdrę i poduszkę oraz prześcieradła. Cały zestaw ma kolor zielony. Zestaw wykonany z włókniny polipropylenowej o gramaturze 25 g/m<sup>2</sup>. Poszewka na kołdrę o rozmiarze 200 cm x 140 cm. Poszewka na poduszkę o rozmiarze 80 cm x 80 cm. Prześcieradło medyczne niejałowe o rozmiarze 210 x 140 cm.

**Odpowiedź Zamawiającego**

Zamawiający nie wyraża zgody.

**Pytanie nr 5**

Pakiet 1, poz. 11

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie jako alternatywy:

jednorazowy, niejałowy komplet chirurgiczny składający się z wygodnej bluzy i spodni. Nogawki spodni bez ściągaczy, spodnie ściągane w pasie trokami. Wycięcie pod szyją w kształcie V. Bluza o kroju „bell-shape” z trzema dużymi kieszeniami: jednej na wysokości klatki piersiowej, dwiema na dole bluzy. Komplet wykonany z bardzo miękkiej włókniny SMS o gramaturze 35 g/m<sup>2</sup>, bez dodatku lateksu. Komplet chirurgiczny dostępny w 2 wariantach kolorystycznych: ciemnozielonym i ciemnoniebieskim, w rozmiarach: XS-3XL. Wytrzymałość na rozerwanie na sucho min. 130 kPa. Certyfikaty jakościowe dla miejsca produkcji: ISO 13485, ISO 9001 i ISO 14001, wystawione przez jednostki notyfikowane.

**Odpowiedź Zamawiającego**

Zamawiający nie wyraża zgody.

**Pytanie nr 6**

Część 1, poz. 11

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie jako alternatywy:

jednorazowy, niejałowy komplet chirurgiczny składający się z wygodnej bluzy i spodni. Nogawki spodni bez ściągaczy, spodnie ściągane w pasie trokami. Wycięcie pod szyją w kształcie V, wykończone białą lamówką. Bluza o kroju „bell-shape” z trzema dużymi kieszeniami: jednej na wysokości klatki piersiowej, dwiema na dole bluzy. Komplet wykonany z miękkiej włókniny SMS o gramaturze 42 g/m<sup>2</sup>, bez dodatku lateksu. Komplet chirurgiczny dostępny w 3 wariantach kolorystycznych: niebieskim, jasnozielonym i fioletowym, w rozmiarach: XS-3XL. Wytrzymałość na rozerwanie na sucho min. 90 kPa. Pakowane po 25 szt. Certyfikaty jakościowe dla miejsca produkcji: ISO 13485, ISO 9001 i ISO 14001, wystawione przez jednostki notyfikowane.

**Odpowiedź Zamawiającego**

Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie nr 7**

Pakiet 2, poz. 3-4

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie jako alternatywy:

- 1 x serweta na stolik narzędziowy 152x190 cm (owinięcie zestawu)
- 1 x serweta na stolik Mayo min 80x142 cm składana rewersowo,
- 2 x serweta 75x93 cm, przylepna, pełno barierowa, ze wzmocnieniem chłonnym 37x58 cm
- 1 x serweta 175x183 cm, przylepna, pełno barierowa, ze wzmocnieniem chłonnym 36x64 cm i zintegrowanym organizatorem przewodów typu rzep
- 1 x serweta 152x250 cm, przylepna, pełno barierowa, ze wzmocnieniem chłonnym 36x65 cm i zintegrowanym 1 organizatorem przewodów typu rzep,
- 4 x ręcznik chłonny z mikrosięcią zabezpieczająca przed rozrywaniem 34x36 cm

Tolerancja rozmiarów +/-2 cm

Serwety okrywające pacjenta wykonane z wielowarstwowej, dobrze układającej się „oddychającej”- paro przepuszczalnej włókniny polipropylenowej typu SMS o gramaturze max.43g/m<sup>2</sup>, w strefie krytycznej ze wzmocnieniem chłonnym z laminatu, o łącznej gramaturze min. 115 g/m<sup>2</sup>, odpornym na penetrację płynów (min. 200 cmH<sub>2</sub>O), odpornym na rozerwanie na mokro/sucho (min. 250 kPa), wytrzymałym na rozciąganie na sucho i mokro MD i CD powyżej 90N o wysokim współczynniku absorpcji (min. 400%). W celu ułatwienia aplikacji dwucentymetrowa nieprzylepna końcówka przy paskach zabezpieczających taśmę lepną, klej repositionowalny.. Zestaw zgodny z normą EN 13795 pakowany sterylnie w przezroczystą, foliową torbę z portami do sterylizacji, posiada 4 etykiety samoprzylepne do dokumentacji medycznej zawierające: numer katalogowy, numer lot, datę ważności oraz nazwę producenta ( w tym min.2 etykiety dodatkowo z kodem EAN). Sterylizacja EO. Zestawy pakowane zbiorczo w worek foliowy, następnie karton. Producent spełnia wymogi normy środowiskowej ISO 14001 potwierdzony certyfikatem.

**Odpowiedź Zamawiającego**

Zamawiający dopuszcza.

### Pytanie nr 8

Pakiet 2, poz. 7

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie jako alternatywy:

1 x serweta na stół narzędziowy 152x190 cm (owinięcie zestawu)

1 x serweta na stół Mayo 80x142 cm

1 x serweta do laparoskopii 195/254x292 cm z obłożeniem ramion stołu, ze zintegrowanymi nogawicami, z przylepnym otworem brzuszny 30x33 cm, ze wzmocnieniem chłonnym 55x60+/-5cm wokół otworu; zintegrowane z serwetą 8 organizatorów przewodów typu rzep. Serweta wykonana z dobrze układającej się „oddychającej”- paro przepuszczalnej, wielowarstwowej włókniny polipropylenowej SMMMS o gramaturze max. 43g/m<sup>2</sup>, ze wzmocnieniem chłonnym w strefie krytycznej z laminatu, o łącznej gramaturze min. 115 g/m<sup>2</sup>. Odporność na penetrację płynów w obszarze wzmocnień min. 200 cm H<sub>2</sub>O, odporność na rozzerwanie na mokro/sucho min. 250 kPa. I klasa palności. Zestaw zgodny z normą EN 13795 pakowany sterylnie w przezroczystą, foliową torbę z portami do sterylizacji, posiada 4 etykiety samoprzylepne do dokumentacji medycznej zawierające: numer katalogowy, numer lot, datę ważności, nazwę producenta w tym 2 etykiety dodatkowo z kodem kreskowym. Sterylizacja tlenkiem etylenu. Zestawy pakowane zbiorczo w worek foliowy, następnie karton. Producent spełnia wymogi normy środowiskowej ISO 14001 potwierdzony certyfikatem.

### Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający nie wyraża zgody.

**Zamawiający wskazuje, iż niniejsze wyjaśnienia stanowią integralną część SIWZ. Wykonawca w swojej ofercie zobowiązany jest do wskazania, że uwzględni rozwiązania o parametrach dopuszczonych w drodze niniejszych wyjaśnień. Brak takiego wskazania zostanie uznany za zaoferowanie rozwiązań o parametrach wskazanych w Formularzu cenowym stanowiącym załącznik do SIWZ. Zamawiający zastrzega, iż pozostałe zapisy dotyczące przedmiotu zamówienia, które zostały określone w SIWZ i które nie były przedmiotem powyższych pytań pozostają bez zmian.**

ZAMAWIAJĄCY

Prezesa Dyrektora  
Samodzielnego Publicznego  
Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej  
im. M. Skłodowej-Curie w Płońsku

lek. Marcin Ozdarski

Handwritten scribbles or marks at the bottom left of the page.