



Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej
im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Płońsku
ul. Henryka Sienkiewicza 7, 09-100 Płońsk woj. mazowieckie
NIP 567-15-32-011 Regon 000308703
Tel. (23) 661 34 00 - centrala;
(23) 662 39 89 - sekretariat
Fax. (23) 662 32 14 e-mail: przetargi@szpitalplonsk.pl



ISO 9001:2008

FZP.261.33.2020

Płońsk, dn. 11.01.2021 r.

WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ NR 1 (zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego)

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na Dostawy sukcesywne implantów ortopedycznych i materiałów zużywalnych w przypadku złamań

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Płońsku na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy – Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.) udziela odpowiedzi na pytania Wykonawców dotyczące treści SIWZ.

Pytanie nr 1

Czy, celem umożliwienia złożenia konkurencyjnej oferty - Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie z zadania 2 poz. nr 6 - Resorbowalny syntetyczny materiał kośćcozastępczy w postaci pastylek zawierający antybiotyk – do osobnego pakietu ?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody na propozycję Wykonawcy.

Pytanie nr 2

Czy wyraża Państwo zgodę na przysyłanie wystawionych faktur VAT w formie elektronicznej (zapis w formacie PDF)? W celu zabezpieczenia autentyczności faktury i jej integralności, Wykonawca zobowiązuje się do przysyłania faktur na wskazany przez Zamawiającego adres mailowy.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 3

1. Dotyczy załącznika nr 2 do SIWZ, tj. Formularza cenowego, zadanie nr 7, pkt 1. Endoprotezy stawu biodrowego (cementowe i bezcementowe) lp. 2 Endoproteza cementowa stawu biodrowego z panewką cementową

Zwracamy się z pytaniem, czy Zamawiający dopuści w zadaniu nr 7 pkt 1. Endoprotezy stawu biodrowego (cementowe i bezcementowe) w lp. 2 Endoproteza cementowa stawu biodrowego z panewką cementową produkty o następujących parametrach:

- ☐ Panewka cementowana, polietylenowa w rozmiarach od 40 do 48 mm na głowę wewnętrzną 22 mm oraz w rozmiarach od 40 do 60 mm na głowę wewnętrzną 28 i 32 mm, posiadająca znacznik RTG; możliwość zastosowania panewki zatraskowej oraz panewki dysplastycznej z 10-cio stopniowym okapem;
- ☐ Głowa metalowa wykonana ze stopu CoCrMo o średnicy 22 mm w 4 długościach szyjki oraz o średnicy 28 i 32 mm w 6 długościach szyjki?

Pozostałe zapisy w lp. 2 bez zmian.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga rozwiązania zaproponowanego przez Wykonawcę.

Pytanie nr 4

2. Dotyczy załącznika nr 2 do SIWZ, tj. Formularza cenowego, zadanie nr 7, pkt 2. Implanty rewizyjne stawu biodrowego lp. 6 Panewka dwumobilna, antyluksacyjna, cementowa lub bezcementowa
Zwracamy się z pytaniem, czy Zamawiający dopuści w zadaniu nr 7 pkt 2. Implanty rewizyjne stawu biodrowego lp. 6 Panewka dwumobilna, antyluksacyjna, cementowa lub bezcementowa produkt o następujących parametrach:

☐ Głowa metalowa wykonana ze stopu CoCrMo o średnicy 22 mm w 4 długościach szyjki oraz o średnicy 28 i 32 mm w 6 długościach szyjki?

Pozostałe zapisy w lp. 6 bez zmian.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga rozwiązania zaproponowanego przez Wykonawcę.

Zamawiający wskazuje, iż niniejsze wyjaśnienia stanowią integralną część SIWZ. Wykonawca w swojej ofercie zobowiązany jest do wskazania, że uwzględni rozwiązania o parametrach dopuszczonych w drodze niniejszych wyjaśnień. Brak takiego wskazania zostanie uznany za zaoferowanie rozwiązań o parametrach wskazanych w Opisie przedmiotu zamówienia oraz w Formularzu cenowym stanowiącym załączniki do SIWZ.

Zamawiający zastrzega, iż pozostałe zapisy dotyczące przedmiotu zamówienia, które zostały określone w SIWZ i które nie były przedmiotem powyższych pytań pozostają bez zmian.

ZAMAWIAJĄCY

[Podpis]
Dyrektor Miejskiego Publicznego
Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej
im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Płońsku

lek. Marcin Ozdarski

[Podpis]
mgr Krzysztof Głowacki

Kierownik

Dział ds. Zamówień Publicznych

Dział ds. Zamówień Publicznych

Inspektor

[Podpis]
mgr Marzena Kobylińska