



**Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej im.
Marszałka Józefa Piłsudskiego w Płońsku**
ul. Sienkiewicza 7, 09-100 Płońsk
woj. Mazowieckie
NIP 567-15-32-011 Regon 000308703
Tel. (0 23) 661 34 00 - centrala; (023) 662 39 89 - sekretariat
Fax. (0 23) 662 32 14
e-mail: sekretariat@szpitalplonsk.pl lub spzzoz1@wp.pl



ISO 9001:2015

TIZ /6/6/2022

Płońsk, dnia 29.06.2022r.

WYJAŚNIENIE TREŚCI ZAPYTANIA OFERTOWEGO NR 1

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości poniżej progu określonego w art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp na dostawę lamp bakteriobójczych – szt. 6.

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Płońsku udziela wyjaśnień w zakresie przedmiotowego postępowania na poniższe pytania zadane przez Wykonawców w dniu 27-29.06.2022r.:

1. Czy Zamawiający dopuści mobilny system UV-C z mechanicznym sterowaniem zamiast panelu dotykowego, nie potrzebującego zasilacza co zmniejsza ryzyko uszkodzenia oraz pobór mocy 0,88 kWh?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

2. Czy zamawiający dopuści normy europejskie 2014/30/UE oraz 2014/35/EU, które zawierają wszystkie wymagane normy w Polsce?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

3. Czy Zamawiający będzie wymagał, aby system UV-C był wyposażony w świetlówki o łącznej mocy dezynfekcji min. 900 W, która skraca czas dezynfekcji o połowę i miał możliwość dodatkowej przepływowej dezynfekcji powietrza UV-C z dodatkowym filtrem węglowym ?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

4. Czy Zamawiający wymaga, aby świetlówki były niskortęciowe, które można stosować w szpitalach?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga ze względu na bezpieczeństwo personelu.

5. Czy zamawiający będzie wymagał badań skuteczności przeprowadzonych przez producenta świetlówek oraz badań (wymazów) potwierdzających skuteczność przez polski szpital kliniczny lub onkologiczny o ugruntowanej renomie na terenie Polski?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga ww. badań przeprowadzonych przez podmioty o ugruntowanej renomie na terenie Unii Europejskiej.

6. Dot.pkt.5 OPZ_ Prosimy o poprawę oczywistej omyłki pisarskiej, ponieważ maksymalny pobór mocy na poziomie 380 VA nie jest w stanie zasilić świetlówek o łącznej mocy 580 W. Oferowana lampa ma pobór mocy na poziomie 700 W.
7. Prosimy o weryfikację i odpowiedź, które wartości są prawidłowe zapisu OPZ pkt. 5 Maksymalny pobór mocy 380VA / 230 V i punkt 15 „Urządzenie wyposażone w świetlówki UV-C, o łącznej mocy dezynfekcji min. 580 W. zapisy te wykluczają się.

Odpowiedź: W pkt. 5 OPZ Zamawiający koryguje wartość maksymalną poboru mocy z 380VA / 230 V na wymagany „Maksymalny pobór mocy 950 W”.

8. Dot. pkt.20 OPZ_ Ze względów bezpieczeństwa prosimy o dopuszczenie uruchamiania urządzenia z panelu dotykowego z opóźnieniem umożliwiającym bezpieczne opuszczenie dezynfekowanego pomieszczenia. Uruchamianie urządzenia za pomocą pilota może doprowadzić do sytuacji, kiedy urządzenie zostanie uruchomione zdalnie bez sprawdzenia czy w pomieszczeniu znajdują się osoby


Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

9. Weryfikacja zapisów umowy zał. Nr 2 do zapytania ofertowego TIZ/6/6/2022:

Odpowiedź: W § 2 pkt.8) po słowach „zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych z dnia 7 kwietnia 2022r.”, Zamawiający dodaje zapis „jeśli przedmiotem zamówienia jest sprzęt medyczny”.

Jednocześnie informuję o zmianie terminu składania ofert do 06.07.2022 r. godz. 10.00.



p.o. Zastępca Dyrektora
ds. Pielęgniarstwa

Aleksandra Świeżawska