



**Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej im.
Marszałka Józefa Piłsudskiego w Płońsku**
ul. Sienkiewicza 7, 09-100 Płońsk
woj. Mazowieckie

NIP 567-15-32-011 Regon 000308703
Tel. (0 23) 661 34 00 - centrala; (023) 662 39 89 - sekretariat
Fax. (0 23) 662 32 14

e-mail: sekretariat@szpitalplonsk.pl lub spzzoz1@wp.pl



ISO 9001:2008

TIZ /2/6/2022

Płońsk, dnia 22.06.2022r.

WYJAŚNIENIE TREŚCI ZAPYTANIA OFERTOWEGO NR 1

Dotyczy:

Na podstawie art. 6a ustawy z dnia 02 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2021 poz. 2095 z późn. zm.) na dostawę noszy bariatrycznych z automatycznym, hydrauliczno-elektrycznym systemem podnoszenia (zestaw bariatryczny) wraz z montażem w ambulansie sanitarnym celem doposażenia Działu Pomocy Doraźnej - szt. 1.

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Płońsku udziela odpowiedzi na pytania, które wpłynęły od Wykonawcy:

Pytanie nr 1

W związku z ogłoszonym postępowaniem pytamy Zamawiającego czy dopuści nasze Medirol Vivera o długości 200 cm, z płynną elektryczną regulacją wysokości leża w zakresie 38-133 cm, wyposażone w 4 koła z tworzywa sztucznego z otwartą felgą, sterowanie prowadzeniem noszy w bok z przodu, teleskopowo składany dwuczęściowy wieszak na płyny infuzyjne, uchwyty do prowadzenia i sterowania noszami na jednej wysokości, możliwość kontroli terminu wymaganego przeglądu technicznego za pomocą aplikacji z poziomu telefonu/tabletu, zintegrowany z noszami akumulator o pojemności 5Ah umożliwiający cały dzień pracy noszy, zgodność z normą elektryczną deklaracja zgodności, waga noszy 75 kg, nosze certyfikowane zgodnie z PN EN 1865-2+A1:2015 i PN EN 1865-3+A1:2015, mocowanie mechaniczne umożliwiające zasilanie noszy po załadunku do ambulansu, panel sterowania z systemem ręcznej obsługi, bez wskaźników ledowych naprowadzających, akumulator na stałe wbudowany w nosze, nosze spełniają pozostałe wymagania OPZ?

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający wyraża zgodę na propozycje Wykonawcy z zastrzeżeniem, że:

- a) Zamawiający dopuszcza tylko nosze z płynną elektryczną i zapasową manualną


regulacją wysokości leża noszy – punkt 10 w Załączniku nr 3 do Zapytania ofertowego,

- b) Zamawiający dopuszcza tylko uchwyt do prowadzenia i sterowania elektrycznego noszy na dwóch poziomach - zgodnie z punktem 23 w Załączniku nr 3 do Zapytania ofertowego,
- c) Zamawiający nie zgadza się na wbudowany na stałe akumulator w nosze -dotyczy punktów 26 i 27 w Załączniku nr 3 do Zapytania ofertowego.

Zamawiający wskazuje, iż niniejsze wyjaśnienia stanowią integralną część Zapytania ofertowego. Wykonawca w swojej ofercie zobowiązany jest do wskazania, że uwzględnia rozwiązania o parametrach dopuszczonych w drodze niniejszych wyjaśnień. Brak takiego wskazania zostanie uznany za zaoferowanie rozwiązań o parametrach wskazanych w Formularzu cenowym stanowiącym załącznik do Zapytania ofertowego. Zamawiający zastrzega, iż pozostałe zapisy dotyczące przedmiotu zamówienia, które zostały określone w Formularzu ofertowym i które nie były przedmiotem powyższych pytań pozostają bez zmian.


KIEROWNIK
DZIAŁU POMOCY I PORADZNEJ
SP ZOOZ w Płońsku
mgr Grzegorz Gaworek

ZAMAWIAJĄCY

KIEROWNIK
Działu Inwestycji i Zakupów

Marta Zasońska