

SPZZOZ im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Płońsku
ul. Henryka Sienkiewicza 7
09- 100 Płońsk
tel. (23) 662 39 82
fax (23) 661 34 05
www.szpitalplonsk.pl
(Dział Inwestycji i Zakupów)

nr sprawy TIZ/2/6/2022

Płońsk, dnia 17.06.2022 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

nr TIZ/2/6/2022

**dot. dostawy noszy z automatycznym, hydrauliczno-elektrycznym systemem
podnoszenia (w zestawie bariatrycznym) wraz z montażem w ambulansie sanitarnym
celem doposażenia Działu Pomocy Doraźnej**

1. Nazwa i adres Zamawiającego:

Nazwa: SPZZOZ im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Płońsku reprezentowany przez Lilianna Kraśniewska – Dyrektor	Nazwisko osoby upoważnionej do kontaktów: Marta Zasońska- Kierownik w Dziale Inwestycji i Zakupów, Edyta Urbańska – Referent w Dziale Inwestycji i Zakupów
Adres: ul. Henryka Sienkiewicza 7	Kod pocztowy: 09-100
Miejscowość: Płońsk	Województwo: Mazowieckie
Telefon: (23) 661 34 00 wew. 507 lub (23) 661 77 17	Faks: (23)
Poczta elektroniczna: marta.zasonska@szpitalplonsk.pl ; inwestycje@szpitalplonsk.pl	Adres internetowy: www.szpitalplonsk.pl

Nazwa i kod CPV przedmiotu zamówienia: Urządzenia medyczne 33100000-1
Pojazdy ratownicze 34114110-3
Nosze 33192160-1

2. Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa noszy z automatycznym, hydrauliczno-elektrycznym systemem podnoszenia (w zestawie bariatrycznym) wraz z montażem w ambulansie sanitarnym celem doposażenia Działu Pomocy Doraźnej dla potrzeb Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Płońsku.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego.

2a. Warunki realizacji zamówienia:

3. Opis kryteriów wyboru najkorzystniejszej oferty:

- 1) Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta przedstawiająca najkorzystniejszy bilans punktów w kryteriach: Cena (C) – waga 60 %, Termin gwarancji (G) – waga

Lilianna Kraśniewska

20%, Dodatkowe źródło ładowania uwzględniające ciągłość działania noszy (D) – waga 20%, 1 % = 1 pkt.

- 2) Punkty w kryterium „Cena” zostaną obliczone w następujący sposób:

$$\frac{C_n}{C_{of.b.}} \times 60 = C$$

gdzie:

C_n - najniższa cena spośród ofert nie podlegających odrzuceniu

$C_{of.b.}$ - cena oferty badanej nieodrzuconej

C - całkowita liczba punktów przyznanych badanej ofercie w kryterium „Cena”

60- wskaźnik stały

- 3) Punkty w kryterium „Termin gwarancji” zostaną przyznane w następujący sposób:

- 12 miesięcy – 0 pkt.
- 24 miesiące – 10 pkt.
- 36 miesięcy – 20 pkt.

- 4) Punkty w kryterium „Dodatkowe źródło ładowania uwzględniające ciągłość działania noszy” zostaną przyznane w następujący sposób:

- Brak dodatkowego akumulatora 1 szt. zapas – 0 pkt.
- Dodatkowo akumulator 1 szt. – 20 pkt.

- 5) Całkowita punktacja przyznana badanej ofercie zostanie obliczona według poniższego wzoru:

$$P_c = C + G + D$$

gdzie:

P_c – całkowita liczba punktów uzyskana przez badaną ofertę;

C – całkowita liczba punktów uzyskana przez badaną ofertę w kryterium „Cena”;

G – całkowita liczba punktów uzyskana przez badaną ofertę w kryterium „Termin gwarancji”;

D – całkowita liczba punktów uzyskana przez badaną ofertę w kryterium „Dodatkowe źródło ładowania uwzględniające ciągłość działania noszy”;

4. **Przewidywany czas trwania zamówienia lub termin wykonania zamówienia:** (w dniach, miesiącach z uwzględnieniem daty rozpoczęcia lub zakończenia)

Do 12 tygodni od dnia podpisania umowy

5. **Kryteria oceny oferty** (można dokonać wyboru kryteriów oceny ofert spośród wskazanych w §8 ust. 5 Regulaminu zamówień publicznych dla SPZZOZ w Płońsku):

- 1) Suma oferowanej ceny (brutto): 60 % kryterium
- 2) Inne: gwarancja 20 % kryterium
- 3) Inne: dodatkowe źródło ładowania 20% kryterium,

6. **Wykonawca składając ofertę, jest zobowiązany dołączyć do niej następujące dokumenty:**

- 1) Formularz ofertowy,
- 2) Zaakceptowany wzór umowy,
- 3) Formularz cenowy,

Zobowiązuje

- 4) Karty katalogowe, ulotki lub karty techniczne (wszystkie materiały muszą pochodzić od producenta) potwierdzające zgodność przedmiotu zamówienia opracowane w języku polskim.
7. Zamawiający zastrzega możliwość zmiany albo odwołania niniejszego zapytania ofertowego przed upływem terminu składania ofert bez podania przyczyny.
8. Zamawiający zastrzega możliwość zamknięcia postępowania bez dokonania wyboru którejkolwiek z ofert.
9. **Termin związania ofertą:**
- 1) Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni.
 - 2) Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
 - 3) Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą.

10. Sposób składania oferty:

W przypadku składania oferty:

- 1) osobiście, za pośrednictwem kuriera lub „pocztą” w Kancelarii SPZZOZ w Płońsku lub wysłać na adres: **SPZZOZ w Płońsku, 09-100 Płońsk, ul. Henryka Sienkiewicza 7.**

Oferta powinna być złożona w zamkniętej, nieprzezroczystej kopercie. Na kopercie należy umieścić nazwę oraz adres Zamawiającego, nazwę (firmę) i siedzibę (adres) Wykonawcy. Koperta powinna być opisana w następujący sposób:

Nazwa(firma) Wykonawcy
Siedziba (adres) Wykonawcy

SPZZOZ im. Marszałka
Józefa Piłsudskiego w Płońsku
ul. Henryka Sienkiewicza 7
09-100 Płońsk

**Zapytanie ofertowe nr TIZ/2/6/2022
dot. dostawy noszy z automatycznym, hydrauliczno-elektrycznym systemem
podnoszenia (w zestawie bariatrycznym) wraz z montażem w ambulansie sanitarnym
celem doposażenia Działu Pomocy Doraźnej**

Nie otwierać przedgodz.

- 2) e-mailem na adres: inwestycje@szpitalplonsk.pl, marta.zasonska@szpitalplonsk.pl,
(adres e-mail osoby prowadzącej postępowanie)

3) na nr faks

11. Termin złożenia oferty:

- 1) Ofertę należy złożyć do dnia 27.06.2022.r. do godziny 10.00
- 2) O zachowaniu terminu złożenia oferty decyduje data wpływu oferty do siedziby Zamawiającego. Oferta otrzymana przez Zamawiającego po upływie terminu składania ofert zostanie zwrócona bez otwierania Wykonawcy i nie będzie podlegała ocenie. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę.

Marta Zasonska

12. Miejsce oraz termin otwarcia oferty/odczytania treści oferty:

Otwarcie złożonych ofert/ odczytanie treści oferty nastąpi w siedzibie Zamawiającego tj. SPZZOZ im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Płońsku, ul. Henryka Sienkiewicza 7, 09-100 Płońsk, w dniu 27.06.2022 r. o godz. 10.30 pok. 3, parter.

13. Załączniki:

- 1) Formularz ofertowy,
- 2) Wzór umowy ~~albo istotne postanowienia umowy*~~,
- 3) Opis przedmiotu zamówienia,
- 4) Formularz cenowy.

14. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu: na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.

* niepotrzebne skreślić

Zatwierdzam
KIEROWNIK
Działu Inwestycji i Zakupów

.....
Podpis Kierownika komórki organizacyjnej

FORMULARZ OFERTOWY

1. Nazwa zamówienia:	Nosze bariatryczne - Dostawa noszy z automatycznym, hydrauliczno-elektrycznym systemem podnoszenia (zestaw bariatryczny) wraz z montażem w ambulansie sanitarnym celem doposażenia Działu Pomocy Doraźnej
2. Zamawiający:	SPZZOZ w Płońsku przy ul. Henryka Sienkiewicza 7 reprezentowany przez Lilianę Kraśniewską - Dyrektor
3. Nazwa (firma) Wykonawcy, NIP	
4. Siedziba (adres) Wykonawcy, telefon, fax i e-mail	
5. Nazwisko i imię osoby upoważnionej do kontaktu z Zamawiającym w zakresie wykonania przedmiotu umowy	
6. Cena brutto	
7. Termin gwarancji	
8. Dodatkowy akumulator	TAK / NIE
9. Oświadczam/my/, że jestem/jesteśmy związani niniejszą ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert.	
10. Oświadczam/my/, że uzyskałem/uzyskaliśmy wszelkie niezbędne informacje do przygotowania oferty i wykonania zamówienia publicznego. Zapoznałem/zapoznaliśmy się ze wzorem umowy*/z istotnymi postanowieniami umowy* i akceptuję/akceptujemy go*/je* bez uwag	
11. Integralną częścią oferty są następujące dokumenty:	1) Formularz ofertowy 2) Zaakceptowany wzór umowy, 3) Formularz cenowy 4) Karty katalogowe, ulotki lub karty techniczne (wszystkie materiały muszą pochodzić od producenta) potwierdzające zgodność przedmiotu zamówienia, opracowane w języku polskim.

.....
Podpis osoby (osób) upoważnionej (ych) do złożenia oferty, złożenia oświadczenia woli w imieniu Wykonawcy¹

¹ W przypadku złożenia oferty przez Pełnomocnika, do oferty należy dołączyć oryginał pełnomocnictwa lub jego odpis poświadczony notarialnie.

* niepotrzebne skreślić



Załącznik nr 2
do zapytania ofertowego TIZ/2/6/2022

WZÓR UMOWY*/ ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY*

NR DZP.272.

**dot. dostawy noszy z automatycznym, hydrauliczno-elektrycznym systemem
podnoszenia (w zestawie bariatrycznym) wraz z montażem w ambulansie sanitarnym
celem doposażenia Działu Pomocy Doraźnej**

Zawarta w dniu w Płońsku pomiędzy:

**Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zakładów Zdrowotnych im. Marszałka Józefa
Piłsudskiego w Płońsku, przy ul. Henryka Sienkiewicza 7, 09-100 w Płońsku** wpisanym
do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz
samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego pod
numerem KRS 0000033369 REGON 000308703, NIP 567-15-32-011

reprezentowany przez:

Lilianna Kraśniewska - Dyrektor,

przy kontrasygnacie: **Olga Mychlińska - Główny Księgowy,**

zwanym dalej Zamawiającym,

a:

.....
.....

REGON:.....NIP:

zwanym dalej Wykonawcą.

§ 1

PRZEDMIOT UMOWY

1. Przedmiotem umowy jest:

**Nosze bariatryczne - Dostawa noszy z automatycznym, hydrauliczno-elektrycznym systemem
podnoszenia (w zestawie bariatrycznym) wraz z montażem w ambulansie sanitarnym celem
doposażenia Działu Pomocy Doraźnej ,**

dla potrzeb Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Marszałka
Józefa Piłsudskiego w Płońsku, ul. Henryka Sienkiewicza 7.

2. Dostawa zostanie potwierdzona przez obie strony protokołem dostawy.

§ 2

OBOWIĄZKI WYKONAWCY

Wykonawca zobowiązany jest do:



- 1) wykonania z należytą starannością i w ustalonym terminie czynności obejmujących przedmiot umowy;
- 2) dostawy przedmiotu umowy kompletnego i gotowego do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji, wolnego od wad technicznych i prawnych;
- 3) zaproponowania Zamawiającemu na piśmie/mailowo terminu dostawy, na co najmniej 2 dni robocze przed proponowaną datą dostawy. Za dni robocze w rozumieniu umowy przyjmuje się dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy;
- 4) dostawy przedmiotu umowy w dni robocze, w godzinach od 8:00 do 15:00;
- 5) dostawy przedmiotu umowy przy pomocy sprzętu i personelu Wykonawcy;
- 6) dostarczenia przedmiotu umowy w miejscu wskazanym przez pracownika Zamawiającego w siedzibie Zamawiającego;
- 7) poniesienia wszystkich kosztów związanych z dostarczeniem przedmiotu umowy do Zamawiającego oraz odpowiedzialności (ryzyko utraty, uszkodzenia itd.) za przedmiot umowy do czasu jego formalnego przyjęcia przez Zamawiającego;
- 8) przekazania wraz z przedmiotem umowy wszystkich dokumentów związanych z wyżej wymienionym, w tym: instrukcję obsługi, karty gwarancyjne i szczegółową instrukcję użytkowania w języku polskim, deklarację zgodności lub inny dokument potwierdzający, że przedmiot umowy jest dopuszczony do obrotu i używania zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych z dnia 7 kwietnia 2022 r. oraz wszystkie inne dokumenty nie wymienione powyżej, które to dokumenty powinien posiadać Zamawiający zgodnie z wymaganiami prawa;
- 9) dostawy przedmiotu umowy posiadającego wymagane oznaczenie CE, zgodnego z obowiązującymi w Polsce przepisami prawa, posiadającego wymagane deklaracje zgodności, atesty, certyfikaty, świadectwa rejestracji, świadectwa dopuszczania do obrotu i użytku w polskich placówkach opieki zdrowotnej oraz dostarczenia powyższych dokumentów wraz z dostawą przedmiotu umowy;
- 10) dostawy przedmiotu umowy własnym transportem lub za pośrednictwem firmy spedycyjnej/kurierskiej, z zachowaniem wymogów transportu określonych przez producenta transportowanego przedmiotu umowy, na koszt i ryzyko Wykonawcy. W przypadku dostaw przedmiotu umowy za pośrednictwem firmy spedycyjnej/kurierskiej odpowiedzialność za nieterminową realizację przedmiotu umowy ponosi Wykonawca;
- 11) stosowania na fakturze VAT wystawionej za realizację przedmiotu umowy identycznej nazwy przedmiotu umowy, jak podana w Formularzu cenowym w kolumnie „Nazwa przedmiotu zamówienia”;
- 12) dokonania montażu noszy bariatrycznych w ambulansie na koszt własny i we własnym zakresie.

§ 3

OBOWIĄZKI ZAMAWIAJĄCEGO

Zamawiający zobowiązuje się do:

1. terminowej zapłaty za realizację przedmiotu umowy zgodnie z § 4 niniejszej umowy;
2. wskazania i udostępnienia miejsca do dostawy i odbioru przedmiotu umowy;

§ 4



ROZLICZENIE STRON

1. Za realizację przedmiotu umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie określone w złożonej ofercie:.....
Wartość umowy wynosi: netto.....zł., **brutto:** zł.
2. Podstawą do wystawienia przez Wykonawcę jest podpisany Protokół końcowy (D) po dostarczeniu przedmiotu umowy do siedziby Zamawiającego;
3. Zapłata za dostawę przedmiotu umowy będzie dokonana przez Zamawiającego przelewem na numer rachunku bankowego wskazanego na fakturze wraz z protokołem odbioru końcowego **w terminie 30 dni** od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT.
4. Za ewentualne nieterminowe uregulowanie należności Wykonawcy przysługuje prawo naliczania odsetek ustawowych w wysokości wynikającej z aktualnie obowiązujących przepisów.
5. Za dzień zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku Zamawiającego.
6. Płatności będą dokonywane w PLN przelewem na rachunek Wykonawcy wskazany w § 4 ust. 3 niniejszej umowy
7. Zamawiający zastrzega, że cesja wierzytelności, wynikających z niniejszej umowy, może nastąpić jedynie za zgodą Zamawiającego.
8. W przypadku gdy Wykonawca wysłał ustrukturyzowaną fakturę elektroniczną oraz inne ustrukturyzowane dokumenty elektroniczne, wykorzystuje własne konto na platformie, chyba że upoważnił do ich wysyłania inną osobę lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej. Jeżeli ustrukturyzowaną fakturę elektroniczną lub inne ustrukturyzowane dokumenty elektroniczne wysłała upoważniona osoba lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, w ich treści zamieszcza się stosowną adnotację o Wykonawcy.

§ 5

TERMIN REALIZACJI PRZEDMIOTU UMOWY

1. Dostawa przedmiotu umowy nastąpi w terminie do 12 tygodni od dnia zawarcia umowy, tj. do dnia nie później niż do 31 października 2022 r.
2. Wykonawca zobowiązany jest dokonać w obecności Zamawiającego pierwszego, kontrolnego uruchomienia przedmiotu umowy.
3. Wykonawca zawiadomi na piśmie/mailowo Zamawiającego o zakończeniu realizacji niniejszej umowy oraz o gotowości do podpisania protokołu.
4. Za dzień dostawy uznaje się dzień podpisania protokołu bez zastrzeżeń, z dniem podpisania protokołu przedmiot umowy staje się własnością Zamawiającego.

§ 6

ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA NIEWYKONANIE LUB NIENALEŻYTE WYKONANIE UMOWY

1. Za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy Zamawiający może obciążyć Wykonawcę karą umowną w wysokości 0,5 % wartości brutto niezrealizowanej dostawy za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia licząc od dnia następnego przypadającego po dniu, w którym miała nastąpić dostawa, do dnia dostawy.

Łukasz Mord

2. W przypadku rozwiązania umowy albo odstąpienia od umowy, z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10 % wartości umowy brutto.
3. W przypadku, gdy z winy Wykonawcy, Zamawiający nie otrzyma z instytucji współfinansującej całości lub części dofinansowania przyznanego na realizację określonego w § 1 ust. 1 przedmiotu umowy, Wykonawca obowiązany jest do zwrotu Zamawiającemu utraconej kwoty dofinansowania.
4. W przypadku, gdy szkoda powstała z tego tytułu kar umownych, przewyższa ustanowioną karę umowną – Zamawiający ma prawo żądać odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych.
5. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kwot kar umownych bezpośrednio z faktury VAT dotyczącej realizacji przedmiotu umowy.
6. Wykonawca pod rygorem nieważności nie przeniesie wierzytelności stanowiącej wynagrodzenie z tytułu wykonania niniejszej umowy na jakąkolwiek osobę trzecią bez pisemnej zgody Zamawiającego.

§ 7

DOPUSZCZALNOŚĆ DOKONYWANIA ZMIAN POSTANOWIEŃ UMOWY

1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia do niniejszej umowy mogą być dokonane za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie, w formie aneksu, pod rygorem nieważności.
2. Strony dopuszczają możliwość zmian umowy w następujących przypadkach:
 - a) dopuszcza się zmianę ceny na niższą niż zaoferowana w ofercie, z przyczyn technicznych lub technologicznych, z zachowaniem wymaganych parametrów technicznych, z powodu okoliczności niemożliwych do przewidzenia mimo zachowania należytej staranności;
 - b) dopuszcza się zmianę oferowanego przedmiotu umowy wymienionego na inny o właściwościach nie gorszych niż oferowany oraz w cenie nie wyższej niż oferowana, wynikającą z niedostępności danych produktów na rynku i/lub braku kompatybilności i/lub wprowadzenia nowych rozwiązań w zakresie przedmiotu umowy;

§ 8

GWARANCJA

1. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć przedmiot umowy wolny od wad, fabrycznie nowy, rok produkcji 2022.
2. Wykonawca udziela gwarancji na dostarczony przedmiot umowy:
..... na okres **miesięcy**;
3. Bieg terminu gwarancji dostarczonego przedmiotu umowy rozpoczyna się w dniu podpisania protokołu odbioru – w przypadku uchybień stwierdzonych w protokole bieg terminu gwarancji rozpoczyna w dniu usunięcia tych uchybień.

§ 9

PRZEDSTAWICIELSTWO

Emilia Kado

1. Ze strony Wykonawcy osobą wyznaczoną do kontaktów z Zamawiającym w sprawie realizacji niniejszej umowy jest:
..... tel./fax.:
2. Ze strony Zamawiającego osobą wyznaczoną do kontaktów z Wykonawcą w sprawie realizacji umowy jest:
..... tel./fax.:

§ 10

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Strony wzajemnie oświadczają, że posiadają zgodę osób, o których mowa w niniejszej umowie do przetwarzania ich danych osobowych, tj. imienia, nazwiska, stanowiska służbowego, numeru telefonu oraz adresu e-mail oraz że dane te przetwarzane będą przez każdą z nich wyłącznie dla potrzeb wykonywania niniejszej umowy, przez okres jej trwania z uwzględnieniem ustawowych terminów przechowywania dokumentacji dla celów podatkowych – w trybie i na zasadach określonych Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE opublikowane w Dzienniku Urzędowym L nr 119 z 2016 r., str. 1.
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego,
3. Wszelkie spory mogące wyniknąć z tytułu niniejszej umowy, będą rozstrzygane polubownie. W przypadku braku porozumienia właściwym sądem do rozpatrywania sporów wynikłych w trakcie realizacji umowy jest sąd właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego.
4. Umowa została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, jeden egzemplarz dla Wykonawcy i dwa egzemplarze dla Zamawiającego.

Załączniki do umowy:

- Załącznik nr 1: Oferta Wykonawcy
- Załącznik nr 2: Protokół dostawy

Zamawiający

Wykonawca

pieczęć firmowa/

Finansowanie zaplanowano planie finansowym w OPK.....

.....
(data i podpis dysponenta)

**PROTOKÓŁ DOSTAWY, MONTAŻU, PIERWSZEGO
URUCHOMIENIA, SZKOLENIA PERSONELU I ODBIORU KOŃCOWEGO**

Dotyczy:

Załącznik do faktury nr

CZĘŚĆ A - DOSTAWCA

**W dniu dzisiejszym dostarczono do Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki
Zdrowotnej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Płońsku nw. sprzęt/ urządzenia:**

Pozycja	Nazwa wyrobu	Dostarczona ilość	Wartość netto w PLN	Wartość brutto w PLN
1	2	3	4	

Płońsk,r.

.....
(podpis osoby upoważnionej przez zamawiającego)

CZĘŚĆ B – MONTAŻ I PIERWSZE URUCHOMIENIE

Opisane w części A wyroby **wymagały*/ nie wymagały*** montażu.

Stwierdzam, że dokonano prawidłowego montażu wyrobów wymienionych w części A protokołu zgodnie z poniższym postanowieniem:

Miejsce montażu	Ilość zamontowanych urządzeń

Opisane w części A wyroby **wymagały*/ nie wymagały*** dokonania pierwszego uruchomienia.

Stwierdzam, że wszystkie w/w urządzenia zostały uruchomione i działają bez zarzutu.

Dostarczono/nie dostarczono* wszelką niezbędną dla w/w wyrobów dokumentację, w tym: deklarację zgodności CE na oferowany system i odczynniki lub inny dokument potwierdzający, że przedmiot zamówienia jest dopuszczony do obrotu i używania zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych oraz polskojęzyczną instrukcję obsługi i/lub instrukcję użytkowania oraz wszystkie inne dokumenty nie wymienione powyżej, a wymagane przepisami prawa w wymaganej ilości egzemplarzy.

Płońsk,

.....
(Podpis Kierownika komórki organizacyjnej)

.....
(Podpis osoby upoważnionej przez Zamawiającego)

* nie potrzebne skreślić

CZĘŚĆ C – SZKOLENIE PERSONELU

Wykonawca dokonał szkolenia personelu w zakresie działania i obsługi wyrobu opisanego w części A.

Nazwa wyrobu	Ilość przeszkolonych	Potwierdzenie dokonania szkolenia – Kierownik komórki organizacyjnej

Lista osób przeszkolonych

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

*Załącznik nr 3 do Regulaminu zamówień publicznych
dla SPZZOZ w Płońsku z dnia 24 stycznia 2022 r.*

CZĘŚĆ D- ODBIÓR KOŃCOWY

Stwierdzam **terminowe/nieterminowe*** wywiązanie się Dostawcy z postanowień zawartej z nim umowy w zakresie dostawy wyrobów opisanych w części A, B, C.

Opóźnienie dni Wykonawcy **podlega/nie podlega*** naliczeniu kar umownych, ponieważ wystąpiły okoliczności, których nie można było przewidzieć ze strony Wykonawcy i Zamawiającego.

Zamawiający

Wykonawca

* niepotrzebne skreślić

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679

z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informuję, że:

- 1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wojewoda Mazowiecki mający siedzibę
w Warszawie przy placu Bankowym 3/5, 00-950 Warszawa;
- 2) Z administratorem danych można się skontaktować poprzez adres e-mail: info@mazowieckie.pl, telefonicznie pod numerem +48 22 695 69 95 lub pisemnie na adres siedziby administratora;
- 3) Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować poprzez e-mail: iod@mazowieckie.pl, telefonicznie pod numerem +48 22 695 69 80 lub pisemnie na adres siedziby administratora. Z Inspektorem Ochrony Danych można skontaktować się we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych;
- 4) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu prowadzenia postępowania w sprawie
w zakresie rozpatrywania wniosków dotyczących inwestycji zakupowej oraz inwestycji budowlanej na podstawie ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw¹ (Dz. U. z 2020 r. poz. 568 z późn.zm.), potwierdzenia uprawnień do reprezentowania instytucji, kontaktów związanych z postępowaniem;
- 5) Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będzie Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie;
- 6) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów o przechowywaniu akt;
- 7) Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania; oraz prawo do przenoszenia danych;
- 8) Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani/Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia;
- 9) Nie przetwarzamy Pani/Pana danych w sposób zautomatyzowany, w tym w formie profilowania. Nie przekazujemy Pani/Pana danych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych.

Stanisław Kube

Opis przedmiotu zamówienia - nosze bariatryczne

LP		Parametry wymagane:	Parametry oferowane:
1.	Nosze fabrycznie nowe	rok produkcji 2022	
2.	Wykonane z materiału odpornego na korozję lub z materiału zabezpieczonego przed korozją	TAK	
3.	Długość całkowita noszy	min. 205 cm	
4.	Szerokość całkowita noszy	min. 58 cm	
5.	Skracana rama noszy celem ułatwienia manewrowania w wąskich przestrzeniach.	TAK	
6.	Całkowita długość noszy po skróceniu	max. 160 cm	
7.	Możliwość pochylenia, częściowego lub pełnego rozłożenia podparcia pleców noszy nawet po skróceniu ramy noszy	TAK	
8.	Nosze wyposażone w zagłówek mocowany bezpośrednio do ramy noszy umożliwiający ich przedłużenie w przypadku transportu pacjenta o znacznym wzroście	TAK	
9.	Uchylny stabilizator głowy pacjenta z możliwością wyjęcia, ułożenia głowy na wznak oraz do tzw. pozycji wężącej	TAK	
10.	Płynna elektryczna i zapasowa manualna regulacja wysokości leża noszy w zakresie	min. 36-105 cm	
11.	Udźwig noszy	powyżej 300 kg	
12.	Fabrycznie zamontowany gumowy odbojnik na całej długości bocznej ramy noszy chroniący przed uszkodzeniami przy otarciach lub uderzeniach podczas przenoszenia lub prowadzenia zestawu	TAK	
13.	Nosze 3 segmentowe z możliwością ustawienia pozycji przeciwwstrząsowej oraz pozycji zmniejszającej napięcie mięśni brzucha	TAK	
14.	Przystosowane do prowadzenia reanimacji, wyposażone w twardą płytę na całej długości pod materacem umożliwiającą ustawienie wszystkich dostępnym funkcji	TAK	
15.	Płynna regulacja kąta nachylenia oparcia pleców wspomagana sprężyną gazową	do min. 75 °	
16.	Rozkładane poręcz boczne zwiększające powierzchnię poprzeczną noszy, regulowane w 7 pozycjach ułatwiające transport pacjentów otyłych, certyfikowane w zakresie normy PN-EN 1865-3:2012+ A1:2015 lub równoważnej (certyfikat załączyć do oferty)	TAK	
17.	Nosze wyposażone w 4 pełne koła jezdne, obrotowe w zakresie 360° o średnicy min. 15 cm. Min. 2 koła wyposażone w hamulce.	TAK	
18.	2 koła kierunkowe z systemem blokady toczenia na wprost (zwolnienie i uruchomienie blokady dostępne z przodu i z tyłu noszy)	TAK	
19.	3 częściowy, składany teleskopowo wieszak na płyny infuzyjne	TAK	
20.	Zestaw pasów zabezpieczających pacjenta o regulowanej długości mocowanych bezpośrednio do ramy noszy	TAK	
21.	Wyprofilowany materac umożliwiający ustawienie wszystkich dostępnych pozycji transportowych, przystosowany do przewożenia pacjentów otyłych o powierzchni antypoślizgowej, nie absorbujący krwi i płynów, odporny na środki dezynfekujące. Materac niepalny zgodny z normą EN 597-1 lub równoważną (certyfikat załączyć do oferty)	TAK	
22.	Kodowane kontrastowymi kolorami oznakowanie elementów związanych z obsługą noszy	TAK	
23.	Uchwyty do prowadzenia i sterowania elektrycznego noszy na dwóch poziomach wysokości, zapewniające łatwą obsługę noszy personelowi medycznemu o różnicowanym wzroście	TAK	
24.	Wyświetlacz stanu naładowania akumulatora wbudowany w nosze	TAK	

25.	Licznik godzin pracy ułatwiający określenie czasu przeprowadzania wymaganego przeglądu technicznego	TAK	
26.	System bezprzewodowego ładowania akumulatora noszy po wpięciu w mocowanie, sygnalizacja świetlna rozpoczęcia procesu ładowania	TAK	
27.	Możliwość szybkiej, bezpiecznej wymiany akumulatora w noszach bez pomocy narzędzi	TAK	
28.	Nosze z automatycznym, hydrauliczno-elektrycznym systemem podnoszenia, obniżania; z elektrycznym wprowadzaniem noszy z i do ambulansu, eliminującym ręczne przenoszenie pełnego ciężaru pacjenta i noszy	TAK	
29.	Dodatkowy/rezerwowy system ręcznej obsługi noszy w tym: opuszczania, podnoszenia, załadunku i wyładunku noszy z ambulansu	TAK	
30.	Ręczna obsługa noszy (opuszczanie, podnoszenie, załadunek, rozładunek) dostępna w sytuacji transportu pacjenta wymagającego pozycji leżącej, dostęp do wszystkich manipulatorów ręcznego sterowania noszami bez konieczności zmiany pozycji pacjenta	TAK	
31.	Potwierdzenie spełnienia przez nosze normy dla medycznych urządzeń elektrycznych IEC 60601-1 lub równoważną (certyfikat załączyć do oferty)	TAK	
32.	Waga noszy max. 65 kg. Nosze zgodnie z normami: EN PN 1865-3:2012 + A1:2015 lub równoważnymi (nosze o zwiększonej wytrzymałości stosowane do dużych obciążeń); EN PN 1865-2:2010 + A1:2015 lub równoważną (nosze z zasilaniem) oraz potwierdzenie spełnienia dynamicznej normy zderzeniowej EN 1789:2007 + A2:2014 lub równoważnej. Dokumenty potwierdzające spełnienie ww. norm wystawione przez niezależną jednostkę notyfikacyjną (załączyć do oferty)	TAK	
33.	Elektryczny system mocowania noszy montowany bezpośrednio do podłogi ambulansu, umożliwiający załadunek i rozładunek pacjenta bez wysiłku fizycznego o udźwigu minimum 390kg. System załadunku zgodny z normą PN-EN 1865-5:2012 lub równoważną oraz potwierdzenie spełnienia dynamicznej normy zderzeniowej EN 1789 lub równoważnej. Dokumenty producenta noszy potwierdzające spełnienie ww. norm wystawione przez niezależną jednostkę notyfikacyjną (załączyć do oferty)	TAK	
34.	Wbudowany w mocowanie noszy zapasowy panel sterowania pozwalający na automatyczne unoszenie/opuszczanie goleni noszy, wypinanie/wpinanie noszy z funkcją rezerwowej obsługi manualnej wyżej opisanych opcji	TAK	
35.	Wskaźniki typu LED ułatwiające naprowadzanie noszy na system mocowania np.: w nocy, dodatkowa sygnalizacja świetlna poprawnego zapięcia noszy w mocowaniu	TAK	
36.	Możliwość mycia ciśnieniowego mocowania podłogowego oraz ukompletowanych noszy (z akumulatorem).	TAK	
37.	Klasa szczelności noszy min. IPX6 lub równoważna.	TAK	
38.	Zakres temperatur pracy noszy elektryczno-hydraulicznych od -34° do 54° C.	od -34° do 54° C.	

Accepting dn. 14.06.2022

Renata Anzen

Formularz cenowy

Lp	Nazwa przedmiotu zamówienia	J.m.	Ilość	Cena jednostkowa netto	Stawka Vat (%)	Cena jednostkowa brutto	Wartość netto	Wartość Vat	Wartość brutto
1	Nosze bariatryczne - dostawa noszy z automatycznym, hydrauliczno-elektrycznym systemem podnoszenia (w zestawie bariatrycznym) wraz z montażem w ambulansie sanitarnym celem doposażenia Działu Pomocy Doradźnej dla potrzeb Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Płońsku	szt.	1						

189

zobowiązanie