

SPZZOZ im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Płońsku
ul. Henryka Sienkiewicza 7
09- 100 Płońsk
tel. (23) 662 39 82
fax (23) 661 34 05
www.szpitalplonsk.pl
(Dział Inwestycji i Zakupów)

nr sprawy TIZ/5/4/2022

Płońsk, 26.05.2022 r.

**ZAPYTANIE OFERTOWE
nr TIZ/5/4/2022
dot. dostawy elektrokardiografów szt.5**

1. Nazwa i adres Zamawiającego:

Nazwa: SPZZOZ im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Płońsku reprezentowany przez Lilianna Kraśniewska – Dyrektor	Nazwisko osoby upoważnionej do kontaktów: Marta Zasońska – Kierownik Działu Inwestycji i Zakupów Małgorzata Goszczycka
Adres: ul. Henryka Sienkiewicza 7	Kod pocztowy: 09-100
Miejscowość: Płońsk	Województwo: Mazowieckie
Telefon: (23) 661 34 00 wew.507 lub (23) 661 77 17	Faks: (23)
Poczta elektroniczna: inwestycje@szpitalplonsk.pl	Adres internetowy: www.szpitalplonsk.pl

Nazwa i kod CPV przedmiotu zamówienia:

Kardiografy, kod 33123230 – 9

2. Przedmiot zamówienia:

Opis przedmiotu zamówienia - załącznik nr 3 do zapytania ofertowego

2a. Warunki realizacji zamówienia:

3. Opis kryteriów wyboru najkorzystniejszej oferty:

cena – 100%.

4. Przewidywany czas trwania zamówienia lub termin wykonania zamówienia:

(w dniach, miesiącach z uwzględnieniem daty rozpoczęcia lub zakończenia)

Do 2 tygodni od dnia podpisania umowy.

Zasada Kieda

5. Kryteria oceny oferty (można dokonać wyboru kryteriów oceny ofert spośród wskazanych w §8 ust. 5 Regulaminu zamówień publicznych dla SPZZOZ w Płońsku):
Suma oferowanej ceny (brutto) 100 % kryterium
6. Wykonawca składając ofertę, jest zobowiązany dołączyć do niej następujące dokumenty:
 - 1) formularz ofertowy,
 - 2) karty katalogowe, ulotki lub karty techniczne (wszystkie materiały muszą pochodzić od producenta) potwierdzające zgodność przedmiotu zamówienia
 - 3) zaakceptowany wzór zlecenia
7. Zamawiający zastrzega możliwość zmiany albo odwołania niniejszego zapytania ofertowego przed upływem terminu składania ofert bez podania przyczyny.
8. Zamawiający zastrzega możliwość zamknięcia postępowania bez dokonania wyboru którejkolwiek z ofert.
9. Termin związania ofertą:
 - 1) Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni.
 - 2) Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
 - 3) Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą.
10. Sposób składania oferty:
 - 1) W przypadku składania oferty: osobiście, za pośrednictwem kuriera lub „pocztą” w Kancelarii SPZZOZ w Płońsku lub wysłać na adres: **SPZZOZ w Płońsku, 09-100 Płońsk, ul. Henryka Sienkiewicza 7.**

Oferta powinna być złożona w zamkniętej, nieprzezroczystej kopercie. Na kopercie należy umieścić nazwę oraz adres Zamawiającego, nazwę (firmę) i siedzibę (adres) Wykonawcy. Koperta powinna być opisana w następujący sposób:

Nazwa(firma) Wykonawcy Siedziba (adres)Wykonawcy	SPZZOZ im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Płońsku ul. Henryka Sienkiewicza 7 09-100 Płońsk
Zapytanie ofertowe nr dot.	
Nie otwierać przedgodz.	

- 2) e –mailem na adres:
inwestycje@szpitalplonsk.pl oraz marta.zasonska@szpitalplonsk.pl
(adres e-mail osoby prowadzącej postępowanie)
- 3) na nr faks

Zasonska Marta

Zasonska Marta

11. Termin złożenia oferty:


- 1) Ofertę należy złożyć do dnia 10.06.2022r. do godziny 10.00
- 2) O zachowaniu terminu złożenia oferty decyduje data wpływu oferty do siedziby Zamawiającego. Oferta otrzymana przez Zamawiającego po upływie terminu składania ofert zostanie zwrócona bez otwierania Wykonawcy i nie będzie podlegała ocenie. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę.

12. Miejsce oraz termin otwarcia oferty/odczytania treści oferty:

Otwarcie złożonych ofert/ odczytanie treści oferty nastąpi w siedzibie Zamawiającego tj. SPZZOZ im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Płońsku, ul. Henryka Sienkiewicza 7, 09-100 Płońsk, w dniu 10.06.2022 r. o godz. 10.30, pok. 3, parter.

13. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu: na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.

Zatwierdzam:


KIEROWNIK
Działu Inwestycji i Zakupów

Marta Zasońska

.....
Podpis Kierownika komórki organizacyjnej

14. Załączniki:

- 1) formularz ofertowy,
- 2) wzór zlecenia
- 3) opis przedmiotu zamówienia

* niepotrzebne skreślić



Załącznik nr 1
do zapytania ofertowego nr TIZ/5/4/2022

FORMULARZ OFERTOWY

1. Nazwa zamówienia:	Dostawa elektrokardiografów – szt.5
2. Zamawiający:	SPZZOZ w Płońsku przy ul. Henryka Sienkiewicza 7 reprezentowany przez Liliannę Kraśniewską - Dyrektor
3. Nazwa (firma) Wykonawcy, NIP	
4. Siedziba (adres) Wykonawcy, telefon, fax i e-mail	
5. Nazwisko i imię osoby upoważnionej do kontaktu z Zamawiającym w zakresie wykonania przedmiotu umowy	
6. Cena brutto	
7. Termin Gwarancji	24 miesiące
8. Oświadczam/my/, że jestem/jesteśmy związani niniejszą ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert.	
9. Oświadczam/my/, że uzyskałem/uzyskaliśmy wszelkie niezbędne informacje do przygotowania oferty i wykonania zamówienia publicznego. Zapoznałem/zapoznaliśmy się ze wzorem zlecenia*/z istotnymi postanowieniami zlecenia* i akceptuję/akceptujemy go*/je* bez uwag	
10. Integralną częścią oferty są następujące dokumenty:	1) 2) 3) 4) Inne* (prospekty*, katalog*, próbka*)

.....
Podpis osoby (osób) upoważnionej (ych) do złożenia
oferty,
złożenia oświadczenia woli w imieniu Wykonawcy¹

¹ W przypadku złożenia oferty przez Pełnomocnika, do oferty należy dołączyć oryginał pełnomocnictwa lub jego odpis poświadczony notarialnie.

* niepotrzebne skreślić



Załącznik nr 2
do zapytania ofertowego nr TIZ/5/4/2022

Płońsk, dnia r.

Wykonawca

Dane adresowe

WZÓR ZLECENIA

dotyczące: dostawy elektrokardiografów w ilości 5 szt.

Na podstawie § 11 ust.1 Regulaminu Udzielania Zamówień Publicznych dla SPZZOZ w Płońsku stanowiącego załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 04/I/2022 Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Płońsku z dnia 24 stycznia 2022r., zleca się firmie realizację przedmiotu zlecenia pn: *dostawa elektrokardiografów w ilości 5 szt.*

Zakres przedmiotu zlecenia: zgodnie ze specyfikacją techniczną produktu.

Wykonawca zobowiązuje się zrealizować przedmiot zlecenia zgodnie z przekazaną ofertą z dniatj. do dnia

Za zwłokę/opóźnienie w wykonaniu przedmiotu zlecenia SPZZOZ w Płońsku może obciążyć Wykonawcę karą umowną w wysokości 0,5% wartości brutto niezrealizowanej dostawy/usługi/zakupu² za każdy rozpoczęty dzień zwłoki licząc od dnia następnego przypadającego po dniu, w którym miała nastąpić dostawa/zakup/usługa, do dnia dostawy/zakupu/usługi.

Kara umowna jest płatna w terminie 1 miesiąca od dnia doręczenia Wykonawcy pisemnego wezwania do jej zapłaty. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie naliczanych kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy. SPZZOZ w Płońsku zachowuje możliwość dochodzenia odszkodowania przenoszącego wysokość zastrzeżonych kar umownych.

² Niepotrzebne skreślić

Wzrost i Ciężar ciała
Ciężar ciała i Ciężar ciała

Wzrost i Ciężar ciała

Zosia Kuczyńska

W przypadku, gdy z winy Wykonawcy Zlecający nie otrzyma z instytucji współfinansującej całości lub części dofinansowania przyznanego Zlecającemu na realizację przedmiotu zlecenia, Wykonawca obowiązany jest do zwrotu Zlecającemu utraconej kwoty dofinansowania.

Wykonawca udziela 24 miesięcznej gwarancji na dostawę elektrokardiografów.

Bieg terminu gwarancji na przedmiot zlecenia rozpoczyna się od pierwszego dnia po podpisaniu protokołu odbioru końcowego przedmiotu zlecenia. W przypadku zgłoszenia przez Zlecającego w okresie gwarancji wady wynikającej z prawidłowego użytkowania, Zlecający jest zobowiązany do jej usunięcia nie później niż w ciągu 14 dni roboczych od momentu zgłoszenia. Zgłoszenie wady przez Zlecającego następuje w formie e-maila.

Wartość zlecenia strony ustaliły na kwotębrutto (słownie:..... złotych).

Płatność za wykonaną prawidłowo dostawę nastąpi w terminie 30 dni od daty wpływu do SPZZOZ w Płońsku prawidłowo wystawionej faktury.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu medycznego - elektrokardiografów w ilości 5 sztuk, (w tym 1 szt. z odprowadzeniami kończynowymi dziecięcymi) dla potrzeb Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Płońsku.

Przedmiot zamówienia musi być fabrycznie nowy, niepowystawowy, kompletny i po uruchomieniu gotowy do pracy zgodnie z przeznaczeniem bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji, bezpieczny dla pacjentów i personelu medycznego.

Podstawowe parametry sprzętu medycznego:

- Rejestracja odprowadzeń EKG 12 standardowych
- Prezentacja na wyświetlaczu 12 przebiegów EKG
- Prezentacja na wyświetlaczu wyników analizy i interpretacji, badań zapisanych w pamięci
- Tryb wydruku 1, 3, 6 lub 12 przebiegów EKG
- Drukowanie w układzie standardowym 1, 3, 6 lub 12 kanałów
- Drukowanie w układzie Cabrera 3, 6 lub 12 kanałów
- Automatyczna detekcja zespołów QRS tak
- Rodzaje badań ręczne, AUTO, automatyczne do schowka
- Zapis automatyczny "do schowka" 12 odprowadzeń
- Zapis automatyczny "do schowka" wydrukowanie badania, analizy, interpretacji lub zapisanie badania do bazy
- Długość zapisu badania automatycznego od 6 do 30 sekund
- Drukarka wbudowana aparatu lub zewnętrzna port PCL5/PCL6
- Szerokość papieru 110 - 112 mm
- Grubość wydruku linii wybór intensywności wydruku
- Wydruk z bazy pacjentów możliwość wydruku dodatkowych informacji o badaniu i pacjencie
- Klawiatura membranowa alfanumeryczna z przyciskami funkcyjnymi
- Ustawienia parametrów przebiegów prędkość, czułość i intensywność wydruku
- Obsługa łatwa, za pomocą panelu dotykowego
- Pamięć 1000 pacjentów lub 1000 badań
- Przeglądanie na wyświetlaczu zapisanych w pamięci badań, z możliwością zmiany ilości odprowadzeń, wzmocnienia i prędkości

Krzysztof Kado

- Automatyczna analiza i interpretacja zgodna z EN 60601-2-51 (baza CSE) - wyniki analizy i interpretacji zależne od wieku i płci pacjenta
 - Bateria do 130 badań automatycznych
 - Wyświetlacz / ekran LCD, przekątna 7", dotykowy
 - Pomiar częstości akcji serca (HR) ciągły, prezentacja na wyświetlaczu
 - Menu proste, wyświetlane na ekranie
 - Język menu wielojęzyczne
 - Prezentacja impulsów stymulujących tak
 - Detekcja częstości akcji serca tak
 - Prezentacja krzywych układ standardowy lub Cabrera
 - Filtr zakłóceń sieciowych 50 Hz, 60 Hz
 - Filtr zakłóceń mięśniowych 25 Hz, 35 Hz, 45 Hz
 - Filtr izolinii 0,15 Hz, 0,45 Hz, 0,75 Hz, 1,5 Hz
 - Wydruk analizy i interpretacji tak, automatycznego badania EKG
 - Detekcja odpięcia elektrody INOP niezależna dla każdego kanału
 - Impulsy Stymulujące wykrywanie i prezentacja
 - Wykryte pobudzenia stymulatora serca dźwiękowa sygnalizacja
 - Zabezpieczenie impuls defibrylujący tak
 - Eksport badań do pamięci USB
 - Oszczędzanie energii tak
 - Współpraca CARDIOTEKA
 - Archiwizacja badań na zewnętrznym nośniku (pamięć USB)
 - Wymiary 258x199x50 mm
- Standardowe wyposażenie:
- elektrody kończynowe 4 sztuki (typ EKK)
 - elektrody przedsercowe 6 sztuk (typ EPP)
 - instrukcja użytkowania
 - kabel KEKG-30R
 - kabel zasilania sieciowego
 - papier R-A4 szerokość 112mm (3 rolki)
 - żel do EKG

Zamawiający

Certyfikaty

CE 0197, EN ISO 9001, EN ISO 13485, MDD 93/42/EEC, CFS

- Opcjonalne wyposażenie - podstawa jezdna (wózek) – posiadający certyfikat medyczny

Termin gwarancji: min. 24 miesiące.

Łukasz Kuczyński

Olga Kuczyńska

