



Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej
im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Płońsku
ul. Henryka Sienkiewicza 7, 09-100 Płońsk woj. mazowieckie
NIP 567-15-32-011 Regon 000308703
Tel. (23) 661 34 00 - centrala;
(23) 662 39 89 - sekretariat



ISO 9001:2015

TYZ/11/6/2022

Płońsk, dnia 08.07.2022r.


WYJAŚNIENIE TREŚCI ZAPYTANIA OFERTOWEGO NR 3

Dotyczy:

Art. 6a ustawy z dnia 02 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2021 poz. 2095 z późn. zm.)- na dostawę wózków anestesjologicznych-10 szt.

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Płońsku udziela wyjaśnień w zakresie przedmiotowego postępowania na poniższe pytania.

1. Czy Składający zapytanie ofertowe dopuści wózki jak na zdjęciu i z właściwościami jak niżej? Pragniemy podkreślić, że właściwości tych wózków przewyższają wymagania stawiane w zapytaniu.



Wózki przeznaczone do oddziałów intensywnej terapii, sal operacyjnych oraz gabinetów zabiegowych. Wózki wyposażone zostały w koła przeciwpółowe, w tym co najmniej dwa z hamulcem, centralny zamek do szuflad, wysuwany blat boczny oraz szufladę z dodatkowym zamknięciem na leki o działaniu narkotycznym.

Konstrukcja wózka – aluminiowa rama wózka, korpus wózka wykonany ze stali malowanej proszkowo. Podstawa zabezpieczona odbojnikami. Wózek posiada uchwyt do prowadzenia, blat z ABS z podwyższonymi trzema bokami zapobiegający zsuwaniu się przedmiotów.

- WÓZEK WYPOSAŻONY W :
- **NADSTAWKA** - STELAŻ DO MOCOWANIA POJEMNIKÓW RÓŻNEGO RODZAJU: DO SEGREGACJI LEKÓW I AKCESORIÓW (3 rzędy, możliwość konfiguracji - 5, 12 lub 17 pojemników)
- KOSZ NA CEWNIKI
- WIESZAK NA PŁYNY INFUZYJNE
- POJEMNIK NA OSTRE ELEMENTY
- POJEMNIK NA RĘKAWICZKI x 2
- ZAMYKANY KOSZ NA ODPADY
- PIERWSZA SZUFLADA OSOBNO ZAMYKANA NA LEKI O DZIAŁANIU NARKOTYCZNYM
- WYSUWANY BLAT BOCZNY
- DWIE SZUFLADY WYPOSAŻONE W PLASTIKOWE PRZEDZIAŁKI Z MOŻLIWOŚCIĄ
- KONFIGURACJI
- WÓZEK W KOLORZE NIEBIESKIM

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza wózek taki jak w opisie powyżej. Nie dopuszcza uchwytów z rękawicami montowanymi na jednej z czterech szyn bocznych wózka. Dwa uchwyty na pojemniki z rękawicami powinny być montowane na dźwieszku nadstawki.

KIEROWNIK
Działu Inwestycji i Eksploatacji

Dariusz Brzeziński

*p.o. Zastępca Dyrektora
ds. Pielęgniarstwa*

Aleksandra Świątowska