



Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej
im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Płońsku
ul. Henryka Sienkiewicza 7, 09-100 Płońsk woj. mazowieckie
NIP 567-15-32-011 Regon 000308703
Tel. (23) 661 34 00 - centrala;
(23) 662 39 89 - sekretariat



ISO 9001:2015

TIE/2/7/2022

Płońsk, dnia 20.07.2022r.

WYJAŚNIENIE TREŚCI ZAPYTANIA OFERTOWEGO NR 1

Dotyczy:

Art. 6a ustawy z dnia 02 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2021 poz. 2095 z późn. zm.)- na dostawę wózków anestezjologicznych-10 szt.

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Płońsku udziela wyjaśnień w zakresie przedmiotowego postępowania na poniższe pytanie zadane przez Wykonawcę w dniu 20.07.2022r.:

Pytanie 1. PARAMETRY TECHNICZNE/WYMAGANE WARUNKI poz. 4.

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wózków anestezjologicznych o następujących wymiarach z nadstawką: 640 mm x 520 mm x 1700 mm.

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza wymiary podane w pytaniu powyżej.

Pytanie 2 . PARAMETRY TECHNICZNE/WYMAGANE WARUNKI poz. 16.

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wózków anestezjologicznych , które posiadają 3 sztuki szyny instrumentalnej z zabezpieczonymi narożnikami, które są zamontowane do korpusu wózka jako niezintegrowane.

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie dopuszcza wózka, który nie posiada 3 szyn zintegrowanych z wózkiem.

Pytanie 3 . PARAMETRY TECHNICZNE/WYMAGANE WARUNKI poz. 20.

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wózków anestesjologicznych, które posiadają uchwyt do prowadzenia zamontowany z boku wózka.

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie dopuszcza wózka, którego uchwyt do prowadzenia jest zamontowany z boku.

4. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wózków o wymiarach (dłxszxwys) w mm: 690x700x985 (z nadstawką wysokość: 1477mm)? – dotyczy l.p. 4

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie dopuszcza wózków o podanych wymiarach, ponieważż znacząco odbiegają rozmiarem od tych podanych w opz.

5. Z uwagi na to, że oferowany wózek wykonany jest w całości ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301 (304), czy Zamawiający zaakceptuje, aby tylko front wózka był malowany (kolor uzgodniony z Zamawiającym – minimum 10 do wyboru)?
Proponowane rozwiązanie pokazane na poniższej przykładowej wizualizacji – dotyczy l.p. 5-6


Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie dopuszcza wózka, którego stelaż jest nie pomalowany.

6. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wózka, w którym fronty szuflad wykonane są z podwójnej blachy ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301 (304) wypełnionej materiałem wygłuszającym (plaster miodu), a korpus wózka – z pojedynczej blachy? – dotyczy l.p. 8-9

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza wózek, który posiada korpus wyposażony w materiał wygłuszający.

7. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wózka wyposażonego w odboje nad kołami, zamiast przy podstawie?

Poniżej wizualizacja oferowanego rozwiązania. – dotyczy l.p. 11



Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie wyraża zgody na odboje przy kołach. Odboje mają być przy podstawie.

8. Czy Zamawiający zaakceptuje wózek wyposażony w wysokiej jakości kółka fi 100mm? – dotyczy l.p. 12

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza kółka fi 100mm.

9. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie wózków wyposażonych w blat ze stali nierdzewnej kwasoodpornej w gatunku 1.4301 (304) z trzema bandami, jak na poniższej wizualizacji? Oferowane rozwiązanie jest korzystniejsze od wymaganego przez Zamawiającego, ponieważ tworzywo ABS jest bardziej podatne za zarysowania niż stal. Ponadto zarysowaną stal można przeszlifować, co w przypadku ABS jest niemożliwe. – dotyczy l.p. 14

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie wyraża zgody na wózek wyposażony w blat ze stali nierdzewnej. Blat wózka ma być wykonany z tworzywa ABS.

10. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie wózków, w których stelaż nadstawki wykonany jest ze stali nierdzewnej niemalowanej? – dotyczy l.p.15

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający wyraża zgodę na wózek, którego stelaż nadstawki wykonany jest ze stali nierdzewnej niemalowanej.

11. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie wózków, w których nadstawka wyposażona jest w 11 pojemników? – dotyczy l.p.17

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie wyraża zgody na wózek, którego nadstawka wyposażona jest w 11 pojemników.

KIEROWNIK
Działu Inwestycji i Eksploatacji

Dariusz Brzezinski

p.o. Zastępcy Dyrektora
ds. Pielegniarstwa

Aleksandra Świeżawska

