



**Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej im.
Marszałka Józefa Piłsudskiego w Płońsku**

ul. Sienkiewicza 7, 09-100 Płońsk
woj. Mazowieckie

NIP 567-15-32-011 Regon 000308703

Tel. (0 23) 661 34 00 - centrala; (023) 662 39 89 - sekretariat

Fax. (0 23) 662 32 14

e-mail: sekretariat@szpitalplonsk.pl lub spzzoz1@wp.pl



ISO 9001:2015

TIZ /12/6/2022

Płońsk, dnia 07.07.2022r.

WYJAŚNIENIE TREŚCI ZAPYTANIA OFERTOWEGO NR 1

Dotyczy:

Postępowania prowadzonego na podstawie art. 6a ustawy z dnia 02 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2021 poz. 2095 z późn. zm.) na:

dostawę noszy bariatrycznych z automatycznym, hydrauliczno-elektrycznym systemem podnoszenia (zestaw bariatryczny) wraz z montażem w ambulansie sanitarnym celem doposażenia Działu Pomocy Doraźnej - szt. 1.

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Płońsku udziela odpowiedzi na pytania, które wpłynęły od Wykonawcy w dniu 07.07.2022r.:

Pytanie nr 1

W związku z ogłoszonym postępowaniem pytamy Zamawiającego czy dopuści nasze Medirol Vivera o długości 200 cm, z płynną elektryczną regulacją wysokości leża w zakresie 38-133 cm, wyposażone w 4 koła z tworzywa sztucznego z otwartą felgą, sterowanie prowadzeniem noszy w bok z przodu, teleskopowo składany dwuczęściowy wieszak na płyny infuzyjne, uchwyty do prowadzenia i sterowania noszami na jednej wysokości, możliwość kontroli terminu wymaganego przeglądu technicznego za pomocą aplikacji z poziomu telefonu/tabletu, zintegrowany z noszami akumulator o pojemności 5Ah umożliwiający cały dzień pracy noszy, zgodność z normą elektryczną deklaracja zgodności, waga noszy 75 kg, nasze certyfikowane zgodnie z PN EN 1865-2+A1:2015 i PN EN 1865-3+A1:2015, mocowanie mechaniczne umożliwiające zasilanie noszy po załadunku do ambulansu, panel sterowania z systemem ręcznej obsługi, bez wskaźników ledowych naprowadzających, akumulator na stałe wbudowany w nosze, nosze spełniają pozostałe wymagania OPZ?

Odpowiedź Zamawiającego:

W odpowiedzi na powyższe pytanie Zamawiający wymaga, zatem nie dopuszcza odstępstwa od zgodności przedmiotu zamówienia z wymaganymi parametrami określonymi w pkt. 10, 23, 26, 27, 29 z OPZ stanowiącym zał. nr 3 do zapytania ofertowego TIZ/12/6/2022.tj.

Pkt. 10 Płynna elektryczna i zapasowa manualna regulacja wysokość leża noszy

Pkt. 23 Uchwyty do prowadzenia i sterowania elektrycznego noszy na dwóch poziomach wysokości, zapewniające łatwą obsługę noszy personelowi medycznemu o zróżnicowanym wzroście

Pkt. 26 System bezprzewodowego ładowania akumulatora noszy po wpięciu w mocowanie, sygnalizacja świetlna rozpoczęcia procesu ładowania.

Pkt. 27 Możliwość szybkiej, bezpiecznej wymiany akumulatora w noszach bez pomocy narzędzi

Pkt. 29 Dodatkowy/rezerwowy system ręcznej obsługi noszy w tym: opuszczania, podnoszenia, załadunku i wyładunku noszy z ambulansu.

ZAMAWIAJĄCY

KIEROWNIK
DZIAŁU POMOCY DORAŻNEJ
SP ZOZ w Płońsku
mgr Grzegorz Gaworek

