



Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej
im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Płońsku
ul. Henryka Sienkiewicza 7, 09-100 Płońsk woj. mazowieckie
NIP 567-15-32-011 Regon 000308703
Tel. (23) 661 34 00 - centrala;
(23) 662 39 89 - sekretariat



ISO 9001:2015

TIZ/11/6/2022

Płońsk, dnia 05.07.2022r.

WYJAŚNIENIE TREŚCI ZAPYTANIA OFERTOWEGO NR 2

Dotyczy:

Art. 6a ustawy z dnia 02 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2021 poz. 2095 z późn. zm.)- na dostawę wózków anestesjologicznych-10 szt.

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Płońsku udziela wyjaśnień w zakresie przedmiotowego postępowania na poniższe pytania.

1. Czy Zamawiający dopuści wózki anestesjologiczne które wykonane są z blachy stalowej malowanej lakierem proszkowym (ściany boczne , tylna i szuflady) i białem z tworzywa ABS obudowany z 3 stron ?

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza wózki anestesjologiczne, których ściany boczne, tylna i szuflady są z blachy stalowej malowanej lakierem proszkowym i białem z tworzywa ABS obudowany z 3 stron.

2. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wózków posiadających fronty wykonane z estetycznego tworzywa sztucznego w kolorze szarym, możliwość wyboru koloru uchwytów szuflad do ustalenia z Zamawiającym (do wyboru kolor czerwony, pomarańczowy, żółty, zielony, niebieski i jasnoniebieski)?

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie dopuszcza wózków posiadających fronty wykonane z estetycznego tworzywa sztucznego.

3. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wózka anestesjologicznego z nadstawką z 9 uchylnymi pojemnikami z tworzywa.

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie dopuszcza wózka anestesjologicznego z 9 uchylnymi pojemnikami z tworzywa. Ilość nadstawek powinna być zgodna z opisem.

4. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wózka anestesjologicznego z dwoma uchwytami na pojemniki z rękawicami montowanymi na drążku nadstawki lub na jednym z czterech szyn bocznych wózka.

Odpowiedź zamawiającego: Zamawiający nie dopuszcza uchwytów na pojemniki z rękawicami montowanymi na jednej z czterech szyn bocznych wózka. Dwa uchwyty na pojemniki z rękawicami powinny być montowane na drążku nadstawki.

5. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wózka anestesjologicznego z wbudowanymi wysokimi, wyprofilowanymi krawędziami blatu z trzech stron, służącymi jako uchwyty do prowadzenia wózka. Wewnętrzny kształt wbudowanych krawędzi stanowi łatwy w użyciu uchwyt, pomaga w manewrowaniu wózkiem, a dodatkowym atutem jest to, że wbudowane uchwyty nie powodują zwiększenia gabarytów wózka.

Odpowiedź zamawiającego: Zamawiający nie dopuszcza wózka anestesjologicznego z wbudowanymi wysokimi, wyprofilowanymi krawędziami blatu z trzech stron, służącymi jako uchwyty do prowadzenia wózka.

6. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wózka anestesjologicznego wykonanego z blachy stalowej, malowanej proszkowo, epoksydowanej w kolorze jasno szarym, blat wykonany z wytrzymałego, odpornego na uderzenia i zadrapania tworzywa sztucznego, przednia komora wyposażona w formowane wtryskowo szuflady z wbudowanymi kolorowymi uchwytami (3 w kolorze niebieskim i 1 zielony), podstawa również wykonana z wytrzymałego, odpornego na uderzenia i zadrapania tworzywa sztucznego, koła osadzone na stalowej ramie. Wózek charakteryzuje się krągłymi liniami, bez rogów i ostrych krawędzi, co pozwala na utrzymanie optymalnej higieny.

Odpowiedź zamawiającego: Zamawiający dopuszcza: wózki anestesjologiczne, które są z blachy stalowej malowanej lakierem proszkowym i białem z tworzywa ABS obudowany z 3 stron oraz koła osadzone na stalowej ramie. Zamawiający nie dopuszcza: blatu wykonanego z tworzywa sztucznego, przedniej komory wyposażonej w formowane wtryskowo szuflady z wbudowanymi kolorowymi uchwytami (3 w kolorze niebieskim i 1 zielony), podstawy wykonanej z tworzywa sztucznego.

7. Czy Zamawiający oczekuje wózka anestesjologicznego pokrytego powłoką epoksydową z dodatkiem antybakteryjnym z jonami srebra, co zapobiega namnażaniu drobnoustrojów chorobotwórczych oraz ma wpływ na wysoki stopień higieny i warunków sanitarnych?

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie dopuszcza wózka anestesjologicznego pokrytego powłoką epoksydową z dodatkiem antybakteryjnym z jonami srebra.

KIEROWNIK
Działu Inwestycji i Eksploatacji
Dariusz Brzezinski

p.o. Zastępca Dyrektora
ds. Pielęgniarstwa
Aleksandra Świążewska