

załącznik nr 2 do zapytania ofertowego TIE 2301.66.2022

Lp.	Nazwa przedmiotu zamówienia	Opis przedmiotu zamówienia	J.m.	Ilość	Cena jedn. netto	VAT [%]	Wartość netto	Wartość VAT	Wartość brutto
1	Dozownik do podawania tlenu wraz z wizualizacją	Dozownik do podawania tlenu wykonanie/wersja III do ściennych gniazd AGA (naciecie 12/18) przystosowany do pojemników jednorazowych. Dane techniczne; 1. Ciśnienie zasilania max 0,60 Mpa 2. Zakres regulacji przepływu/wskazań 0 - 15÷17 l/min 3. Nawilżenie tlenu 0 - 60% 4. Wtyk do systemu AGA (naciecia 12/18) 5. Wyjście gwintowane 9/16"	szt	13		8%			

STARSZY INSPEKTOR
Dział Inwestycji i Eksploatacji

Barbara Karaszewska